

Dotyczy postępowania na dostawy jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych nr spr. 16/PN/2011r

Od Wykonawcy wpłynęło następujące zapytanie :

W przesłanych przez nas zapytaniach z dn.14.07.11 nastąpiła pomyłka pisarska, która dotyczyła błędnie podanej pozycji z pakietu, której dotyczyło zapytanie. W pytaniu zaznaczono :Pakiet 20 poz.1 , natomiast treść merytoryczna pytania dotyczyła Pakietu 20 poz.3. w związku z tym zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o ponowne rozpatrzenie zapytania.

Pak. 20 poz. 3

Czy Zamawiający w ww. pozycji dopuści zaoferowanie szczoteczek jednorazowego użytku do czyszczenia kanałów roboczych dwustronnych o długości narzędzia 160 cm spełniających pozostałe parametry SIWZ lub też jednorazowych szczotek do czyszczenia kanałów roboczych dwustronnych o długości 120 cm ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednorazowych szczotek do czyszczenia kanałów roboczych dwustronnych o długości 120 cm .

