

Dotyczy przetargu nieograniczonego na urządzenia medyczne: video gastroskop ultrasonograficzny, myjnia automatyczna do endoskopów, aparat Rtg z ramieniem C. Nr sprawy 9/PN/11

Od Wykonawców wpłynęły poniższe zapytanie.

Pytanie 1

Dotyczy zapisów umowy § 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Zamawiający przekaże należność przelewem na konto Wykonawcy po zrealizowaniu dostawy przedmiotu Zamówienia na rachunek.....a terminie do 30 dni od daty podpisania protokołu dostawy, montażu, pierwszego uruchomienia, szkolenia personelu i odbioru końcowego oraz dostarczenia do siedziby Zamawiającego faktury.”

Zakazuje się dokonywania cesji długów Zakładu, wynikających z realizacji przedmiotowej umowy na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody Zakładu.

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

Pytanie 2

Dotyczy zapisów umowy § 5 pkt. b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu Zamówienia o czas naprawy o ile przestój przekroczył 5 dni roboczych” ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający doprecyzowuje zapis § 5 pkt. B umowy i nadaje mu brzmienie : „Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu Zamówienia o czas naprawy o ile przestój przekroczył 5 dni roboczych”.

Pytanie 3

Dotyczy zapisów umowy § 5 pkt. c

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca zobowiązany jest dokonywania w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów i napraw gwarancyjnych zgodnie z instrukcją obsługi” ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający doprecyzowuje zapis § 5 pkt. C umowy i nadaje mu brzmienie : „Wykonawca zobowiązany jest dokonywania w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów i napraw gwarancyjnych zgodnie z instrukcją obsługi”.

Pytanie 4

Dotyczy zapisów umowy § 5 pkt. d

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu zgodnie z poniższym:

„Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu Zamówienia nie później niż w ciągu max. 24 godzin od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy.” ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający doprecyzowuje zapis § 5 pkt. C umowy i nadaje mu brzmienie : „Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu Zamówienia nie później niż w ciągu max. 24 godzin od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu w okresie gwarancji przesyłką kurierską na koszt Wykonawcy.”

Pytanie 5

Dotyczy zapisów umowy § 5 pkt. e

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„Czas naprawy do 7 dni roboczych.” ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

Pytanie 6

Dotyczy zapisów umowy § 5 pkt. f

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu zgodnie z poniższym:

„W przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego istotnego elementu urządzenia wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe urządzenie na nowe”?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

Pytanie 7

Dotyczy zapisów umowy § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2% do 0,1% oraz z 10% do 5%?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

Pytanie 8

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, czy Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego bądź nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający informuje, iż wobec Zamawiającego nie została wszczęta likwidacja, Zamawiający nie przekształca się w spółkę prawa handlowego i nie toczy się względem placówki postępowanie upadłościowe .

Pytania od nr 9 do nr Dotyczą aparat Rtg z ramieniem C.

Pytanie 9

Dotyczy punktu I/2 rozumiemy, iż wymagany obrót to suma obrotu minimalnego w lewo min.200° i w prawo min. 200° wokół osi wzdłużnej jak wskazuje opis.

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak.

Pytanie 10

Dotyczy punktu II/11 czy Zamawiający dopuści aparat RTG z ramieniem C renomowanego producenta z lampą o pojemności równej 50Khu?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

Pytanie11

Dotyczy punktu II/1 czy Zamawiający dopuści aparatu renomowanego producenta, wyposażony w generator HF o częstotliwości 20kHz?.

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

Pytanie 12

Dotyczy punktu

W związku z wprowadzeniem mnogości pojęć fluoroskopii, prosimy o wyjaśnienie zapisów rozumiemy, iż w związku z przepisami dotyczącymi aparatury RTG zaoferowany aparat powinien posiadać generator pulsacyjny, w którym występuje fluoroskopia ciągła (pulsowanie generatora z szybkością nie mniej niż 25 pulsów /s dającą płynny obraz na monitorach bez drgań) fluoroskopia pulsacyjną (która pozwala na ograniczenie dawki i ilości pulsów/s czyli fluoroskopia niskokontrastowa i wysoko kontrastowa, tzw. Gruby pacjent)

Pytanie 13

Dotyczy punktu II/6 prosimy o dopuszczenie fluoroskopii pulsacyjnej pracującej w zakresie 2-25 pulsów/s.

Odpowiedź Zamawiającego Dot. pyt.12 i 14 :

Zamawiający informuje, iż wymaga aby przedmiot zamówienia był zgodny z wymogiem określonym w pkt II/6 opisu przedmiotu zamówienia zadania nr 3.

Pytanie 14

Dotyczy punktu II/6 rozumiemy iż zaistniał błąd pisarski w określeniu jednostki dla opisanego parametru i powinno być pulsów/s. Potwierdza to sama nazwa „fluoroscopia pulsacyjna” czyli ilość pulsów.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, zamawiający potwierdza, iż zaistniał błąd pisarski w określeniu jednostki dla opisanego parametru i powinno być pulsów/s.

Pytanie 15

Dotyczy punktu II/7 prosimy o wyjaśnienie parametru, rozumiemy iż zamawiający wymaga tzw. Funkcji pamięci kinowej CINE, która pozwala na rejestrację obrazów seryjnych dynamicznych o prędkości nie mniejszej niż zamawiający wymaga.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak.

Pytanie 16

Dotyczy punktu IV/7 rozumiemy iż zamawiający wymaga funkcji cyfrowej obrotu obrazu w pamięci aparatu prezentowanego na monitorze obrazu żywego jak o referencyjnego w zależności od potrzeb oraz tzw. repozycji niezbędnej do pracy czyli obrotu obrazu lewo/prawo, góra/dół w zależności od ułożenia pacjenta oraz z której strony będzie stał tak by dać wyjściowy obraz odpowiadający operatorowi.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z zapisem zawartym w pkt III/7 opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie 17

Dotyczy punktu IV/3 czy zamawiający dopuści aparat z pamięcią typu kino archiwizowaną na dysku twardym?...

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający informuje, iż wymaga zgodnie z zapisem zawartym w pkt IV/3 i IV/4 opisu przedmiotu zamówienia

Pytanie 18

Dotyczy punktu IV/7 rozumiemy iż poprzez taki opis zamawiający wymaga standardowej funkcji możliwości umieszczania na zapamiętanym obrazie tekstu z możliwością wybrania miejsca rozpoczęcia pisania i umieszczenia grafów oznaczających opisywany obszar.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak.

Pytanie 19

Dotyczy punktu IV/15 prosimy o dopuszczenie aparatu z nowszą funkcją archiwizacji poprzez port USB na pamięci masowej, co jest dużo lepszym rozwiązaniem, gdyż pozwala na archiwizowanie zdjęć zarówno w formacie DICOM (wraz z przeglądarką DICOM) jak również w formacie medycznym bezstratnym JPG. Ewentualnie prosimy o uściślenie czy ww. formatów archiwizacji zamawiający wymaga.

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy pod warunkiem , że spełnia wymagania opisane w punkcie IV/15 opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ.

Pytanie 20

Dotyczy punktu IV/14 czy zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu bez funkcji PRINT, gdyż zaoferowana drukarka wraz z aparatem nie wymaga stosowania takich funkcji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy .

Pytanie 21

Dotyczy punktu IV/14 prosimy o wyjaśnienie funkcjonalności DICOM wymaganej przez zamawiającego , modalność STORE daje możliwość tylko wysłania o serwera zdjęć brak jest podstawowych funkcji jak WORKLIST, która pozwala na pobranie listy pacjentów co powoduje, iż dane pacjenta zostaną aparacie automatycznie uzupełnione i trzeba robić tego ręcznie oraz takich funkcji jak możliwość pobrania ponownego na aparat zdjęć z serwera.

Pytanie 22

W związku z powyższym czy zamawiający uściśli zapis o podstawowe niezbędne do funkcjonowania modalności DICOM tzn. Storage (wyslij z serwera) Storage Commitment (sprawdź czy zapisał serwer) Worklist(pobierz listę pacjentów) MPPS – przeszukaj bazę pacjentów po nagłówkach, Query (pobierz zdjęcie pacjenta ponownie na aparat) Media-Class (nagraj zdjęcia na USB lub inne nośniki w formacie DICOM)

Odpowiedź Zamawiającego dot. pyt. 21 i 22 :

Zamawiający informuje, iż przy spełnieniu wymagań opisanych punkcie IV/14 dopuszcza rozbudowę o nowe funkcjonalności .

Pytanie 23

Dotyczy pkt.II SIWZ §4 ust. 2 wzoru umowy Prosimy by termin dostawy aparatu był liczony od daty podpisania umowy. Wnosimy więc o zmianę zapisu wg następującego brzmienia : „Termin dostawy max. Do 6 tygodni od dnia podpisania umowy”.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający informuje, iż za „Termin udzielenia zamówienia „ uznaje datę zawarcia / podpisania umowy .

Zadanie 3 – Aparat RTG z ramieniem C

Pytanie 24. Ad I.2. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat rtg z ramieniem C o nowoczesnej konstrukcji pozycjonera, który posiada parametry kątowe i liniowe o wiele lepsze od wymagań Zamawiającego (ruch orbitalny 1130 st.; odchylenie +/-12,5 st.; przesuw w pionie 45 cm, SID 100 cm) o angulacji 380 stopni?

Jest to wielkość, która pozwala na całkowite pozycjonowanie pacjenta na stole zabiegowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

Pytanie 25.Ad II.1. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat rtg z ramieniem C z generatorem HF (wysokiej częstotliwości) taktującym w przedziale 15-30 kHz w zależności od parametrów ekspozycyjnych?

Częstotliwość generatora HF (wysokiej częstotliwości) jest parametrem konstrukcyjnym i różne firmy stosują takie generatory w różnym zakresie częstotliwościowym (np. od 7 kHz do 50 kHz).

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

Pytanie 26 Ad II.11. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat rtg z ramieniem C wyposażony w nowoczesną lampę rtg o pojemności cieplnej anody 50 kHU? Zastosowanie niższej pojemności cieplnej anody w odniesieniu do wymaganej wartości w SIWZ, ma na celu mniejsze akumulowanie ciepła na anodzie lampy i odprowadzenie energii cieplnej do

kołpaka lampy (o dużej pojemności cieplnej powyżej 1200 kWh), który jest elementem bardziej trwałym. Jest to rozwiązanie stosowane w nowoczesnych lampach rtg w celu przedłużenia żywotności anody i zwiększenia jej okresu bezawaryjnego działania.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

Pytanie 27 Ad II.15. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat rtg z ramieniem C z automatyczną filtracją cyfrową realizującą między innymi:

- uśrednianie ważone umożliwiające uzyskanie obrazu o niskim poziomie szumu przy minimalnej dawce,
- filtrację częstotliwości przestrzennej umożliwiającej wyostrzenie krawędzi obrazu,
- wzmocnienie krawędzi,
- redukcję szumów,
- wykrywanie ruchu z aktywną redukcją szumów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wymagane filtry kompensacyjne min. 3 .

Pytanie 28 Ad IV.3. - Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat rtg z ramieniem C, który posiada nowoczesny system zapisu (wyświetlania typu kino) oparty na lokalnej bazie, w której można zapisać do 120 obrazów?

Zapis w pamięci typu RAM jest nietrwały i obrazy zapisane w tej pamięci przy zaniku napięcia są utracone. Oferowane przez nas rozwiązanie nie posiada tej wady.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

Pytanie 29 Zamawiający w pkt III.4 SIWZ wymaga podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu max. 48 godzin od momentu zgłoszenia przez zamawiającego faxem a w § 5 ust. 2D wzoru umowy – w ciągu max 24 godzin. Z uwagi na rozbieżności wnosimy o stosowną korektę zapisów umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający doprecyzowuje wymagania podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu max. 48 godzin. Poprawiona strona umowy załączona do pisma .

Pytanie 30 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin na podjęcie działań w celu usunięcia usterki biegł z w dni robocze, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

Pytanie 31 Zgodnie z postanowieniami pkt III.5 SIWZ czas naprawy wynosi max. 5 dni. Zgodnie natomiast z §5 ust. 2E wzoru umowy czas naprawy wynosi max. 7 dni. Jaki zatem termin naprawy urządzenia należy uznać za wiążący?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający doprecyzowuje zapis pkt III.5 SIWZ czas naprawy wynosi max. 7 dni, jak we wzorze umowy .

Pytanie 32 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin naprawy biegł z w dni robocze, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

Pytanie 33 Zamawiający w pkt III. 6 SIWZ wymaga w okresie gwarancji wymiany wadliwego elementu urządzenia w przypadku jego trzykrotnej naprawy a w § 5 ust. 2F wzoru umowy wymaga wymiany urządzenia na nowe. Z uwagi na rozbieżności wnosimy o stosowną korektę zapisów umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający doprecyzowuje zapis pkt III.6 SIWZ : wymaga w okresie gwarancji wymiany wadliwego urządzenia na nowe .

Pytanie 34 Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty kar umownych w wysokości 0,2% wartości partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ich obniżenie do 0,1%?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

Pytanie 35 pkt II SIWZ i §4 ust. 2 umowy - Zamówienie musi być wykonane maksymalnie w terminie do 6 tygodni od udzielenia zamówienia. Czy przez udzielenie zamówienia zamawiający rozumie zawarcie umowy?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, przez udzielenie zamówienia zamawiający rozumie zawarcie umowy.

Pytanie 36 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji do 8 tygodni?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

Pytanie 37 Czy wypowiedzenie umowy, o którym mowa w §7 wzoru umowy dotyczy przypadków niedotrzymania przez wykonawcę terminu wykonania zamówienia z przyczyn zawnionych przez wykonawcę?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak.

Pytanie 38 Czy Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy:

- a) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę,
- b) z powodu wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie prac niezawnionych przez wykonawcę,
- c) w zakresie przedłużenia terminu realizacji umowy w przypadku, gdy jej terminowe zakończenie przez wykonawcę jest niemożliwe z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
- d) jeżeli nastąpi zmiana przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

Poprawione strony projektu umowy stanowią załącznik do pisma .

Na podst. art. 38 ust. 4 Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącą opisu przedmiotu zamówienia zadania nr 1 –Video gastrokop ultrasonograficzny poprzez dodanie do kryteriów wymaganych :

1. system do archiwizacji obrazów endoskopowych i danych pacjentów z komputerem, monitorem i drukarką laserową .

Jednocześnie na podst. Art. 38 ust.6 Zamawiający przedłuża termin składania ofert do

28.04.2011 do godziny 11:00.

Zadanie nr 1 Przedmiot zamówienia – Video gastroskop ultrasonograficzny

Oferent/producent:

.....

Nazwa:

.....

Typ:

Rok

produkcji:

.....

Lp.	Parametry	Wymagania	Wartości oferowane, szczegółowy opis
Wideo gastroskop ultrasonograficzny – 1 szt.			
	Sprzęt fabrycznie nowy	TAK	
	Współpraca z procesorem USG EUB7500 Hitachi	TAK	
	Typ skanowania – sektorowy, cyfrowy	TAK	
	Kąt skanowania	120o	
	Kanał roboczy	min. 3,8 mm	
	Długość robocza sondy wzornikowej	1200 -1300 mm	
	Kąt widzenia	Min 120o	
	Minimalne wychylenie końcówki sondy wzornikowej a) góra b) dół c) prawo d) lewo	a) 130° b) 130° c) 120° d) 120°	
	Średnica zewnętrzna sondy wzornikowej	Max 12,8 mm	
	Funkcja identyfikacji endoskopu przez procesor	TAK	
	Głębokość ostrości	Min 5-100 mm	
	Elewator obsługiwany z rękojeści endoskopu	TAK	
	Przetwornik CCD typu „color”	TAK	
	Kompatybilność z procesorem EPK-100p posiadanym przez Zamawiającego	TAK	
	Funkcja elastografii tkankowej dostępna na głowicy aparatu	TAK	
	Możliwość programowania przycisków sterujących endoskopu	TAK minimum 3 przyciski	
	Wózek transportowy do endoskopów	TAK	
	system do archiwizacji obrazów endoskopowych i danych pacjentów z komputerem, monitorem i drukarką laserową .	TAK	

Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego

Lp.	Parametry	Wymagania	Wartości oferowane, szczegółowy opis
1.	Okres gwarancji	Miesiące/ min. 24 mies	
2.	Możliwość zgłaszania usterek 24 h/dobę (podać sposób oraz numery telefonów kontaktowych i faksu)	Tak	
3.	Magazyn części zamiennych w Polsce	Tak	
4.	Czas reakcji: przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa	nie dłużej jak 48 godzin	
5.	Maksymalny czas usuwania awarii	Dni/ nie dłużej jak 5 dni	
7	Liczba napraw powodująca wymianę podzespołu na nowy	Maksimum 3	

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak szczegółowego opisu wartości oferowanej będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia. Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi).

Data
Wykonawcy

pieczęć i podpis

§ 5.

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

1. **Wykonawca** gwarantuje, że przedmiot umowy jest wolny od wad.
2. Warunki gwarancji i serwisu przedmiotu zamówienia :

a/ okres gwarancji na oferowane urządzenia zawiera poniższa tabela. Gwarancja liczona jest od daty podpisania protokołu odbioru końcowego,

L.p.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA	Okres gwarancji min. 24 m-ce (podać)	Nazwa wykonawcy serwisu gwarancyjnego Imię i nazwisko serwisanta Adres i telefony
1	Videogastroskop ultrasonograficzny		
2	Myjnia automatyczna do endoskopów		
3	Aparat Rtg z ramieniem C		

b/ **Wykonawca** zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji przedmiotu zamówienia o czas naprawy, o ile przestój przekroczył 5 dni roboczych .

c/ **Wykonawca** zobowiązany jest do dokonywania w okresie gwarancji bezpłatnych przeglądów i napraw gwarancyjnych zgodnie z instrukcją obsługi;

d/ **Wykonawca** zobowiązany jest do podjęcia działań w celu usunięcia awarii przedmiotu zamówienia nie później niż w ciągu max. 48 godzin od momentu dostarczenia urządzenia do autoryzowanego serwisu w okresie gwarancji przesyłka kurierską na koszt Wykonawcę ;

e/ czas naprawy do 7 dni;

f/ w przypadku trzykrotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu urządzenia wykonawca zobowiązany jest wymienić wadliwe urządzenie na nowe,

g/ serwis gwarancyjny i ewentualnie pogwarancyjny realizowany przez autoryzowany serwis producenta;

h/ należy podać adresy punktów serwisowych.

§ 6.

KARY UMOWNE

1. **Wykonawca** jest zobowiązany do zapłaty kar umownych:
 - a) w wysokości 0,2% wartości partii towaru za każdy dzień zwłoki, jeżeli towar nie został dostarczony w terminie z powodu okoliczności, za które odpowiada **Wykonawca**,
 - b) w wysokości 10% wartości umowy za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy, z przyczyn leżących po jego stronie .
2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenie odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych

§ 7.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wyklucza się takie zmiany umowy, które byłyby niekorzystne dla **Zamawiającego**, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.