

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr.
(22) 344 62 00 <http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG -GrIV A/ 19/ ZO/16

OTWOCK, DN. 21.11.2016r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na Dostawy

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora równowagi kwasowo-zasadowej
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w tabelach cenowych stanowiących załącznik do oferty
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

II. WYMAGANY TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Przedmiot zamówienia Wykonawca będzie świadczył opisane wyżej usługi w okresie

36 m-cy od udzielenia zamówienia .

III. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę w języku polskim na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczętą firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez oferenta.

IV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy , 05-400 Otwock, ul. Narutowicza 80 **do dnia 28.11.2016r do godz. 14:00** .
2. Ocena ofert zostanie dokonana w terminie 7 dni od składania ofert, wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w siedzibie Zamawiającego : 05-400 Otwock ul. Narutowicza 80 oraz na stronie internetowej pod adresem www.otwock-szpital.pl
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego: www.otwock-szpital.pl

V. OCENA OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

Kryterium wyboru	Znaczenie
. Cena oferty	100,00%

ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW

Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie każdego w/w kryterium.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym ofertom przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów.

Ad. algorytm oceny kryterium **cena oferty:**

Cena najniższa

$$Wp (C) = \frac{\text{Cena najniższa}}{\text{Cena oferty badanej}} \times 100\%, \text{ gdzie:}$$

Cena oferty badanej

Cena min.– najniższa cena spośród wszystkich ocenianych ofert

Oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

VI. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.otwock-szpital.pl

VII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Oferent może zwrócić się do Zamawiającego z pisemną (lub wysłaną drogą elektroniczną – e-mailem na adres Zamawiającego) prośbą o wyjaśnienie treści zapytania.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na pytanie wykraczające poza zakres zapytania ofertowego.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

1. opis przedmiotu zamówienia
2. Wzór formularza ofertowego

Opis przedmiotu zamówienia

L.p	OFERTA TECHNICZNA - wymagania techniczne	Parametr wymagany	Wartość oferowana - wypełnia Wykonawca
1.	Analizator parametrów krytycznych gazometrii wraz z oksymetrią .Rok produkcji nie starszy niż 2013	tak	
2.	Automatyczny analizator parametrów krytycznych pracujący w systemie ciągłym	tak	
3.	Jednoczesne oznaczenie: pH, pCO ₂ , pO ₂ , ctHb, MetHb, O ₂ Hb, HHb, COHb, HbF, sO ₂	tak	
4.	Stała gotowość do pracy tzn. możliwość przerywania programów testowych/ kalibracyjnych w dowolnym momencie, w celu umożliwienia natychmiastowego wykonania badania po przerwaniu kalibracji (priorytet próbki pacjenta)	tak	
5.	Możliwość aspiracji próbki bezpośrednio ze strzykawki i z kapilary .	tak	
6.	Elektrody wymienialne każda osobno, niezależnie od siebie .Elektrody zabezpieczone przed skrzepami przez membrany .	tak	
7.	Możliwość wymiany pojedynczych odczynników zależnie od zużycia, jeden pojemnik jeden odczynnik (roztwór)	tak	
8.	Analizator posiadający adaptacyjny pomiar próbki zapewniający pomiar i wydruk tyłu parametrów ile to możliwe przy zachowaniu ich wiarygodności .	tak, podać	
9.	Wbudowany skaner kodów paskowych do odczytu ID pacjenta oraz operatora	tak	
10.	Połączenie analizatorów z systemem informatycznym Zamawiającego na koszt Wykonawcy. System MARCEL	tak	
11.	Kalibracja gazami zewnętrznymi , konfekcjonowanymi w butlach jednorazowego użycia .	tak	
12.	Analizatory wyposażone w czytelne programowanie w języku polskim, komunikaty w języku polskim	tak	

Ilość badań na 3 lata – 9.000

W sporządzonej przez Wykonawcę tabeli , którą należy dołączyć do oferty należy uwzględnić w ilości adekwatnej do ilości oznaczeń oraz do trwałości odczynników następujące materiały :

- zużywalne
- eksploatacyjne
- materiał kontrolny poziom1,2,3 – kontrola na jednym poziomie 30 ampulek na miesiąc

W tabeli należy również uwzględnić koszt dzierżawy analizatora na 36 m-cy.

Cena całkowita oferty będzie porównywana w celu wyboru oferty najkorzystniejszej.

Niedoszacowanie ilości na 36 m-cy materiałów eksploatacyjnych, kontrolnych, kalibratorów na podaną ilość badań spowoduje bezpłatne dostarczenie brakującego asortymentu do końca umowy na koszt własny Wykonawcy

.....

podpis osoby uprawnionej

OFERTA

....., dnia.....

pieczętka firmowa

I. Dane wykonawcy:

1. Pełna nazwa

2. Adres

3. Województwo.....

4. Numer telefonu. i nazwisko osoby uprawnionej do kontaktów :

.....

5. REGON

II. Przedmiot oferty: *Oferta dotyczy postępowania poniżej wartości 30 000 euro bez stosowania ustawy
prawo zamówień publicznych ogłoszonego przez:*

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzliczy w Otwocku

Na:

dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatora równowagi-kwasowo-zasadowej

III. Potwierdzenie spełnienia wymagań formalno - prawnych

1) **Aktualny odpis z właściwego rejestru** jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w parciu o art. 24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; ,a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy .

2).w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy

3. .w przypadku, gdy ofertę składają Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wymagane jest załączenie dokumentu pełnomocnictwa określającego zakres umocowania pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu

IV. Cena oferty dla przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do zaoferowania i podania ceny dla oferowanego przedmiotu zamówienia , zgodnie z tabelą asortymentowo-cenową dołączoną do oferty :

cena netto...../ słownie +....% podatku Vat zł = cena brutto:/
słownie,

OFERTA z ponumerowany zawiera łącznie: ponumerowanych stron/kartek*

(* odpowiednio skreślić).

.....

podpis osoby uprawnionej

.....

podpis osoby uprawnionej