



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG –Gr.IVA/ 23/PN/2015

Otwock, dnia 19.01 2016 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne – rękawice diagnostyczne i chirurgiczne – numer sprawy 23/PN/15.

Od Wykonawców wpłynęły następujące wnioski o wyjaśnienie SIWZ :

1 .Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1,4

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 1,4 z pakietu co pozwoli na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty większej liczbie Wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

2. Dotyczy Pakietu nr 2 poz . 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywnych rękawic o obniżonej grubości pojedyncza ścianka na palcu 0,1 +/- 0,01, na mankiecie 0,06 +/- 0,01, rolowany mankiet, dodatkowo teksturowane na palcach, wykonane całkowicie z kopolimeru, długość minimalna 240 mm, z wyraźnym oznaczeniem rozmiaru na 5 ściankach opakowania, rozmiar opakowania 11cm x 20 cm x 6 cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych montowanych pojedynczo lub potrójnie z możliwością wyjmowania rękawic od frontu, pakowane po 100 sztuk, kolor fioletowy.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z odpowiednim przeliczeniem ilości .

3. Dotyczy Pakietu nr 2 poz . 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywnych rękawic o obniżonej grubości pojedyncza ścianka na palcu 0,1 +/- 0,01, na mankiecie 0,06 +/- 0,01, rolowany mankiet, dodatkowo teksturowane na palcach, wykonane całkowicie z kopolimeru, długość minimalna 260 mm, rozmiar opakowania 24cm x 12 cm x 6,5 cm (+/- 5%), pasujące do uchwytów naściennych montowanych pojedynczo lub potrójnie z możliwością wyjmowania rękawic od frontu poprzez otwór ograniczony folią zapobiegającą kontaminacji pozostałych rękawic, pakowane po 150 sztuk, kolor biały.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z odpowiednim przeliczeniem ilości .

4. Dotyczy Pakietu nr 2 poz . 5,6

Prosimy o dopuszczenie uchwytów naściennych uniwersalnych z możliwością montowania pojedynczo lub w sekwencji po 3 mocowanych do ściany lub szafki a także wózka pielęgniarskiego w rozmiarze: Wysokość - 165; szerokość – 100, kompatybilnych ze wszystkimi opakowaniami rękawic diagnostycznych z pozycji 2,3.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z możliwością wyjmowania rękawic od frontu .

5 .Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaferowania w poz. 1 Pakietu 2 wysokiej jakości rękawic diagnostycznych do procedur o podwyższonym ryzyku wykonanych z bezpudrowego lateksu o poziomie protein poniżej 30µg/g, o teksturowanej powierzchni (zapewniającej dobry chwyt) o nieznacznie różniących się grubościach ścianek (pojedyncza ścianka), tzn. na palcu min. 0,36mm, na dłoni min. 0,32mm, na mankiecie min. 0,22mm, o długości min. 300mm, o sile zrywania przed starzeniem min. 18N i rozciągliwości przed starzeniem min. 700%, dostępnych w rozmiarach od S do XXL, zarejestrowanych jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej Kategorii III. Pragniemy dodać, że dopuszczenie zaferowania naszych rękawic zapewni Państwu otrzymanie szerszej oferty na wysokiej jakości rękawice jednocześnie nie narażając na zarzut braku oszczędności i ograniczania uczciwej konkurencji.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

6 .Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w poz. 2 Pakietu 2 wysokiej jakości rękawic diagnostycznych z nitylu, bezpudrowych, o nieznacznej różnicy w grubości palców tzn. o grubości pojedynczej ścianki na palcach 0,10 – 0,12mm, o AQL 1,0, rolowany mankiet, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach zapewniającą bardzo dobry chwyt, polimeryzowane obustronnie co ułatwia zakładanie rękawic, dł. min.240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Przebadane na min.17 substancji chemicznych, potwierdzone badaniami jednostki niezależnej, pozbawionych tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Pakowanych po 100 szt., w standardowe opakowania, o wymiarach pasujących do dostarczonych uchwytów naściennych?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z odpowiednim przeliczeniem ilości .

7. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zaferowanie w poz. 2 Pakietu 2 wysokiej jakości rękawic diagnostycznych z nitylu, bezpudrowych, o nieznacznej różnicy w grubości palców tzn. o grubości pojedynczej ścianki na palcach 0,09 – 0,11mm, rolowany mankiet, teksturowane na palcach, polimeryzowane od strony roboczej, chlorowane, dł. min.240mm. Zarejestrowane jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kat. III. Przebadane na substancje chemiczne, potwierdzone badaniami jednostki niezależnej, pozbawionych tiuramów oraz MBT potwierdzone badaniami jednostki niezależnej. Rozmiar kodowany kolorystycznie na opakowaniu. Pakowanych po 200 szt., w standardowe opakowania, o wymiarach pasujących do dostarczonych pojedynczych (odpowiednia ilość) uchwytów naściennych?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy z odpowiednim przeliczeniem ilości .

Prosimy o pozytywne ustosunkowanie się do naszych zapytań, ponieważ opis produktu zawarty w poz. 2 Pakietu 2 wskazuje na rękawice Dermagrip Ultra LT w opakowaniach typu SafeDon, którego jedynym dystrybutorem jest firma Zarys, uniemożliwia złożenie ofert konkurencyjnych, co jest niezgodne z zasadami ustawy pzp, która nakazuje Zamawiającemu opisanie przedmiotu zamówienia w sposób umożliwiający zachowanie uczciwej konkurencji. Ponadto pragniemy nadmienić, iż koszt rękawiczek typu SafeDon, to ok.33,00zł netto (opakowanie a 250szt.) co daje cenę 0,13zł/szt., natomiast koszt standardowej rękawiczki nitylowej to ok.9,70zł netto (opakowanie a 100szt.) co daje cenę 0,097zł/szt.(jak wynika z ostatniej analizy ofert przetargowych), a przy tak dużej ilości rękawic (2.700.000 szt.) różnica kosztu jest znacząca.

8. Dotyczy Pakietu nr 2 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaferowania w poz. 4 Pakietu 2 rękawic nitylowych o przedłużonym mankiecie, bezpudrowych, teksturowanych na palcach, z rolowanym mankiem, grubość pojedynczej ścianki na palcu min.0,16mm, dłoni min. 0,11mm, długość 295-300mm, kolor niebieski. Zgodne z normą EN 374, ASTM F 1671, odporne na przenikanie cytostatyków potwierdzone badaniami jednostki niezależnej od producenta, rozmiary S do L.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

9.Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaferowania w poz. 1 Pakietu 1 rękawic chirurgicznych wykonanych z lateksu kauczuku naturalnego pudrowanych mączką kukurydzianą o nieznacznej różnicy w

grubościach, tj. palec 0,21mm-0,23mm, dłoń 0,20mm-0,21mm, mankiet 0,16mm-0,17mm, z poziomem protein <50 ug/g, co potwierdzi raport z badań niezależnych oraz z badań niezależnych na brak tiuramów wg HPLC. Ekstrahowane substancje chemiczne zostały indywidualnie rozpoznane poprzez HPLC przez porównanie ich z autentycznym materiałem odniesienia.

Limity wykrywalności wynoszą 2 µg/ml dla ZDEC i 10 µg/ml dla TMTD, MBT, ZDMC, ZPMC, ZDBC, ZMBI, ZMBT, BHT, BHA, DPG i DPT, wyraźnie oznaczony rozmiar na opakowaniu bezpośrednim oraz wewnętrznym rękawiczki, z wytłoczeniem rozmiaru na rękawiczce, spełniające pozostałe wymagania.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

10. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaferowania w poz. 2 Pakietu 1 rękawic chirurgicznych wykonanych z lateksu, bezpudrowych, wewnętrzna strona pokryta wielowarstwowym polimerem ułatwiającym zakładanie, gładka, o nieznacznej różnicy w grubościach, tj. palec 0,22mm-0,23mm, dłoń 0,21mm-0,22mm, mankiet 0,17mm-0,18mm, z poziomem protein <20 ug/g, co potwierdzi raport z badań niezależnych oraz z badań niezależnych na brak tiuramów wg HPLC. Ekstrahowane substancje chemiczne zostały indywidualnie rozpoznane poprzez HPLC przez porównanie ich z autentycznym materiałem odniesienia. Limity wykrywalności wynoszą 2 µg/ml dla ZDEC i 10 µg/ml dla TMTD, MBT, ZDMC, ZPMC, ZDBC, ZMBI, ZMBT, BHT, BHA, DPG i DPT, spełniające pozostałe wymagania.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

11. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaferowania w poz. 3 Pakietu 1 rękawic chirurgicznych wykonanych z lateksu, bezpudrowych, wewnętrzna strona pokryta wielowarstwowym polimerem ułatwiającym zakładanie, gładka, ultracienkie dla zwiększenia wrażliwości dotykowej o grubościach: palec 0,17mm-0,18mm, dłoń 0,16mm-0,17mm, mankiet 0,15mm-0,16mm, o wysokich siłach zrywania min.13N, z poziomem protein <50 ug/g, co potwierdzi raport z badań niezależnych oraz z badań niezależnych na brak tiuramów wg HPLC. Ekstrahowane substancje chemiczne zostały indywidualnie rozpoznane poprzez HPLC przez porównanie ich z autentycznym materiałem odniesienia. Limity wykrywalności wynoszą 2 µg/ml dla ZDEC i 10 µg/ml dla TMTD, MBT, ZDMC, ZPMC, ZDBC, ZMBI, ZMBT, BHT, BHA, DPG i DPT, spełniające pozostałe wymagania.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

12. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaferowania w poz. 4 Pakietu 1 rękawic chirurgicznych bez lateksowych, wykonanych z polochloroprenu (neoprenu) bezpudrowych, wewnętrzna strona pokryta wielowarstwowym polimerem ułatwiającym zakładanie, kolor jasno brązowy, o grubościach: palec 0,21mm-0,23mm, dłoń 0,18mm-0,19mm, mankiet 0,15mm-0,16mm, spełniające pozostałe wymagania.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

13. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Prosimy o dopuszczenie potwierdzenia zgodności rękawic z normą EN 455, części 1-4 przez załączenie do oferty deklaracji zgodności producenta. Pragniemy nadmienić, iż tego typu dokument jest bardziej wiążący niż informacja w karcie danych technicznych.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

14. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaferowania w poz. 5 Pakietu 1 rękawic chirurgicznych wykonanych z lateksu, bezpudrowych, z wewnętrzną warstwą pokrytą wielowarstwowym polimerem ułatwiającym zakładanie, o grubościach: palec 0,22mm-0,23mm, dłoń 0,21mm-0,22mm, mankiet 0,17mm-0,18mm, z poziomem protein <20 ug/g, rozciągliwość przed starzeniem min.800%, siła zrywającą min.15,5N, spełniające pozostałe wymagania.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

15. Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1-5

Prosimy o wyjaśnienie czy w związku z wymaganiem Zamawiającego, że rękawiczki mają być zgodne z normami: EN 455 1-4, EN 420, EN 388 należy zaoferować produkt zarejestrowany i oznakowany, jako wyrób medyczny klasy IIa i środek ochrony osobistej kat. III, jak na to wskazują powyższe normy?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

Pakiet 1

Pozycja 1

16. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości 260-280 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów, o następujących grubościach:

Palec - 0,21; Dłoń - 0,16; Mankiet - 0,14 mm, pakowane w opakowania a 70 par.

17. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic pudrowanych z mankiem prostym, z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami o następujących grubościach: palec 0,22 mm, dłoń 0,20 mm, mankiet 0,16 mm.

Pozycja 2

18. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości 260-280 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów, o następujących grubościach:

Palec - 0,195-0,22 mm; Dłoń - 0,185 +/-0,02 mm; Mankiet – min. 0,145 mm.

Pozycja 3

19. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic z powierzchnią mikroteksturowaną o długości 270 – 285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów, o następujących grubościach: Palec - 0,17; Dłoń - 0,16; Mankiet - 0,12

Pozycja 4

20. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości: palec 0,23 mm, dłoń 0,21 mm, mankiet 0,18 mm

21. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic poliizoprenowych w kolorze beżowym o długości 270 – 285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów, o następujących grubościach: Palec - 0,27; Dłoń - 0,215 ±0,025 mm; Mankiet - 0,17

Pozycja 5

22. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości 260-280 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów, o następujących grubościach:

Palec - 0,195-0,22 mm; Dłoń - 0,185 +/-0,02 mm; Mankiet – min. 0,145 mm, siła zrywania przed starzeniem 14 N po starzeniu 12 N.

23. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości 270-285 mm w zależności od rozmiaru, która w pełni zakrywa mankiet fartucha i zapewnia bezpieczeństwo pracy podczas zabiegu chirurgicznego. Pragniemy podkreślić, że

różnica w długości rękawic wynika jedynie z wielkości – długości samej dłoni, na którą dany rozmiar jest przeznaczony, natomiast długość samego mankietu pozostaje niezmienna dla wszystkich rozmiarów, o następujących grubościach: Palec - 0,27; Dłoń - 0,22 ±0,02 mm; Mankiet - 0,16, siła zrywania przed starzeniem 18 N po starzeniu 15 N.

24. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic lateksowych bezpudrowych z warstwą nitrylową o następujących grubościach: palec 0,21mm, dłoń 0,19 mm, mankiet 0,16 mm, siła zrywania przed starzeniem 16N, siła zrywania po starzeniu 12N.

Pozycja 1,2,3

25. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dokumentu producenta potwierdzającego zawartość białek.

Pozycja 5

26. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dokumentu producenta potwierdzającego odporność na przenikanie cytostatyków oraz pozbawione tiuramów.

Odpowiedź Zamawiającego na pytania od nr16 do nr26 :

Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy , wymaga złożenia oferty zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

27. dotyczące Pakietu 2 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic o grubościach:0,36-0,37 mm na palcu0,32-0,33 mm na dłoni0,24-0,25 mm na mankiecie, o długości 301mm, rozciągliwość przed starzeniem 650%, siła zrywająca przed starzeniem 27,14N?

28. dotyczące Pakietu 2 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawic pozbawionych tiuramów oraz MBT, co wykonawca potwierdzi wynikami badań HPLC z jednostki niezależnej przedstawionymi w formie raportu producenta?

29. dotyczące Pakietu 2 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubości na palcu 0,12mm, rozmiar opakowania: 121 x 121 x 165mm (+/- 5mm).

30. dotyczące Pakietu 2 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubościach:0,14 mm na palcu 0,09 mm na dłoni 0,07 mm na mankiecie, Odpornych na przenikanie cytostatyków, co potwierdzone zostanie raportem badania wykonanym w niezależnym laboratorium.

Odpowiedź Zamawiającego na pytania od nr27 do nr 30 :

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy .

Pakiet nr 2, poz. 1.

31 Prosimy o dopuszczenie rękawic diagnostycznych do procedur o podwyższonym ryzyku, nitrylowych bezpudrowych.

Grubość pojedyncza: ścianka na palcu min. 0,19 mm, dłoni min. 0,13 mm., mankiecie min.

0,09 mm., długość min. 281 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 12,49 N. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III.

Odpowiedź Zamawiającego

Nie , Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

32. Prosimy o dopuszczenie rękawic pakowanych a'100 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy z odpowiednim przeliczeniem ilości .

Pakiet nr 2, poz. 2, poz. 5-6.

33. Prosimy Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z pakietu co pozwoli naszej firmie na złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź Zamawiającego

Nie , Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pakiet nr 2, poz. 3.

34. Prosimy o odstąpienie od wymogu aby rękawice były odporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą

ASTM F1671, oraz substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej, a dopuszczenie rękawic odpornych na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671 potwierdzonych badaniami producenta.

Odpowiedź Zamawiającego

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycje Wykonawcy .

Pakiet nr 2, poz. 4.

35. . Prosimy o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych z przedłużonym mankietem, bezpudrowych, z dodatkową teksturą na palcach, rolowany mankiet, grubość pojedyncza: ścianka na palcu min. 0,19 mm, dłoni min. 0,13 mm., na mankiecie min. 0,09 mm., długość min. 281 mm, kolor pomarańczowy. Zgodnie z normą EN 374, ASTM F1671, odporne na przenikanie cytostatyków potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej od producenta.

Odpowiedź Zamawiającego

Nie , Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Do wiadomości :

Strona internetowa Zamawiającego www.otwock-szpital.pl