



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr.
(22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG –Gr.IV A/19PN/2016

Otwock, dn. 05.10.2016r

Dotyczy :postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych znak sprawy 18 /PN/2016

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

1. Dot. projektu umowy par. 5 ust. 6

W związku z tym , że wymiana podzespołów może być spowodowana uszkodzeniem myjni **z winy użytkownika** prosimy o modyfikację zapisu w taki sposób by wyraźnie określał z jakiego powodu należy wymienić urządzenie na nowe. Należy rozgraniczyć uszkodzenia podlegające gwarancji oraz uszkodzenia pozagwarancyjne. Wykonawca odpowiada za wady fabryczne urządzenia a nie odpowiada za uszkodzenia myjni powstałe z winy Użytkownika . Wykonawca wymieni myjnię na nową w przypadku trzech uszkodzeń tej samej części/podzespołu spowodowanych wadą fabryczną.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający w **par. 5 ust. 4 projektu umowy** zawarł zapis , że w ramach gwarancji usuwane będą awarie sprzętu z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika.

Jednocześnie Zamawiający doprecyzowuje **par. 5 ust. 6** iż w okresie gwarancji trzy wymiany tej samej części/ podzespołu , które naprawiane były w ramach gwarancji , czyli z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika powodują wymianę urządzenia na nowe .

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego : www.otwock-szpital.pl ,