



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr.
(22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG –Gr.IV A/19PN/2016

Otwock, dn. 10.10.2016r

Dotyczy :postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego, znak sprawy 19 /PN/2016

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania

Dot. Pakiet B – Mikroskop z osprzętem – 1 szt

1) Czy zamawiający dopuści obiektyw 4x o aperturze 0,13 zamiast obiektywu 5x

Odpowiedź Zamawiającego : Nie Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy.

2) czy zamawiający dopuści obiektyw 10x o aperturze 0,3

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

3) Czy zamawiający dopuści kondensator dopasowany do obserwacji w jasnym polu, ciemnym polu oraz kontraście fazowym o aperturze numerycznej 0,90/1,1 w pełni dopasowany do oferowanych obiektywów

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Dot. Pakiet C – Zatapiarka parafinowa – 1 szt

pkt. 21, 22 czy można zaproponować system, w którym zarówno moduł termiczny, jak i chłodzący posiadają niezależne zasilanie a sterowanie i programowanie odbywa się z poziomu modułu termicznego? Obydwa moduły nie posiadają połączeń mechanicznych ani elektrycznych a jedynym łącznikiem jest kabel, umożliwiający transmisję danych, dotyczących parametrów pracy urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy

Dot. umowy paragraf 5 pkt 6:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu na „ W okresie gwarancji trzy wymiany tej samej części/podzespołu powodują wymianę tego podzespołu na nowy.

Odpowiedź Zamawiającego : Nie Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy

Dot. paragraf 5 pkt. 8

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie czasu reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (faxem, e-mailem lub telefonicznie) do niż 48 h w dni robocze?

Odpowiedź Zamawiającego :Tak Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy

Do wiadomości : Wykonawcy biorący udział w postępowaniu .