



**Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy**

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00  
http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

**MCLChPiG –Gr.IVA/ 8/PN/2016**

Otwock, dnia 30.03 2016 r.

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę szwów chirurgicznych

Od Wykonawców wpłynęły zapytania

**Dotyczy pakietu nr 2**

- Czy Zamawiający dopuści w pakiecie nr 2 materiał szewny monofilamentowy syntetyczny niewchłaniający wykonany z izotaktycznego, krystalicznego sterizomeru polipropylenu, syntetycznego liniowego poliolefinu?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy .

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 pozycji 1 dopuści nić o rozmiarze 4/0? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy .

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 pozycji 1 dopuści nić o długości 75 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający wyraził zgody na propozycje Wykonawcy w odp. na pytanie nr 2 z dn. 25.03.2016

**Dotyczy pakietu nr 6**

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 6 pozycji 1 dopuści igłą odwrotnie tnącą, obrotową wzmocnioną? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

**Dotyczy pakietu nr 7**

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 pozycji 1 dopuści nić o długości 70 cm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy .

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 pozycji 2 dopuści nić o długości 70 cm z igłą 26 mm odwrotnie tnącą kosmetyczną dwuwkłęsłą? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy .

- Czy Zamawiający w pakiecie nr 7 pozycji 3 dopuści igłę 36 mm okrągłą, a nić w rozmiarze 2/0 o długości 70 cm?  
Pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy .

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Do wiadomości : strona internetowa Zamawiającego ;[www.otwock-szpital.pl](http://www.otwock-szpital.pl)

