



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.13/ ZO.1. 2025

Otwock, dnia 08.05 2025

**Do wszystkich
zainteresowanych**

Nr referencyjny 13/ ZO/2025

Dotyczy: Zapytania ofertowego na Jednorazowe, niechemiczne artykuły medyczne – powtarzane na pakiety unieważnione z powodu braku ofert.

Od Wykonawców wpłynął następujące pytania :

Pakiet 3, pozycja 4 - Czy zamawiający dopuści filtr mechaniczny o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: gąbkowy
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Skuteczność nawilżania: 30mg przy 500VT
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

Pakiet 3, pozycja 5 - Czy zamawiający dopuści filtr mechaniczny o parametrach:

- Rodzaj filtracji: mechaniczna
- Skuteczność filtracji bakteryjnej: 99,9999%
- Skuteczność filtracji wirusowej: 99,9999%
- Wymiennik ciepła i wilgoci: Nie
- Przestrzeń martwa: 70ml
- Waga: 36,5 g
- Objętość oddechowa: 150-1500ml
- Oporność: 1,0hPa przy 30 l/min
- Złącza: 22M/15F-22F/15M
- Port do kapnografu zabezpieczony zatyczką
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Pakiet 3, pozycja 6 - Czy zamawiający dopuści wymiennik o parametrach:

- Wymiennik ciepła i wilgoci: celulozowy
- Przestrzeń martwa: 16ml
- Waga: 9g
- Objętość oddechowa: 200-1000ml
- Skuteczność nawilżania: 24mg przy Vt500
- Oporność: 0,5 hPa przy 30 l/min
- Złącza: 15F
- Port do odsysania zabezpieczony zatyczką
- Port tlenowy
- Opakowanie: papier/folia
- Jałowy?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

Pakiet 3, pozycja 7, 9 - Czy zamawiający dopuści maskę tlenową z drenem 210cm?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

Pakiet 3, pozycja 25 - Czy zamawiający dopuści igły w rozmiarach 19G, 20G, 22G i długościach 15 mm, 19 mm, 25 mm, 38 mm, do wyboru przez Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Pakiet 3, pozycja 25 - Czy zamawiający odstąpi od wymogu kompatybilności z tomografią i rezonansem?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak,

Pakiet 15, pozycja 3 - Czy zamawiający dopuści dren PCV o średnicy 7mm/10 mm, wyceniony w zwoju 30m, z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

Pakiet 15, pozycja 4 - Czy zamawiający dopuści przedłużacz dren do ssaka w rozmiarze 7/10/2100?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

Pakiet 15, pozycja 5-6 - Czy zamawiający dopuści dren typu Redon z PCV?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Pakiet 15, pozycja 7 - Czy zamawiający dopuści jako produkt równoważny pojemnik Redona typu

Bellows 250 ml lub 500ml o parametrach:

- W wersji płaskiej
- Z łącznikiem schodkowym
- Do drenów Redona w rozmiarach od CH 6 do CH 18
- Pojemnik półprzezroczysty
- Możliwość kontrolowania w każdej chwili poziomu napełnienia
- Sterylny produkt jednorazowego użytku
- W zestawie dren Redona bez igły 50cm



Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

Pytania do SWZ – Zadanie nr 3 pozycja 25

W specyfikacji wskazujemy na znaki towarowe i pochodzenie przedmiotu zamówienia, co w tej sytuacji może prowadzić do utrudnienia uczciwej konkurencji i zostało wskazane w ustawie jako szczególny przypadek opisu, który może uniemożliwiać uczciwą rywalizację.

Przykład:

1. o długości 26cm(całość)
2. Skrzydełka kodowane kolorami zgodnie z rozmiarem igły.

Takie parametry nie tylko mogą stanowić ograniczenie konkurencji, ale co gorsza, utrudniają uczciwą rywalizację, co jest sankcjonowane w ustawie Pzp.

Zwracamy się do Zamawiającego o zbadanie – zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp – czy takie wskazanie parametrów jest uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia oraz czy Zamawiający nie miał możliwości opisu przedmiotu zamówienia w inny sposób. Naszym zdaniem występuje przesłanka opisana w art. 29 ust. 2 ustawy Pzp.

1 .Czy Zamawiający dopuści zaproponowane parametry określone w stosunku do opisu przedmiotu zamówienia za równoważne i dzięki temu uzyska konkurencyjność cenowo- jakościową w pakiecie na igły :

- o długości 26cm(całość)

Oferujemy długość w zakresie 23-26cm całość, co wciąż zapewnia odpowiednią długość roboczą przy zachowaniu funkcjonalności. Krótszy dren może lepiej przylegać do ciała pacjenta, zmniejszając ryzyko przypadkowego zaczepienia oraz zwiększając komfort użytkowania i bezpieczeństwo.

- Skrzydełka kodowane kolorami zgodnie z rozmiarem igły

Oferujemy oznaczenie kolorystyczne zgodnie z rozmiarem igieł na opakowaniu. Takie rozwiązanie zapewnia czytelność i jednoznaczną identyfikację rozmiaru igły jeszcze przed otwarciem opakowania, co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pracy personelu medycznego. Jest to rozwiązanie zgodne z praktyką wielu renomowanych producentów i spełnia funkcję identyfikacyjną w sposób równie skuteczny, a przy tym bardziej trwały i niezawodny.





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Pozostałe parametry jak w opisie.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza długość w zakresie 23-26 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

2. W przypadku braku zgody na produkt równoważny Prosimy o obiektywne wyjaśnienie w SWZ okoliczności związanymi z zachowaniem parametrów w pakiecie 3 pozycja 25.

Prosimy wyjaśnienie potrzeb Zamawiającego, które również dają się obiektywnie i racjonalnie uzasadnić potrzebę zachowania tych konkretnych parametrów będących cechami konkretnego produktu od konkretnego wykonawcy. Naszym zdaniem parametry określone w opisie przedmiotu zamówienia mogą być rozszerzone o konkurencję, co nie ma negatywnego wpływu na terapię.

Niedopuszczenie produktu równoważnego i pozostawienie parametrów w OPZ ogranicza konkurencję oraz naraża Zamawiającego na poważne naruszenie Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, a odpowiedzialność jest ponoszona zarówno za umyślne, jak i nieumyślne naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Pakiet 3 poz. 30

Prosimy o dopuszczenie osłony , której rozmiar serwetki wynosi 40 cm x 40 cm . Pozostałe zapisy zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

Dotyczy Parametry Techniczne:

1. Pakiet 7, pozycja 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na test wieloparametrowy klasy IV perforowany na 4 części?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy .

1. Pakiet 7, pozycja 4:

Czy Zamawiający wymaga, aby test dezynfekcji był samoprzylepny w celu ułatwienia prowadzenia dokumentacji?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający nie wymaga aby test był samoprzylepny ale dopuszcza propozycję Wykonawcy .

DYREKTOR NACZELNY
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gruzlicy

Anna Kamińska

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW

Hanna Cichecka

Mazowsze.
serce Polski

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy w Otwocku jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego