



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.10/TP.1. 2025

Otwock, dnia 22.04 2025

**Do wszystkich
zainteresowanych**

Nr postępowania 10/TP/2025

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na Zakup sprzętu medycznego w ramach zadania p.n.:” Zakup i dostawa niezbędnego sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych „.

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Pytanie 1: Pakiet 3: Czy w poz. 15 Zamawiający dopuści łyżki o specjalnym kształcie, przeznaczone do intubacji trudnych dróg oddechowych, w rozmiarze M, L (do wyboru przez Zamawiającego)?

Odpowiedź Zamawiającego : Proszę o odniesienie się do odpowiednich parametrów w tabeli, poprzez podanie swojej propozycji na konkretny parametr.

Pytanie 2: Pakiet 3 : Czy w poz. 12 Zamawiający dopuści videolaryngoskop z dotykowym przyciskiem funkcyjnym, umożliwiającym wykonywanie zdjęć/ nagrywanie filmów z poziomu monitora?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuści rozwiązanie zgodne z zamieszczoną specyfikacją.

Pytanie 3 Czy Zamawiający w pakiecie nr 16 asystor kaszlu dopuści urządzenie bez złącza Ethernet?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie. Zamawiający nie dopuści takiego urządzenia.

Pytanie 4 W specyfikacji technicznej Ergospirometru w punkcie poprzedzającym punkt 16 : Wymagają Państwo od systemu ergospirometrycznego : "Współpraca - badanie ergospirometryczne z wykorzystaniem bieżni "; następnie w punkcie 16 oraz kolejnych, wymagają Państwo od ergospirometru i programu ergospirometrycznego by spełniał : "Rejestracja sygnału EKG 12 odprowadzeń, ciągłym pomiarem i obrazowaniem na wykresach parametrów oddechowych" "Prezentacja wyliczonych parametrów EKG na ekranie monitora w oprogramowaniu załączonym do aparatu" Z tak przedstawionej specyfikacji technicznej nie jest do końca jasne czy wymagają Państwo ergospirometru z





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

modułem EKG zintegrowanym, gdzie EKG jest w pełni obsługiwane z poziomu programu Ergospirometru, czy też chcą Państwo mieć EKG zintegrowane z opisywaną później

"Rehabilitacyjną bieżnią" ? Czy ta bieżnia rehabilitacyjna ma posiadać certyfikat medyczny ? Wysokiej klasy systemy ergospirometryczne z reguły posiadają możliwości podpinania i współpracy z różnymi modułami EKG (zarówno przewodowymi jak i bezprzewodowymi) dzięki czemu użytkownik może wykonywać próby z użyciem różnych bieżni i ergometrów. Niskobudżetowe rozwiązanie ze zintegrowanym EKG w bieżni znajduje zastosowanie jedynie w przypadku chęci wykonywania osobnych prób wysiłkowych z monitorowaniem EKG gdzie nie ma konieczności śledzenia części oddechowej i całość odbywa się w dedykowanym do tego oprogramowaniu lub jest wyświetlana na pulpicie bieżni. Czy zatem dopuszczają Państwo ergospirometr z dedykowanym EKG gdzie zgodnie z Państwa specyfikacją techniczną będzie ono w pełni obsługiwane z systemu ergospirometru ? Jeśli nie prosimy o wydzielenie jako osobnego pakietu "Rehabilitacyjnej Bieżni" ze zintegrowanym EKG tak jak to Państwo zrobili w przypadku pakietu nr 11. – Ergometr do prób wysiłkowych 1 szt. Jeżeli nie ma możliwości rozdzielania pakietów prosimy o dopuszczenie ergospirometru z dedykowanym EKG niezintegrowanym z bieżnią, oraz o dopuszczenie zamiast opisywanej "Rehabilitacyjnej bieżni" typowej Bieżni medycznej o parametrach nie gorszych niż opisywana w specyfikacji "Rehabilitacyjna bieżnia"

Odpowiedź Zamawiającego : Proszę o odniesienie się do odpowiednich parametrów w tabeli, poprzez podanie swojej propozycji na konkretny parametr.

DYREKTOR NACZELNY
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gruźlicy
Anna Kamińska

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW

Hanna Cichecka

Mazowsze.
serce Polski

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego