



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.10/TP.2. 2025

Otwock, dnia 23.04 2025

**Do wszystkich
zainteresowanych**

Nr postępowania 10/TP/2025

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na Zakup sprzętu medycznego w ramach zadania p.n.: " Zakup i dostawa niezbędnego sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych „ .

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

1. W punkcie 3 wymagają Państwo : "Zasada pomiaru przepływu: pomiar ciśnienia w głowicy pneumatometrycznej" Czy jako równoważny dopuszczą Państwo pomiar w oparciu o wielorazową dwukierunkową turbinę cyfrową która w porównaniu do głowicy pneumatometrycznej charakteryzuje się mniejszymi oporami ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

2. Dotyczy pakiet nr 1 - Spirometr, ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH, wiersz 22. Czy Zamawiający dopuści spirometr o parametrach pomiaru przepływu i objętości: Zakres pomiaru przepływu ± 16 L/s Dokładność pomiaru przepływu Większa z $\pm 3\%$ lub 50 mL/s Liniowość pomiaru przepływu $\pm 2.5\%$ Rozdzielczość przepływu 15 bit (< 1 mL) Częstość próbkowania 125 Hz Opór przepływu < 0.07 kPa*s/L w zakresie do 14 L/s Zakres pomiaru objętości Od 0 do 20 L Dokładność pomiaru objętości Większa z $\pm 3\%$ lub 50 mL (zgodnie z ATS/ERS) Zakres pomiaru wentylacji Od 0 do 300 L/min"

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak. Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie

DYREKTOR NACZELNY
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gruzlicy

Anna Kamińska

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW

Hanna Cichecka

Mazowsze.