



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.10/TP.4. 2025

Otwock, dnia 28.04.2025

**Do wszystkich
zainteresowanych**

Nr postępowania 10/TP/2025

Dotyczy postępowania w trybie podstawowym na Zakup sprzętu medycznego w ramach zadania p.n.: "Zakup i dostawa niezbędnego sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych", .

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Dotyczy pakietu nr 3 videolaryngoskop Czy Zamawiający dopuści videolaryngoskop, który w zestawie będzie miał łyżki jednorazowe odpowiadające rozmiarom MAC1/2/3 ale innego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nigdzie nie podawał producenta łyżek a jedynie oznaczenie standardu ich zakończenia i takich wymaga.

Dot. pakiet nr 3 videolaryngoskop 1. Czy Zamawiający dopuści, przy zachowaniu pozostałych parametrów, videolaryngoskop • z lepszą rozdzielczością ekranu – 720x480 px • większą pamięcią – 32 GB • dłuższym czasem pracy – 210 minut • w zestawie znajdują się: • monitor, • wielorazowa rękojeść, • łyżki jednorazowe w 3 rozmiarach A2-A4 do użytku u dzieci od 2 r.ż. (10 szt.), osób dorosłych (10 szt.) oraz osób otyłych (5 szt.), • ładowarka 100~240V AC, 50~60Hz, • walizka ochronna?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza takie urządzenie pod warunkiem zastosowania w zestawie łyżek, zgodnych ze specyfikacją .

Zamawiający dokonuje sprostowania omyłki pisarskiej w Rozdziale IV pkt 3 SWZ Opis przedmiotu zamówienia : Podano : Zad.nr 15 Asystor kaszlu Zad.nr 16 Aparat do śródplucnej wentylacji perkusyjnej


Winno być :Zad.nr 15 Aparat do śródplucnej wentylacji perkusyjnej Zad.nr 16 Asystor kaszlu

Jednocześnie Zamawiający dokonuje przedłużenia terminu składani ofert do 07.04.2025r do godziny 10:30. Otwarcie nastąpi 07.05.2025r o godz. 11:00 .

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW


Hanna Cichecka

DYREKTOR NACZELNY
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gruzlicy


Anna Kamińska

Mazowsze.
serce Polski

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy w Otwocku jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego