



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74,
centr. (22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

szpital.pl

e-mail:sekretariat.otw@otwock-

A/ZP.26.22 TP.2 2025

Otwock, dnia 11.08 2025

**Do wszystkich
zainteresowanych**

Nr referencyjny 22/ TP/2025

Dotyczy: „Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku”

– Zadanie 16 – Zakup pojazdu transportowego do przewozu pacjentów

Od Wykonawców wpłynął następujące pytania :

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który zamiast elektrycznego hamulca postojowego jest wyposażony w ręczny hamulec postojowy?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu spełniającego wymagania normy PN-EN 1789 oraz wymogi NFZ, który zamiast elektrycznego hamulca postojowego wyposażony jest w ręczny hamulec postojowy.

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuszcza do zaoferowania ambulans spełniający wymogi normy PN EN 1789 i NFZ, który posiada klimatyzację manualną w kabinie kierowcy?

Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z OPZ

Pytanie 3.

Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie poprzez wymaganie wyposażenie przedziału medycznego w „łóżko transportowe (nosze samojezdne)”?

Zgodnie z definicją noszy samojezdnych są to nosze wyposażone w silnik i układ jezdny co pozwala na ich samodzielne poruszanie się.

Czy takich noszy oczekuje Zamawiający?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający przez „łóżko transportowe (nosze samojezdne)” rozumie standardowe nosze główne stosowane w ambulansach, zgodne z normą EN 1789, wyposażone w stelaż jezdny z kółkami oraz mechanizm umożliwiający wsuwanie i mocowanie w systemie dokującym w pojeździe. Zamawiający nie wymaga, aby nosze posiadały napęd elektryczny lub silnik pozwalający na ich samodzielne poruszanie się bez udziału personelu

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

DYREKTOR NACZELNY
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gruźlicy

Anna Kamińska

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW

Hanna Cichecka
Hanna Cichecka