



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26~~24~~/TP/.1. 2025

Otwock, dnia 19.08 2025

**Do wszystkich
zainteresowanych**

Nr referencyjny 24/ TP/2025

Dotyczy: postępowania na: Modernizację, przebudowę i adaptację infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku” – dotyczy Pawilonu C (5 pakietów)

Od Wykonawcy wpłynęły następujące zapytania :

PYTANIE 1

W załączniku nr 3 w opisie Systemu kolejkowego w części dotyczącej Automat Biletowy/Infokiosk stojący, Zamawiający wymaga „Zgodność automatu biletowego z wbudowaną pętlą indukcyjną z normą: PN EN 60118-4”.

Prosimy o potwierdzenie, że przez ten zapis Zamawiający oczekuje dostarczenia wraz z ofertą karty katalogowej automatu biletowego z wynikami pomiarów potwierdzających zgodność z normą PN EN 60118-4” wykonanych przez uprawniony, autoryzowany serwis urządzeniem pomiarowym posiadającym certyfikat wzorcowania.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający oczekuje dostarczenia wraz z ofertą karty katalogowej automatu biletowego z wynikami pomiarów potwierdzających zgodność z normą PN EN 60118-4” wykonanych przez uprawniony, autoryzowany serwis urządzeniem pomiarowym posiadającym certyfikat wzorcowania.

PYTANIE 2

W załączniku nr 3 w opisie Systemu kolejkowego w części dotyczącej Monitor gabinetowy, Zamawiający wymaga „Rozdzielczość min: 1280x8000 px”

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje rozdzielczości min: 1280x800 px a dodatkowe zero było omyłką pisarską.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający oczekuje rozdzielczości min: 1280x800 px a dodatkowe zero było omyłką pisarską.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW

Hanna Cichecka

Mazowsze.
serce Polski

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Administracyjno-Technicznych
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gruzlicy

Jacek Domagała

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy w Otwocku jest jednostką organizacyjną
Samorządu Województwa Mazowieckiego