



**Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy**

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00  
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149  
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.26/ TP.3. 2025

Otwock, dnia 25.08 2025

**Do wszystkich  
zainteresowanych**

**Nr referencyjny 26/ TP/2025**

Dotyczy: Postępowania przetargowego w trybie podstawowym p.n.: **Zakup sprzętu medycznego w ramach zadania pt.: "Zakup i dostawa niezbędnego sprzętu medycznego dla oddziałów szpitalnych"**

Od Wykonawców wpłynęły następujące pytania :

**Pytanie nr 1**

Dotyczy załącznik nr 3 OPZ, Pakiet nr 3 – stół formalinowy, punkt 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wykonanego ze stali nierdzewnej oraz częściowo innych materiałów niezbędnych do poprawnej pracy (szyby boczne, włączniki świateł, elektroniczka itp..). Nie istnieje technologicznie możliwość wykonania całego urządzenia ze stali nierdzewnej.

Odpowiedź Zamawiającego : Konstrukcja, blat roboczy oraz wszystkie przestrzenie robocze wykonane ze stali nierdzewnej .

**Pytanie nr 2**

Dotyczy załącznik nr 3 OPZ, Pakiet nr 3 – stół formalinowy, punkt 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia posiadającego certyfikat CE niebędące wyrobem medycznym – jest to typowa praktyka dla większości producentów tego typu urządzeń, która nie wpływa w żaden sposób na jakość czy funkcjonalność.

Zwracamy uwagę Zamawiającego, że stoły formalinowe nie analizują próbek biologicznych, nie dostarczają informacji o stanie zdrowia i nie przetwarzają wyników diagnostycznych, służą jedynie zabezpieczeniu lekarza i/lub diagnosty, technika przed szkodliwymi oparami formaliny.

Odpowiedź Zamawiającego :Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

**Pytanie nr 3**

Dotyczy załącznik nr 3 OPZ, Pakiet nr 3 – stół formalinowy, punkt 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie stołu w funkcjonalnych wymiarach 1500 x 900x 1900/2200 mm.

Odpowiedź Zamawiającego :Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego



**Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy**

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00  
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149  
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

**Pytanie nr 4**

Dotyczy załącznik nr 3 OPZ, Pakiet nr 3 – stół formalinowy, punkt 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie stołu w funkcjonalnych wymiarach 1500 x 780x 2000 mm z regulacją wysokości blatu roboczego w zakresie 810-1110 mm.  
Odpowiedź Zamawiającego :Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

**Pytanie nr 5**

Dotyczy załącznik nr 3 OPZ, Pakiet nr 3 – stół formalinowy, punkt 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie stołu o wymiarach przestrzeni roboczej: 950 x 518 mm (wymiary perforowanego blatu roboczego) z regulacją wysokości w zakresie co najmniej 850 – 950 mm ?  
Odpowiedź Zamawiającego :Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

**Pytanie nr 6**

Dotyczy załącznik nr 3 OPZ, Pakiet nr 3 – stół formalinowy, punkt 6

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie stołu bez wbudowanego wentylatora – w przypadku pracy z wentylacją zewnętrzną tworzy to niepotrzebne turbulencje dla powietrza odprowadzanego od stołu.  
Odpowiedź Zamawiającego :Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

**Pytanie nr 7**


Dotyczy załącznik nr 5 Projekt umowy, paragraf 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dokonanie modyfikacji treści paragrafu 8 w taki sposób, aby wartość kar umownych naliczana była od wartości umowy netto zamiast brutto?  
Odpowiedź Zamawiającego :Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

**Pytanie nr 8**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnego terminu dostawy sprzętu w zadaniu nr 3 do 14 tygodni wraz ze stosowną modyfikacją kryterium oceny ofert?  
Odpowiedź Zamawiającego :Nie , Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

KIEROWNIK DZIAŁU  
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW  
  
Hanna Cichecka

DYREKTOR NACZELNY  
Mazowieckiego Centrum Leczenia  
Chorób Płuc i Gruźlicy  
  
Anna Kamińska

**Mazowsze.**  
serce Polski

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego