

A/ZP.26.40/PN.1.2025

Otwock, 03.11.2025

Do wszystkich**zainteresowanych**

Dotyczy : Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na : **Zakup, dostawa i montaż paneli nadłóżkowych do Pawilonu A (oddział XI Chirurgii klatki piersiowej, oddział V Chorób płuc i gruźlicy oraz Pododdział diagnostyki bronchologicznej)**
w ramach przedsięwzięcia *Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku*

Od Wykonawców wpłynęły następujące pytania :

Zadanie 11 - Pakiet 1 – Panel nadłóżkowy poziomy – szt. 46

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania nowoczesnych - kompaktowych paneli medycznych renomowanego polskiego producenta w których oprawa oświetlenia górnego osłonięta jest jednocześnie płaskim i gładkim kloszem (łatwym do utrzymania w czystości) ułożonym prostopadłe do ściany.

Klosz wykonany z materiału odpornego na promieniowanie UV, posiadający strukturę łagodnie rozpraszającą emitowane światło.

Z wieloletniej praktyki wynika iż klosze półokrągłe tworzą od strony ściany szczelinę w której gromadzi się kurz.

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania nowoczesnych paneli medycznych o ergonomicznych wymiarach - grubość 55mm, wysokość 320mm.

Proponowany model panela ma mniejszą grubość a różnica w wysokości jest niezauważalna i nie ma wpływu na funkcjonalność sprzętu.

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania.

Prosimy Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaoferowanie paneli (pionowych i poziomych) w których części zewnętrzne punktów poboru gazów medycznych (tzw. głowice) będą wykonane z tworzywa sztucznego i oznaczone zgodnie z obowiązującą normą.

Rozwiązanie opisane w tabeli:



Rozwiązanie proponowane:



Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Zadanie 11 - Pakiet 2 – Panel nadłóżkowy pionowy – szt. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania nowoczesnych paneli medycznych o ergonomicznych wymiarach - grubość 55mm, szerokość max.510 lub 530mm (w zależności od modelu) oraz wysokość 1700mm. Różnica w zaproponowanych wymiarach jest niemal niezauważalna.

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania nowoczesnych - kompaktowych paneli medycznych renomowanego polskiego producenta w których oprawy oświetlenia znajdujące się po bokach urządzenia posiadają klosze skierowane ukośnie do ściany w sposób zapewniający najwłaściwszą emisję strumienia światła w kierunku stanowisk pacjentów. Klosze wykonane z materiału odpornego na UV opalizowane w sposób eliminujący olśnienie personelu medycznego i pacjentów.

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanego rozwiązania.

Dotyczy pakietów 1 oraz 2:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że gniazdka elektryczne 230V oraz teletechnika (gniazdka RJ45, gniazdo przyzywu) mają znajdować się w jednym odseparowanym od gazów medycznych kanale elektrycznym. To niezwykle istotne ze względu na obowiązujące normy.

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza zaproponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 1

Na stronie internetowej Zamawiający nie zamieścił załącznika nr 2 do SWZ, tj. JEDZ. Prosimy o jego udostępnienie, w formacie .xml, zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego w SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego : zamawiający wskazał w Rozdz. II pkt8 ppkt2 i 3 źródło, gdzie samodzielnie należy pobrać i wypełnić JEDZ - ESPD (espd.uzp.gov.pl)

Pytanie nr 2

Zgodnie z zapisem Rozdziału II pkt. 4 SWZ, ***„Zamawiający nie przewiduje obowiązku przedłożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.”***

W opisie przedmiotu zamówienia tj. załączniku nr 3 do SWZ, Zamawiający wskazuje ***„UWAGA! - W celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, opisy w języku polskim zawierające informacje niezbędne dla oceny oferowanego asortymentu potwierdzające w sposób jednoznaczny jego zgodność z wymaganiami SIWZ. Dokumenty sporządzone w języku obcym będą składane wraz z tłumaczeniem na język polski.”***

Dodatkowo w załączniku nr 1 i nr 2 do OPZ, Zamawiający wskazuje iż wymaga dokumenty ***„Materiały potwierdzające oferowane parametry techniczne w języku polskim (prospekt urządzenia, folder, katalog) oraz oryginalne materiały producenta”*** oraz ***„Potwierdzenie przez producenta wyrobu, specyfikacji technicznej z uwzględnieniem, ilości punktów poboru, ilości gniazd elektrycznych, oświetlenia, wymiarów oraz zainstalowanych systemów. Zamawiający uzna warunek za spełniony, w przypadku dostarczenia rysunku wyrobu wraz z potwierdzeniem przez producenta zadeklarowanych parametrów. Zamawiający nie dopuszcza dokumentacji technicznej stworzonej przez dystrybutora lub importera.”***

Prosimy o stosowną modyfikację i ujednolicenie zapisów w tym zakresie oraz wskazanie, które zapisy są wiążące dla wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający informuje, że zapisy w zał. 3 do SWZ należy rozpatrywać łącznie z zapisami w zał. Nr. 1 i nr 2 do OPZ.

Jednocześnie dokonujemy modyfikacji w Rozdz. II pkt.4 SWZ poprzez zmianę zapisu: ***„Zamawiający nie przewiduje obowiązku przedłożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.”*** na zapis: ***„Zamawiający przewiduje obowiązek przedłożenia przez wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych wraz z ofertą ”.***

Pytanie nr 3

W załączniku nr 1 i w załączniku nr 2 do OPZ, Zamawiający wskazuje „**WYMAGANE DOKUMENTY**”, tj. poz. 16-22 w załączniku nr 1 i poz.16-21 w załączniku nr 2.

Mając na uwadze powyższe pytanie nr 2 Wykonawcy, prosimy o jednoznaczne wskazanie i doprecyzowanie, które dokumenty są wiążące dla wykonawców oraz, który dokument na jakim etapie postępowania należy złożyć tj. czy z ofertą, czy na wezwanie Zamawiającego, czy przy odbiorze przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający informuje, że zapisy w zał. Nr 1 i nr 2 do OPZ należy rozpatrywać łącznie z zapisami w zał. nr 3 do SWZ a przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą jednocześnie informując o możliwości ich uzupełnienia .

Pytanie nr 4

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że opisane ilości paneli w załączniku nr 2 OPZ pakiet 1 – *Panel nadłóżkowy poziomy* – 46szt. dotyczy 46szt. paneli poziomych jednostanowiskowych?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza – dotyczy 46 szt paneli poziomych jednostanowiskowych.

Pytanie nr 5


Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że opisane ilości paneli w załączniku nr 2 OPZ pakiet 2 – *Panel nadłóżkowy pionowy* – 8szt. dotyczy 8szt. paneli pionowych jednostanowiskowych?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza – dotyczy 8 szt paneli pionowych dwustanowiskowych .

Pytanie nr 6

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu zapisanego w załączniku nr 3 do SWZ dla paneli w Pakiecie 1 oraz w Pakiecie 2 dotyczącego „**integracja urządzenia z oprogramowaniem/systemem szpitalnym HIS oraz infrastrukturą Szpitala, w tym kompatybilność z istniejącymi urządzeniami medycznymi w Pawilonie A**”. Opisana integracja urządzeń z oprogramowaniem/systemem HIS nie dotyczy paneli nadłóżkowych. Jednocześnie prosimy o stosowną korektę zapisów projektu umowy w par. 1 ust. 4, w tym zakresie.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający informuje, że nie jest wymagana integracja urządzeń z oprogramowaniem/ systemem HIS Szpitala. W załączeniu Zamawiający przesyła skorygowany wzór umowy w w/w zakresie – zmiana zapisów w par. 1 ust.4

DYREKTOR NACZELNICY
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gruźlicy

Anna Kamińska

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW


Hanna Cichecka