

Do wszystkich

Zainteresowanych

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia w ramach zadania :”przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego – II etap skrzydło centralne przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku.

Od Wykonawców wpłynęły następują ce zapytania i wnioski :

SWZ: DOTYCZY KOMÓR LAMINARANYCH :

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę II klasy bezpieczeństwa , która odpowiada opisowi SIWZ i zabezpiecza operatora do pracy z prątkami gruźlicy ?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie .Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy

2. Prosimy o wydzielenie z zadania komór laminarnych , które są zupełnie innym wyposażeniem niż np. meble ze stali nierdzewnej . Uzasadnienie : umożliwi to Zamawiającemu uzyskanie bardziej konkurencyjnych ofert . Po pozytywnej odpowiedzi prosimy o wskazanie wadium dla komór laminarnych

Odpowiedź Zamawiającego : Nie .Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy

3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania komorę laminarną o wymiarach wewnętrznych nieznacznie odbiegających od wymagań zamawiającego tj. 1192 x 580 x 740 mm szer. x gł. x wys?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak.

4. Czy Zamawiający wymaga komory z panelami zewnętrznymi ze stali nierdzewnej czy malowane farbą epoksydową z zabezpieczeniem antybakteryjnym ?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wymaga komory z panelami zewnętrznymi ze stali nierdzewnej

5. Czy Zamawiający wymaga , aby tylna ściana komory była równoległa do przedniej szyby , co umożliwi uzyskanie prawidłowego i niezaburzonego przepływu powietrza laminarnego ?

Odpowiedź Zamawiającego :Tak.

Czy w Pakiecie 83 Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało możliwość jednoczesnego wykrywania w ramach jednego panelu testowego wirusów Dengue, Zika, Chikungunya, żółtej gorączki (Yellow Fever) oraz wirusa Zachodniego Nilu (West Nile)?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie wymaga .

Czy Zamawiający w ramach Pakietu 83, poz. 10 wymaga systemu składającego się z odrębnych, niezależnych modułów analitycznych, z których każdy może być w dowolnym

momencie fizycznie odłączony i ponownie podłączony, bez wpływu na pracę pozostałych modułów, a ich obsługa odbywa się za pośrednictwem 2 zewnętrznych konsoli sterujących wyposażonych w ekran dotykowy, niezintegrowanych trwale z modułami?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wymaga .

Czy w Pakiecie 83, pkt 6 z Załącznika nr 3 do SWZ "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA", Zamawiający wymaga urządzenia z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych, co pozwoli na ograniczenie powierzchni zajmowanej przez urządzenie na blacie roboczym?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wymaga .

Czy w ramach pozycji nr 81 Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę, w której minimalna nastawa temperatury chłodziarki wynosi  $+3^{\circ}\text{C}$ , przy zachowaniu stabilności temperatury oraz spełnieniu pozostałych parametrów funkcjonalnych, zgodnie z dokumentacją producenta?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza

Czy w ramach pozycji nr 81 Zamawiający potwierdza, że wymagany zakres temperatury zamrażalnika od  $-20^{\circ}\text{C}$  do  $-30^{\circ}\text{C}$  oznacza możliwość pracy urządzenia w tym zakresie, a nie konieczność jednoczesnego utrzymywania całego zakresu w sposób ciągły?

Odpowiedź Zamawiającego : zakres temperatury oznacza możliwość pracy urządzenia w tym zakresie.

Czy w ramach pozycji nr 81 Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym stabilność temperatury oraz energooszczędna praca urządzenia realizowana jest poprzez elektroniczny układ sterowania sprężarką, nawet jeśli producent nie posługuje się w dokumentacji określeniem „technologia inwerterowa”?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza.

Czy w ramach pozycji nr 81 Zamawiający dopuści sterownik mikroprocesorowy z czytelny cyfrowym wyświetlaczem, prezentującym parametry liczbowe i tekstowe, równoważny funkcjonalnie wobec wyświetlacza OLED?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza.

Czy w ramach pozycji nr 80 Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach zewnętrznych (SxGxW):  $597 \times 654 \times 1884$  mm, nieznacznie odbiegających od wskazanych w OPZ, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej pojemności, konstrukcji pionowej (szafowej) oraz pełnej funkcjonalności urządzenia?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza.

Czy w ramach pozycji nr 81 Zamawiający dopuści chłodziarko-zamrażarkę, w której półki w chłodziarce wykonane są z materiału odpornego chemicznie i łatwego do dezynfekcji, równoważnego funkcjonalnie do szkła hartowanego, natomiast półki w zamrażalniku są metalowe, ażurowe?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 81 z Pakietu nr 1 i dopuszczenie jej do składania ofert jako odrębnej pozycji / pakietu?

Uzasadnienie: Pakiet nr 1 obejmuje bardzo zróżnicowany asortyment aparatów i produktów, pochodzących z różnych grup technologicznych i asortymentowych. Tak szeroki i niejednorodny zakres pakietu istotnie ogranicza możliwość złożenia oferty przez wykonawców, a w praktyce może uniemożliwiać udział w postępowaniu większości firm działających na rynku – z uwagi na brak jednego wykonawcy posiadającego w ofercie pełen, tak zróżnicowany asortyment. Wydzielenie pozycji nr 81 pozwoliłoby na zwiększenie konkurencyjności postępowania, umożliwiając udział większej liczby wyspecjalizowanych wykonawców, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej realizacji potrzeb Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie wyraża zgody ..

#### **Dotyczy –Pakiet nr 1, Zał. nr 13 Półka ze stali nierdzewnej**

1. Czy Zamawiający może doprecyzować w jaki sposób ma wyglądać regulacja wysokości położenia półki?

Odpowiedź Zamawiającego : Brak wymagań w tym zakresie .

#### **Dotyczy – Pakiet nr 1, Zał. nr 16. Szafka na obuwie chirurgiczne**

1. Czy Zamawiający dopuści szafkę o wymiarach (dłxszxwys) 600x400x600 mm ?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza.

#### **Dotyczy – Pakiet nr 1, Zał. nr 25. Wózek dwublatowy**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wózka bez opcji wyposażenia go w kuwety?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

2. Czy Zamawiający oczekuje wózka wyposażonego w uchwyt przy krótszym boku?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie

### Dotyczy – Pakiet nr 1, Zał. nr 54. Pojemnik na odpady

1. Czy Zamawiający może potwierdzić, że pokrywa ma być wykonana z tworzywa sztucznego a stelaż w całości ze stali kwasoodpornej ?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik na odpady z pokrywą w kolorze niebieskim, która jest wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

### Dotyczy – Pakiet nr 1, Zał. nr 60. Pojemnik na odpady

1. Czy Zamawiający może potwierdzić, że pokrywa ma być wykonana z tworzywa sztucznego a stelaż w całości ze stali kwasoodpornej ?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza.

2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania pojemnik na odpady z pokrywą w kolorze czerwonym, która jest wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Dotyczy: Dotyczy przedmiotowe środki dowodowe.

1. W rozdziale 4 SWZ tj. Informacja o przedmiotowych środkach dowodowych Zamawiający pisze, że przewiduje obowiązek przedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych takich jak katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta, natomiast w Opisie Przedmiotu Zamówienia zamieszczonym na platformie w dniu 14.01 Zamawiający pisze „UWAGA! - Na wezwanie Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że oferowane produkty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ do oferty należy dołączyć”. Oba te zapisy są ze sobą sprzeczne i nie mówią jednoznacznie na jakim etapie wymagane będą te dokumenty. Prosimy Zamawiającego o odpowiednią korektę.

Odpowiedź Zamawiającego : Skorygowano OPZ. Zamawiający przewiduje obowiązek przedłożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych takich jak katalogi, ulotki, materiały informacyjne producenta .

Dotyczy : Wymagania dotyczące wadium.

1. Prosimy Zamawiającego o korektę zapisów dot. kwoty wadium. Obecne zapisy nie wskazują jednoznacznie, czy Wykonawca ma wpłacić 85 tys. czy 85 zł. W dokumencie pytania i odpowiedzi z dnia 12.01 Zamawiający nie udzielił prawidłowej odpowiedzi do pytania Zadane go przez Wykonawcę: „4. Proszę o doprecyzowanie wysokości wadium, obecnie zapis w SWZ nie jest jednoznaczny "85 000,00 zł/

słownie; osiemdziesiąt pięć złotych /"Odpowiedź Zamawiającego : Wadium jest na całość zamówienia, ponieważ nie dopuszczamy składani ofert częściowych na poszczególne pakiety."

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska w słownym określeniu kwoty wadium Winno być : osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych

Dotyczy: Załącznik nr - 1 - krzesło składane – 40 szt.

1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że stelaż krzesła ma zostać wykonany ze wzmocnionej stali, natomiast siedzisko i oparcie ma zostać wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego.

Odpowiedź Zamawiającego :Zamawiający potwierdza.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania krzesła konferencyjnego składanego o wysokości całkowitej ok. 78cm oraz głębokości siedziska ok. 42cm, są to parametry nieznacznie różniące się od wymaganych.

Odpowiedź Zamawiającego : dopuszczamy.

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania krzesła konferencyjnego składanego posiadającego antypoślizgowe stopki przeciw zarysowaniom na podłodze oraz przeciw przesuwaniu. Jest to w naszej opinii parametr lepszy od wymaganego ze względu na integralne połączenie z nogą krzesła w przeciwieństwie do podkładek.

Odpowiedź Zamawiającego : dopuszczamy.

4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania krzesła konferencyjnego składanego o czarnym kolorze metalowego stelaża oraz z możliwością wyboru koloru siedziska i oparcia z 4 kolorów.

Odpowiedź Zamawiającego : dopuszczamy.

5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania krzesła laboratoryjnego w 2 kolorach do wyboru (czarnym i jasnoszarym - popielatym) zgodnego z pozostałymi stawianymi wymaganiami.

Odpowiedź Zamawiającego : dopuszczamy.

Dotyczy: Załącznik nr - 2 - krzesło laboratoryjne– 23 szt

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania krzesła laboratoryjnego „niskiego”, którego wysokość jest dostosowana do wysokości standardowych biurek, które na etapie zamówienia mogłyby zostać wyposażone w podwyższany siłownik mogące wówczas być wykorzystywane przy podwyższanych stanowiskach. Zamawiający oczekuje zaoferowania stołów roboczych o wysokości 75cm odpowiadającej wysokości standardowych biurek, natomiast jednocześnie oczekuje zaoferowania krzesła „wysokie, do pracy przy podwyższonych stanowiskach”.

Odpowiedź Zamawiającego : dopuszczamy krzesło laboratoryjne „niskie” obrotowe z regulacją wysokości z oparciem Skorygowano OPZ

Dotyczy: Załącznik nr - 3 - krzesło– dostawa i montaż - 15 szt.

1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że opis znajdujący się w wierszu nr 1 został omyłkowo zawarty a opis zgodnie z którym należy zaoferować krzesło stacjonarne zaczyna się od wiersza nr 2..

Odpowiedź Zamawiającego : skorygowano OPZ.

Dotyczy: Załącznik nr - 4 - fotel obrotowy do biurka- szt. 5

1. Czy Zamawiający oczekuje na potwierdzenie stawianego wymogu aby pianka na oparciu i siedzisku miała właściwości trudnopalne przedstawienia wraz z ofertą oświadczenia producenta siedzisk, że w danej partii krzesel zastosuje piankę o właściwościach trudnozapalnych, zawierające numer oraz nazwę postępowania, którego dotyczy?
2. Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Dotyczy: Załącznik nr - 5 - fotel wypoczynkowy— szt. 2

1. Czy Zamawiający oczekuje na potwierdzenie stawianego wymogu aby pianka na oparciu i siedzisku miała właściwości trudnopalne przedstawienia wraz z ofertą oświadczenia producenta siedzisk, że w danej partii krzesel zastosuje piankę o właściwościach trudnozapalnych, zawierające numer oraz nazwę postępowania, którego dotyczy?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Dotyczy: Załącznik nr - 6 - krzesło z wysokim oparciem— dostawa i montaż – 1 szt.

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania krzesła o poniższych parametrach:

- Wysokość całkowita: 140 cm.
- Szerokość zewnętrzna: 60 cm.
- Głębokość całkowita: 50 cm.
- Wymiary siedziska: Wysokość od ziemi 48,5 cm; Szerokość 50 cm.
- Podłokietniki: Wysokość 26 cm, Głębokość 44 cm.
- Oparcie: Wysokość od siedziska 90 cm

Wszystkie elementy krzesła są klejone i skręcane. Siedzisko i oparcie obite wysokiej jakości bordowym pluszem, który charakteryzuje się wyjątkową odpornością na ścieranie oraz przebarwienia.

Odpowiedź Zamawiającego : dopuszczamy.

Dotyczy: Załącznik nr - 8 - szafka szatniowa dwupoziomowa, z wysuwaną ławką— szt. 11

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania szafki szatniowe o podanych niżej parametrach minimalnych?

Metalowa szafka szatniowa, posadowiona na ławce

Szafka o wymiarach:

- szerokość: 400 mm,
- głębokość: 500 mm,
- wysokość: 1800 mm.

*Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 20 mm*

*Ławka o wymiarach:*

- szerokość: 390 mm,*
- głębokość: 745 mm,*
- wysokość: 390 mm.*

*Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 20 mm*

*Wewnątrz komory przegroda środkowa – pionowa, dzieląca przestrzeń na dwie części umożliwiającą oddzielne przechowywanie odzieży wierzchniej oraz odzieży roboczej*

*Drzwi szafki osadzone na ukrytych zawiasach kołkowych z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją*

*Na drzwiach musi być umieszczony samoprzylepny wizytownik*

*Każdy przedział ubraniowy musi być wyposażony w:*

- półkę nad pionową przegrodą,*
- drążek ubraniowy z dwoma haczykami,*
- lustro*

*Zamek cylindryczny z dwoma kluczykami ryglowanie w min. 3 punktach*

*Konstrukcja zgrzewana, dodatkowo wzmocniana spawami, które usztywniają i wzmocniają konstrukcję*

*Szafa jest wykonana z blachy stalowej zabezpieczonej metodą konwersji cyrkonowej, pomalowana farbą proszkową*

*Korpus i drzwi wykonane z blachy min. 0,8 mm, pozostałe elementy z blachy o gr. min. 0,5 mm*

*Szafka musi być wyposażona w otwory wentylacyjne*

*Szafka posadowiona na ławce na lakierowanym stelażu metalowym. Siedzisko ławki wykonane z lakierowanych, drewnianych listew*

Odpowiedź Zamawiającego : Tak.

*Dotyczy: Załącznik nr - 9 - szafa ubraniowa, drzwi przesuwne – dostawa i montaż - szt. 1*

- 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania szafy ubraniowej o szerokości 120cm. Oczekiwana szerokość przy zastosowaniu drzwi przesuwnych spowoduje wąski dostęp do zawartości szafy czyniąc ją niewygodną w użytkowaniu. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania szafy ubraniowej, której fronty powinny pracować na zawiasach puszkowych umożliwiających otwarcie do kąta min. 110 stopni. Zawiasy z cichym domykiem.*
- 2. Odpowiedź Zamawiającego : dopuszczamy.*

*Dotyczy: Załącznik nr - 71 - Mikroskop - szt. 3*

- 1. Czy zamawiający dopuszcza mikroskop z Certyfikatem CE potwierdzającym, że produkt spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa i zdrowia określone w odpowiednich dyrektywach Unii Europejskiej oraz Deklaracją RoHS potwierdzającą, że sprzęt elektryczny i elektroniczny (EEE) jest*

zgodny z unijną dyrektywą RoHS (Restriction of Hazardous Substances), która ogranicza użycie niebezpiecznych substancji, takich jak ołów, rtęć, kadm i ftalany, w celu ochrony zdrowia i środowiska natomiast bez wzmianki o dopuszczeniu do stosowania w placówkach ochrony zdrowia oraz bez Certyfikatu ISO?

2. Odpowiedź Zamawiającego : Nie dopuszczamy.

Dotyczy: załącznik nr – 84 - Aparat do wykrywania bakterii i wirusów metodą RT-PCR

1. Zamawiający wymaga certyfikatu ISO, jednak nie jest doprecyzowany rodzaj tego certyfikatu. Certyfikaty ISO dotyczą systemów zarządzania i są wydawane dla firmy. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający miał na myśli w punkcie 7 następujące certyfikaty ISO wystawione dla producenta aparatu do wykrywania bakterii i wirusów metodą RT-PCR: ISO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 EN ISO 13485:2016/AC:2018 EN ISO 13485:2016/A11:2021, ISO 18385:2016.

Odpowiedź Zamawiającego : Certyfikaty dotyczące wyrobu medycznego .

Dotyczy: Pakiet nr 1 Załącznik nr - 44 - Cieplarka

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania sprzętu z 36 miesięczną gwarancją.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, ale pod warunkiem przedłużenia umowy serwisowej o dodatkowe 2 lata

2. Prosimy Zamawiającego o rezygnację z zapisu dot. sprzętu zastępczego na czas naprawy powyżej 7 dni roboczych.
3. Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający rezygnuje z zapisu

Dotyczy: Załącznik nr-83-Aparat do wykrywania DNA prątków gruźlicy i oporności na leki

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości wykreślenia z asortymentu wyżej wymienionej pozycji, z uwagi na występujące na rynku trudności z pozyskaniem wiążących ofert od producentów lub dystrybutorów. Brak możliwości uzyskania oferty na wskazaną pozycję uniemożliwia wykonawcom przygotowanie i złożenie kompletnej oraz rzetelnej oferty w niniejszym postępowaniu. Mając na uwadze zasadę zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców, prosimy o rozważenie zasadności modyfikacji zakresu asortymentu poprzez usunięcie wskazanej pozycji.
2. Odpowiedź Zamawiającego : Nie wyrażamy zgody.

Dotyczy: Załącznik nr - 68 - Zamrażarka niskotemperaturowa -86st.C - szt. 1

1. Proszę o informację czy Zamawiający zaakceptuje pojemność zamrażarki wynoszącą 358 litrów

Odpowiedź Zamawiającego : Tak,

2. Proszę o informację czy Zamawiający zaakceptuje wnętrza zamrażarki wykonane ze stali nierdzewnej bez powlekania na biało. Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze, ponieważ oferowana jest stal nierdzewna w odróżnieniu od wnętrza wykonanego z tworzywa sztucznego które będzie pękać w temp. -80st.C lub ze zwykłej stali nie zabezpieczonej antykorozyjnie, która pomimo białej powłoki lakierniczej będzie korodować

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

3. Proszę o informację czy Zamawiający zaakceptuje wagę zamrażarki wynoszącą 270 kg. Podana waga w OPZ wskazuje na konkretne urządzenie i tym samym faworyzuje w sposób nieuprawniony jednego wytwórcę.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

4. Proszę o informację czy Zamawiający zaakceptuje wymiary zewnętrzne . wynoszące (SxGxW): 969 x 760 x 1859mm

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

5. Proszę o informację czy Zamawiający zaakceptuje wymiary wew. wynoszące (SxGxW): 702 x 460 x 1110mm

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Dotyczy: Załącznik nr - 74 - Autoklaw automatyczny laboratoryjny parowy kpl (sterylizacja czysta) - szt. 2

1. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonane mobilne autoklawy (brak stałych przyłączy hydraulicznych), gdzie woda jest automatycznie pobierana przez wbudowaną w autoklaw pompę wody i usuwana przez zawór odpływowy. Proponowany autoklaw samodzielnie pobiera odpowiednią ilość wody za pomocą węża z dowolnego zbiornika ( brak stałych przyłączy). Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od opisanego - nie ma potrzeby noszenia i wlewania wody bezpośrednio do wnętrza oraz spełnia wymagania opisu jako autoklaw automatyczny. Autoklaw gdzie woda wlewana jest bezpośrednio do wnętrza nie spełnia wymogu autoklawu automatycznego.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

2. Proszę o informację czy z uwagi na sterylizację narzędzi oraz opakowań plastikowych Zamawiający wymaga wbudowanej w autoklaw pompy próżniowej? Obecność pompy zagwarantuje uzyskanie próżni wstępnej oraz efektywne suszenie materiału w tym narzędzi, szkła, elementów z tworzyw sztucznych.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wymaga wbudowanej w autoklaw pompy próżniowej

3. *Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza funkcję szybkiego chłodzenia za pomocą wbudowanego w obudowę autoklawu kompresora? Rozwiązanie jest co najmniej równoważne i bardziej sprawne technologicznie co oznacz wychłodzenie wsadu, które odbywa się szybciej poprzez wymianę całej objętości komory sterylizacyjnej w odróżnieniu od chłodzenie wentylatorem, gdzie nie dochodzi do wymiany atmosfery. Sam rodzaj zastosowanego rozwiązania dot. chłodzenia jest nieistotny z punktu widzenia operatora, istotny jest sprawność i tempo chłodzenia gwarantujące bardziej wydajne wykorzystanie autoklawu*

Odpowiedź Zamawiającego : Tak dopuszczamy

4. *Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza wagę autoklawu wynoszącą 140kg ?*

Odpowiedź Zamawiającego : Tak dopuszczamy

5. *Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza wymiary zewnętrzne (SxGxW) 645 x 653 x 980 mm?*

Odpowiedź Zamawiającego : Tak dopuszczamy

6. *Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza wymiary wewnętrzne (SRxW): 400 x 400 mm*

Odpowiedź Zamawiającego : Tak dopuszczamy

7. *Proszę o informację, czy Zamawiający wymaga uwzględnionej w dostawie autoklawu zintegrowanej wytwornicy pary co oznacz brak grzałek w komorze sterylizacyjnej. Obecność wytwornicy zagwarantuje skrócony czas nagrzewania, skrócony całkowity czas cykli oraz oszczędność energii. Brak grzałek to również większa objętość komory sterylizacyjnej.*

8. Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wymaga uwzględnionej w dostawie autoklawu zintegrowanej wytwornicy pary.

*Dotyczy: Załącznik nr - 75 - komora laminarna z pionowym przepływem kpl - szt. 4*

1. *Proszę o informację czy certyfikat zgodności normą z EN12469-2000 ma być wydany przez niezależną notyfikowaną jednostkę certyfikującą np. TÜV i czy należy go załączyć do oferty?*

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

2. *Proszę o informację czy szyba komory ma być szczelna aerozolowo po pełnym opuszczeniu szyby dla usprawnienia i zwiększenia bezpieczeństwa podczas procesu dezaktywacji filtrów HEPA?*

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

3. *Proszę o doprecyzowanie, czy komora ma być wyposażona w jeden silnik prądu stałego o zmniejszonym zużyciu energii i obniżonej emisji CO2 gwarantujący cichą pracę poniżej 50dBA?*

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

4. Proszę o informację czy komora ma być zabezpieczona kluczem mechanicznym, który można wyjąć, gdy urządzenie znajduje się w trybie oczekującym na pracę?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

5. Proszę o informację czy komora ma być wyposażona w system haseł dostępowych dla trybu serwisowego każdorazowo generowany przez autoryzowany serwis producenta dla zabezpieczenia przed przypadkową zmianą parametrów pracy?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Dotyczy: Wytrząsarki, Załącznik 72

1. Czy Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z każdą wytrząsarką kompletu wymienionych uchwytów na kolby oraz statywów na próbówki dla platformy uniwersalnej? Bez uchwytów mocujących naczynia platforma uniwersalna jest praktycznie bezużyteczna.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Dotyczy: Komory laminarne z pionowym przepływem powietrza, Załącznik 75

1. Opis Przedmiotu Zamówienia wskazuje na wymóg komór II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego, a nie III klasy. Komory laminarne III klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego są urządzeniami wysublimowanymi i przeznaczonymi do pracy w laboratoriach cleanroom. Z reguły są to komory z portami rękawicowymi. Prosimy Zamawiającego o zweryfikowanie tego wymogu i określenie, czy wymaga komór II klasy czy III klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wymaga komory klasy III

2. Czy Zamawiający dopuści komory o wymiarach roboczych (szer. x gł. x wys.): 1192 x 580 x 740 mm?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

3. Czy Zamawiający dopuści komory o wymiarach zewnętrznych (szer. x gł. x wys.): 1350 x 810 x 1500 mm – bez stelaża. Głębokość zewnętrzną będzie można zredukować do 780 mm w celach transportowych?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie dopuszczamy

4. Czy Zamawiający dopuści komory z obudową stalową, malowaną farbą proszkową? Nie stosuje się malowania proszkowego stali nierdzewnej. Ściany boczne zgodnie z wymogiem – przeszklone.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

5. Czy Zamawiający dopuści komory z wentylatorem o wydajności 390 m<sup>3</sup>/h, co jest zgodne z normą EN 12469 : 2000?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie dopuszczamy

6. *Czy Zamawiający dopuści komory laminarne z wentylatorem AC, zamiast EC? Zgodnie z wymogiem będzie on kontrolowany mikroprocesorowo, z sensorem wolumetrycznym do monitorowania ilości powietrza cyrkulującego i opuszczającego komorę.*
7. Odpowiedź Zamawiającego : Nie dopuszczamy

pytania dotyczące umowy: Zakup, dostawa i montaż pierwszego wyposażenia – etap II § 6 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę podstawy naliczania kary umownej za zwłokę w dostarczeniu przedmiotu Umowy w taki sposób, aby kara była naliczana od wartości netto niezrealizowanej części zamówienia, przy zachowaniu dotychczasowego poziomu procentowego kary określonego w umowie?

Uzasadnienie: Naliczanie kar od wartości całej umowy, niezależnie od zakresu niewykonanej dostawy, prowadzi do nałożenia kary nieproporcjonalnie wysokiej w stosunku do rzeczywistego naruszenia zobowiązania.

Odpowiedź Zamawiającego : Nie wyrażamy zgody

§ 4 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności z 60 dni do 30 dni kalendarzowych od dnia wystawienia faktury?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie wyrażamy zgody

§ 6 ust. 1 Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów § 6 Umowy w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto, a nie brutto. Uzasadnienie: VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego i nie stanowi on realnej korzyści ekonomicznej wykonawcy. Prosimy o wskazanie adresu e-mail, na który Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego pisma windykacyjne.

Uzasadnienie: Przejście na korespondencję elektroniczną pozwoli ograniczyć zużycie papieru oraz usprawni komunikację

Odpowiedź Zamawiającego : Wyrażamy zgodę na zmianę wartości brutto na wartość netto

*Dotyczy Załącznik nr 3 do SWZ – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, Załącznik A – spis załączników szczegółowej specyfikacji oraz załączników opisujących meble i wyposażenie ze stali nierdzewnej / stali kwasoodpornej:*

1. Zamawiający wymaga przedstawienia Deklaracji zgodności UE (CE) dla wszystkich mebli wykonanych ze stali kwasoodpornej w związku z tym, że meble nie są wyrobem medycznym prosimy o rezygnację z w/w wymogu. Meble ze stali kwasoodpornej nie podlegają certyfikacji CE i nie ma wymogu wystawiania dla nich deklaracji zgodności, w związku z czym w/w wymóg nie ma uzasadnienia.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający rezygnuje z wymogu dla mebli

2. Prosimy o rezygnację z wymogu przedstawienia certyfikatu zgodności z normami szczegółowymi dla mebli ze stali kwasoodpornej.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający rezygnuje z wymogu dla mebli

Dotyczy: Załącznik nr - 50 - wieszak stojący

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wieszaka, którego podstawa wykonana jest z marmuru, która sprawia, że wieszak jest bardzo stabilny. Podstawa płaska, okrągła, bez stopek, nie rysująca podłoża.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza

4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wieszaka posiadającego w jego górnej części pięć ramion z jednym miejscem do zawieszenia odzieży.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza

5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wieszaka posiadającego wbudowany uchwyt na parasole (zamiast stojaka na parasole).

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza

6. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wieszaka o wysokości 170 cm.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza

Dotyczy: Wytrząsarki, załącznik 72

7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania sprzętu z 24 miesięczną gwarancją.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza ale konieczne umowa serwisowa przedłużona do 60 miesięcy .

Dotyczy: Komora laminarna, załącznik 75

8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania sprzętu z 24 miesięczną gwarancją.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza ale konieczne umowa serwisowa przedłużona do 60 miesięcy .

Dotyczy: Wytrząsarka osobista, załącznik 76

9. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wykonywania corocznych przeglądów dla wyżej wymienionego sprzętu. Według informacji producenta – nie są one wymagane.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający odstępuje..

10. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania sprzętu posiadającego 24 mies. Gwarancji

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza ale koniecznie umowa serwisowa przedłużona do 60 miesięcy .

11. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od dostarczenia sprzętu zastępczego na czas szkolenia.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający odstępuje.

12. Prosimy o odstąpienie z przeprowadzania szkoleń dla pracowników. Sprzęt nie jest skomplikowany w obsłudze, wszelkie wskazówki zawarte są w dołączonej instrukcji obsługi

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający odstępuje..

Dotyczy: Załącznik nr - 14 - regał wiszący, listwowy (na mat. sterylne)

13. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pkt. 2 tabeli regału składającego się z 2 listew naściennych o wys. 900 mm oraz dwóch półek pełnych o wym. ok. 580 mm (szer) x 260 mm (gf.) x 150 mm (wys.)

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza

14. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pkt. 5 Zamawiający ma na myśli certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza skorygowano OPZ..

Dotyczy: Załącznik nr - 15 - regał ze stali nierdzewnej

15. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pkt. 5 Zamawiający ma na myśli certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza skorygowano OPZ..

Dotyczy: Załącznik nr - 16 - szafka na obuwiu chirurg.

16. Prosimy Zamawiającego o określenie wysokości szafki.

Odpowiedź Zamawiającego : 60 cm x 10 cm

17. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pkt. 9 Zamawiający ma na myśli certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza skorygowano OPZ..

Dotyczy: Załącznik nr - 17 - szafka na odczynniki chemiczne z wentylacją

18. Prosimy Zamawiającego o informację dotyczące wentylacji (czy ma być wentylacja mechaniczna czy grawitacyjna ?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuści szafę z otworami wentylacyjnymi z możliwością podłączenia ociagu np. do istniejącego systemu wentylacji ( wentylator dokupowany osobno)

19. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pkt. 5 Zamawiający ma na myśli certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza skorygowano OPZ..

Dotyczy: Załącznik nr -18 – szafa laboratoryjna

20. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pkt. 4 Zamawiający ma na myśli certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza skorygowano OPZ..

Dotyczy: Załącznik nr -19 – stół roboczy ze stali nierdzewnej + kontener mobilny

21. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pkt. 9 Zamawiający ma na myśli certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza skorygowano OPZ..

22. Zamawiający wymaga, aby blat wzmocniony był płytą MDF i profilem stalowym. Mając na uwadze, że płyta MDF nie jest materiałem odpornym na działanie wilgoci, co w warunkach eksploatacji (częste mycie, dezynfekcja, podwyższona wilgotność) może prowadzić do pogorszenia parametrów użytkowych, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zastosowanie blatu wzmocnionego wyłącznie profilami stalowymi, bez płyty MDF, przy zachowaniu wymaganej nośności, sztywności i trwałości konstrukcji.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszczamy

23. Prosimy o potwierdzenie, że stół ma być wykonany z blachy ze stali kwasoodpornej o grubości min. 0,8 mm.

Odpowiedź Zamawiającego : Zgodnie z OPZ

Dotyczy: Załącznik nr -20 – stół ze stali kwasoodpornej z szafką

24. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pkt. 4 Zamawiający ma na myśli certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485.

25. Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza skorygowano OPZ..

26. Zamawiający wymaga, aby blat wzmocniony był płytą MDF i profilem stalowym. Mając na uwadze, że płyta MDF nie jest materiałem odpornym na działanie wilgoci, co w warunkach eksploatacji (częste mycie, dezynfekcja, podwyższona wilgotność) może prowadzić do pogorszenia parametrów użytkowych, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zastosowanie blatu wzmocnionego wyłącznie profilami stalowymi, bez płyty MDF, przy zachowaniu wymaganej nośności, sztywności i trwałości konstrukcji.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza

27. Prosimy o potwierdzenie, że stół ma być wykonany z blachy ze stali kwasoodpornej o grubości min. 0,8 mm.

Odpowiedź Zamawiającego : zgodnie z OPZ..

Dotyczy: Załącznik nr -21 – stół ze stali kwasoodpornej

28. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pkt. 4 Zamawiający ma na myśli certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza skorygowano OPZ..

29. Zamawiający wymaga, aby blat wzmocniony był płytą MDF i profilem stalowym. Mając na uwadze, że płyta MDF nie jest materiałem odpornym na działanie wilgoci, co w warunkach eksploatacji (częste mycie, dezynfekcja, podwyższona wilgotność) może prowadzić do pogorszenia parametrów użytkowych, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zastosowanie blatu wzmocnionego wyłącznie profilami stalowymi, bez płyty MDF, przy zachowaniu wymaganej nośności, sztywności i trwałości konstrukcji.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza..

30. Prosimy o potwierdzenie, że stół ma być wykonany z blachy ze stali kwasoodpornej o grubości min. 0,8 mm.

Odpowiedź Zamawiającego : zgodnie z OPZ

Dotyczy: Załącznik nr -22 – blat roboczy ze stali kwasoodpornej z szafką

31. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pkt. 4 Zamawiający ma na myśli certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza skorygowano OPZ..

32. Zamawiający wymaga, aby blat wzmocniony był płytą MDF i profilem stalowym. Mając na uwadze, że płyta MDF nie jest materiałem odpornym na działanie wilgoci, co w warunkach eksploatacji (częste mycie, dezynfekcja, podwyższona wilgotność) może prowadzić do pogorszenia parametrów użytkowych, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zastosowanie blatu wzmocnionego wyłącznie profilami stalowymi, bez płyty MDF, przy zachowaniu wymaganej nośności, sztywności i trwałości konstrukcji.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza

33. Prosimy o potwierdzenie, że stół ma być wykonany z blachy ze stali kwasoodpornej o grubości min. 0,8 mm.

Odpowiedź Zamawiającego : zgodnie z OPZ..

Dotyczy: Załącznik nr -23 – stół zlewozmywakowy z jedną komorą

34. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pkt. 4 Zamawiający ma na myśli certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza skorygowano OPZ..

35. Zamawiający wymaga, aby blat wzmocniony był płytą MDF i profilem stalowym. Mając na uwadze, że płyta MDF nie jest materiałem odpornym na działanie wilgoci, co w warunkach eksploatacji (częste mycie, dezynfekcja, podwyższona wilgotność) może prowadzić do pogorszenia parametrów użytkowych,

*prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zastosowanie blatu wzmocnionego wyłącznie profilami stalowymi, bez płyty MDF, przy zachowaniu wymaganej nośności, sztywności i trwałości konstrukcji.*

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza

36. *Prosimy o potwierdzenie, że stół ma być wykonany z blachy ze stali kwasoodpornej o grubości min. 0,8 mm.*

Odpowiedź Zamawiającego : zgodnie z OPZ..

37. *Zamawiający wymaga „Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego”. Prosimy o rezygnację z w/w wymogu, meble nie są wyrobami medycznymi i nie podlegają obowiązkowi wystawiania deklaracji zgodności na system mebli.*

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający rezygnuje z wymogu dla mebli

*Dotyczy: Załącznik nr -24 – stanowisko laboratoryjne ze zlewem dwukomorowym 1200mm*

38. *Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pkt. 4 Zamawiający ma na myśli certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485.*

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza skorygowano OPZ..

39. *Zamawiający wymaga, aby blat wzmocniony był płytą MDF i profilem stalowym. Mając na uwadze, że płyta MDF nie jest materiałem odpornym na działanie wilgoci, co w warunkach eksploatacji (częste mycie, dezynfekcja, podwyższona wilgotność) może prowadzić do pogorszenia parametrów użytkowych, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zastosowanie blatu wzmocnionego wyłącznie profilami stalowymi, bez płyty MDF, przy zachowaniu wymaganej nośności, sztywności i trwałości konstrukcji.*

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza

40. *Prosimy o potwierdzenie, że stół ma być wykonany z blachy ze stali kwasoodpornej o grubości min. 0,8 mm.*

Odpowiedź Zamawiającego : zgodnie z OPZ..

41. *Zamawiający wymaga „Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego”. Prosimy o rezygnację z w/w wymogu, meble nie są wyrobami medycznymi i nie podlegają obowiązkowi wystawiania deklaracji zgodności na system mebli.*

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający rezygnuje z wymogu dla mebli

*Dotyczy: Załącznik nr -26 – blat ze stali kwasoodpornej na wspornikach*

42. *Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pkt. 4 Zamawiający ma na myśli certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485.*

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza skorygowano OPZ..

43. *Zamawiający wymaga, aby blat wzmocniony był płytą MDF i profilem stalowym. Mając na uwadze, że płyta MDF nie jest materiałem odpornym na działanie wilgoci, co w warunkach eksploatacji (częste mycie, dezynfekcja, podwyższona wilgotność) może prowadzić do pogorszenia parametrów użytkowych,*

*prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zastosowanie blatu wzmocnionego wyłącznie profilami stalowymi, bez płyty MDF, przy zachowaniu wymaganej nośności, sztywności i trwałości konstrukcji.*

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza

44. *Prosimy o potwierdzenie, że stół ma być wykonany z blachy ze stali kwasoodpornej o grubości min. 0,8 mm.*

Odpowiedź Zamawiającego : zgodnie z OPZ..

45. *Zamawiający wymaga „Producent powinien posiadać deklarację zgodności na system mebli, z którego pochodzi mebel. Stosowny dokument należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego”. Prosimy o rezygnację z w/w wymogu, meble nie są wyrobami medycznymi i nie podlegają obowiązkowi wystawiania deklaracji zgodności na system mebli.*

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający rezygnuje z wymogu dla mebli..

*Dotyczy: Załącznik nr -27 – Błat roboczy z szafkami/ z szufladą i pełnymi drzwiczkami*

46. *Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pkt. 4 Zamawiający ma na myśli certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485.*

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza skorygowano OPZ..

47. *Zamawiający wymaga, aby blat wzmocniony był płytą MDF i profilem stalowym. Mając na uwadze, że płyta MDF nie jest materiałem odpornym na działanie wilgoci, co w warunkach eksploatacji (częste mycie, dezynfekcja, podwyższona wilgotność) może prowadzić do pogorszenia parametrów użytkowych, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zastosowanie blatu wzmocnionego wyłącznie profilami stalowymi, bez płyty MDF, przy zachowaniu wymaganej nośności, sztywności i trwałości konstrukcji.*

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza

48. *Prosimy o potwierdzenie, że stół ma być wykonany z blachy ze stali kwasoodpornej o grubości min. 0,8 mm.*

Odpowiedź Zamawiającego : zgodnie z OPZ..

*Dotyczy: Załącznik nr -28 – Błat roboczy z szafkami/ z szufladą i pełnymi drzwiczkami*

49. *Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pkt. 4 Zamawiający ma na myśli certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485.*

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza skorygowano OPZ..

50. *Zamawiający wymaga, aby blat wzmocniony był płytą MDF i profilem stalowym. Mając na uwadze, że płyta MDF nie jest materiałem odpornym na działanie wilgoci, co w warunkach eksploatacji (częste mycie, dezynfekcja, podwyższona wilgotność) może prowadzić do pogorszenia parametrów użytkowych, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zastosowanie blatu wzmocnionego wyłącznie profilami stalowymi, bez płyty MDF, przy zachowaniu wymaganej nośności, sztywności i trwałości konstrukcji.*

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza

51. *Prosimy o potwierdzenie, że stół ma być wykonany z blachy ze stali kwasoodpornej o grubości min. 0,8 mm.*

Odpowiedź Zamawiającego : zgodnie z OPZ..

Dotyczy: Załącznik nr -29 – Zabudowa przyścienna laboratoryjna

52. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pkt. 4 Zamawiający ma na myśli certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza skorygowano OPZ..

53. Zamawiający wymaga, aby blat wzmocniony był płytą MDF i profilem stalowym. Mając na uwadze, że płyta MDF nie jest materiałem odpornym na działanie wilgoci, co w warunkach eksploatacji (częste mycie, dezynfekcja, podwyższona wilgotność) może prowadzić do pogorszenia parametrów użytkowych, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zastosowanie blatu wzmocnionego wyłącznie profilami stalowymi, bez płyty MDF, przy zachowaniu wymaganej nośności, sztywności i trwałości konstrukcji.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza

54. Prosimy o potwierdzenie, że stół ma być wykonany z blachy ze stali kwasoodpornej o grubości min. 0,8 mm.

Odpowiedź Zamawiającego : zgodnie z OPZ..

55. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zabudowy przyścienne o wysokości min. 89 cm? Jest to typowa wysokość dla mebli w zabudowie do pracy stojącej.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy: Załącznik nr -30 – Zabudowa wyspowa laboratoryjna z przystawką instalacyjną

56. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pkt. 4 Zamawiający ma na myśli certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza skorygowano OPZ..

57. Zamawiający wymaga, aby blat wzmocniony był płytą MDF i profilem stalowym. Mając na uwadze, że płyta MDF nie jest materiałem odpornym na działanie wilgoci, co w warunkach eksploatacji (częste mycie, dezynfekcja, podwyższona wilgotność) może prowadzić do pogorszenia parametrów użytkowych, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zastosowanie blatu wzmocnionego wyłącznie profilami stalowymi, bez płyty MDF, przy zachowaniu wymaganej nośności, sztywności i trwałości konstrukcji.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza

58. Prosimy o potwierdzenie, że stół ma być wykonany z blachy ze stali kwasoodpornej o grubości min. 0,8 mm.

Odpowiedź Zamawiającego : zgodnie z OPZ..

59. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zabudowy przyścienne o wysokości min. 89 cm? Jest to typowa wysokość dla mebli w zabudowie do pracy stojącej.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy: Załącznik nr -31 – Zabudowa przyścienna laboratoryjna; Załącznik nr -32 – Zabudowa przyścienna laboratoryjna

60. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pkt. 4 Zamawiający ma na myśli certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza skorygowano OPZ..

61. Zamawiający wymaga, aby blat wzmocniony był płytą MDF i profilem stalowym. Mając na uwadze, że płyta MDF nie jest materiałem odpornym na działanie wilgoci, co w warunkach eksploatacji (częste mycie, dezynfekcja, podwyższona wilgotność) może prowadzić do pogorszenia parametrów użytkowych, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zastosowanie blatu wzmocnionego wyłącznie profilami stalowymi, bez płyty MDF, przy zachowaniu wymaganej nośności, sztywności i trwałości konstrukcji.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza

62. Prosimy o potwierdzenie, że stół ma być wykonany z blachy ze stali kwasoodpornej o grubości min. 0,8 mm.

Odpowiedź Zamawiającego : zgodnie z OPZ..

63. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania zabudowy przysienne o wysokości min. 89 cm? Jest to typowa wysokość dla mebli w zabudowie do pracy stojącej.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający nie dopuszcza

Dotyczy: Załącznik nr -33 – Stół ze stali nierdzewnej; Załącznik nr -34 – Stół ze stali nierdzewnej

64. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pkt. 4 Zamawiający ma na myśli certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza skorygowano OPZ..

65. Zamawiający wymaga, aby blat wzmocniony był płytą MDF i profilem stalowym. Mając na uwadze, że płyta MDF nie jest materiałem odpornym na działanie wilgoci, co w warunkach eksploatacji (częste mycie, dezynfekcja, podwyższona wilgotność) może prowadzić do pogorszenia parametrów użytkowych, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zastosowanie blatu wzmocnionego wyłącznie profilami stalowymi, bez płyty MDF, przy zachowaniu wymaganej nośności, sztywności i trwałości konstrukcji.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza

66. Prosimy o potwierdzenie, że stół ma być wykonany z blachy ze stali kwasoodpornej o grubości min. 0,8 mm.

Odpowiedź Zamawiającego : zgodnie z OPZ..

Dotyczy: Załącznik nr -35 – Stół roboczy laboratoryjny; Załącznik nr -36 – Stół roboczy laboratoryjny; Załącznik nr -37 – Stół roboczy laboratoryjny

67. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w pkt. 4 Zamawiający ma na myśli certyfikat ISO 9001 oraz ISO 13485.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza skorygowano OPZ..

68. Zamawiający wymaga, aby blat wzmocniony był płytą MDF i profilem stalowym. Mając na uwadze, że płyta MDF nie jest materiałem odpornym na działanie wilgoci, co w warunkach eksploatacji (częste mycie, dezynfekcja, podwyższona wilgotność) może prowadzić do pogorszenia parametrów użytkowych, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuści zastosowanie blatu wzmocnionego wyłącznie profilami stalowymi, bez płyty MDF, przy zachowaniu wymaganej nośności, sztywności i trwałości konstrukcji.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza

69. Prosimy o potwierdzenie, że stół ma być wykonany z blachy ze stali kwasoodpornej o grubości min. 0,8 mm.

Odpowiedź Zamawiającego : zgodnie z OPZ..

Dotyczy SWZ:

1. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wraz z ofertą należy złożyć także załącznik nr 3 OPZ oraz 3A. W SWZ brak jest informacji o dołączeniu do oferty tych dokumentów, a powinny one stanowić kluczowe informacje dla Zamawiającego podczas analizy ofert w postępowaniu.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający potwierdza ,że wraz z ofertą należy złożyć TAKŻE załącznik nr 3 OPZ i Załącznik 3A jako integralną część oferty...

Szanowni Państwo w przesłanych wczoraj pytaniach nastąpiła omyłka pisarska dotycząca pytania nr 11. jego prawidłowy zapis brzmi:

11. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy powyżej 7 dni. Prosimy o uwzględnienie przesłanej dziś korekty w udzielanych odpowiedziach.

Odpowiedź Zamawiającego :Tak, Zamawiający odstępuje

pytanie do Załącznika nr - 69 oraz Załącznika nr - 70 : Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od zapisów dotyczących dostawy sprzętu zastępczego na czas naprawy powyżej 7 dni.

Odpowiedź Zamawiającego :Tak, Zamawiający odstępuje

Pakiet nr 1 Załącznik nr - 75 - komora laminarna z pionowym przepływem, klasa III, kpl - szt. 4

1. Proszę o informację czy Zamawiający zaakceptuje wymiary obszaru roboczego wynoszące 1200 x 675 x 695mm ( szer. x wys. x gł.)

Odpowiedź Zamawiającego :Tak, Zamawiający zaakceptuje

2. Proszę o informację czy Zamawiający zaakceptuje wymiary całkowite zewnętrzne łącznie ze służą podawczą wynoszące 2015 x 2380 x 820 mm ( szer. x wys. x gł.)

Odpowiedź Zamawiającego :Tak, Zamawiający zaakceptuje

3. W uwagi na brak układu recyrkulującego powietrza w proporcji 70:30 w komorze klasy III ( powietrze z komory jest usuwane po 2-krotnej filtracji poza przestrzeń laboratorium), oraz mniejszego zapotrzebowania w zakresie wydajności/mocy wentylatora, proszę o informację czy wydajność wentylatora wynosząca ~200m<sup>3</sup>/h ±10 % będzie wystarczająca?

Odpowiedź Zamawiającego :Tak,

4. Proszę o doprecyzowanie, czy komora ma być wyposażona w jeden silnik prądu stałego o zmniejszonym zużyciu energii i obniżonej emisji CO2 gwarantujący cichą pracę poniżej 56dBA?

Odpowiedź Zamawiającego :Tak, ma być wyposażona w jeden silnik prądu stałego zmniejszonym zużyciu energii obniżonej emisji CO2 gwarantujący cichą pracę poniżej 56dBA

5. Proszę o informację czy zgodności komory z normą z EN12469-2000 może być deklarowana przez producenta/wytwórcę komory?

Odpowiedź Zamawiającego :Tak,

6. Proszę o doprecyzowanie czy śluza podawcza ma być wyposażona w przesuwaną półkę wykonaną ze stali nierdzewnej poruszaną na prowadnicach teleskopowych umożliwiając wygodny i bezwysiłkowy dla operatora ruch tego elementu ?

Odpowiedź Zamawiającego :Potwierdzam, że śluza podawcza ma być wyposażona w przesuwaną półkę wykonaną ze stali nierdzewnej poruszaną na prowadnicach teleskopowych umożliwiając wygodny i bezwysiłkowy dla operatora ruch tego elementu


7. Prosimy o potwierdzenie, że każda komora ma zostać dostarczona wraz z dedykowanym stelażem.


Odpowiedź Zamawiającego :Tak,

8. Z uwagi na fakt, że budowa komory III klasy zasadniczo różni się konstrukcyjnie od komór II klasy, prosimy o potwierdzenie, że ściany boczne mają być pełne w przypadku komór klasy III.

Odpowiedź Zamawiającego :Zamawiający potwierdza, że ściany boczne mają być pełne w przypadku komór klasy III.

W związku z dokonanymi modyfikacjami OPZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 06.02.2026r do godz. 9:00, otwarcie nastąpi 06.02.2026r o godz. 9:30 .

KIEROWNIK DZIAŁU  
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW  
  
Hanna Cichecka

DYREKTOR NACZELNY  
Mazowieckiego Centrum Leczenia  
Chorób Płuc i Gruźlicy  
  
Anna Kamińska