

Do wszystkich

Zainteresowanych

Dotyczy: Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup, dostawę i montaż pierwszego wyposażenia w ramach zadania :”przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego – II etap skrzydło centralne przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku.

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania i wnioski :

:

Dotyczy: Załącznik nr - 71 - Mikroskop - szt. 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie mikroskopu posiadającego certyfikat / deklaracje CE, potwierdzający spełnienie wymagań bezpieczeństwa i zdrowia określonych w dyrektywach UE, oraz deklarację RoHS, potwierdzającą zgodność z dyrektywą dotyczącą ograniczenia stosowania niebezpiecznych substancji, mimo że dokumentacja nie zawiera informacji o dopuszczeniu do stosowania w placówkach ochrony zdrowia. Pragniemy zaznaczyć, że wyrób ten jest powszechnie stosowany w służbie zdrowia i spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego zawarte w OPZ.

Odp. Zamawiający dopuści.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania mikroskopu bez certyfikatów ISO. Brak tych dokumentów nie powinien automatycznie dyskwalifikować produktu, ponieważ certyfikaty ISO dotyczą głównie systemów zarządzania jakością, środowiskiem lub procesami produkcyjnymi producenta, a nie bezpośrednio parametrów technicznych samego produktu. Jeżeli produkt spełnia wszystkie wymagania techniczne określone w specyfikacji zamówienia, posiada wymagane prawem certyfikaty (np. CE) oraz deklaracje zgodności (np. RoHS), brak certyfikatów ISO nie wpływa na jego funkcjonalność ani bezpieczeństwo użytkowania.

Odp. Zamawiający dopuści

Dotyczy: Załącznik nr - 72 - Wytrząsarka laboratoryjna - szt. 2

1. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia sprzętu zastępczego na czas naprawy powyżej 7 dni.

Odp. Zam. odstąpi.

2. Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu przeglądów gwarancyjnych. W tym przypadku producent nie wymaga ich, aby utrzymać gwarancję.

Odp. Zamawiający odstąpi.

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania wytrząsarki bez certyfikatów ISO. Brak tych dokumentów nie powinien automatycznie dyskwalifikować produktu, ponieważ certyfikaty ISO dotyczą głównie systemów zarządzania jakością, środowiskiem lub procesami produkcyjnymi producenta, a nie

bezpośrednio parametrów technicznych samego produktu. Jeżeli produkt spełnia wszystkie wymagania techniczne określone w specyfikacji zamówienia, posiada wymagane prawem certyfikaty /deklaracje (np. CE) oraz deklaracje zgodności, brak certyfikatów ISO nie wpływa na jego funkcjonalność ani bezpieczeństwo użytkowania.

Odp. Zamawiający dopuści

Dotyczy OPZ:

1. *Prosimy Zamawiającego o korektę OPZ w zakresie przedstawienia: „Deklaracja Zgodności UE (CE)” deklaracji zgodności dla mebli – zgodnie z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami z dnia 23.01.*

Odp. Zamawiający dokonał korekty : „Dla stali kwasoodpornej, z której wykonane zostaną meble, Zamawiający wymaga dokumentów:...”

2. *Prosimy Zamawiającego o korektę OPZ w zakresie przedstawienia: „Certyfikaty zgodności z normami szczegółowymi (...)” certyfikatu zgodności z normami szczegółowymi dla mebli – zgodnie z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami z dnia 23.01.*

Odp. Zamawiający dokonał korekty : „Dla stali kwasoodpornej, z której wykonane zostaną meble, Zamawiający wymaga dokumentów:...”

3. *Prosimy Zamawiającego o korektę OPZ w zakresie załącznika nr 16 – szafka na obuwie chirurgiczne w zakresie wysokości zgodnie z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami z dnia 23.01.*

Odp. Zamawiający skorygował

4. *Prosimy Zamawiającego o korektę OPZ w zakresie załącznika 23 – stół zlewozmywakowy w zakresie wiersza nr 5: „Producent powinien posiadać deklarację zgodności (...)” zgodnie z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami z dnia 23.01.*

Odp. Zamawiający skorygował

5. *Prosimy Zamawiającego o korektę OPZ w zakresie załącznika 24– stanowisko laboratoryjne w zakresie wiersza nr 5: „Producent powinien posiadać deklarację zgodności (...)” zgodnie z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami z dnia 23.01.*

Odp. Zamawiający skorygował

6. *Prosimy Zamawiającego o korektę OPZ w zakresie załącznika 26– blat ze stali kwasoodpornej w zakresie wiersza nr 5: „Producent powinien posiadać deklarację zgodności (...)” zgodnie z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami z dnia 23.01.*

Odp. Zamawiający skorygował

7. Prosimy Zamawiającego o korektę OPZ w zakresie załącznika 44– cieplarka zgodnie z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami z dnia 23.01 w zakresie sprzętu zastępczego oraz gwarancji.

Odp. Zamawiający skorygował

8. Prosimy Zamawiającego o korektę OPZ w zakresie załączników 69 i 70 zgodnie z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami z dnia 23.01 w zakresie sprzętu zastępczego.

Odp. Zamawiający skorygował

9. Prosimy Zamawiającego o korektę OPZ w zakresie załącznika 76 – wytrząsarka osobista zgodnie z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami z dnia 23.01 w zakresie sprzętu zastępczego, szkolenia oraz gwarancji.

Odp. Zamawiający skorygował

10. Prosimy Zamawiającego o publikację skorygowanego OPZ w formie edytowalnej bez wykreślonego w toku udzielanych odpowiedzi załącznika nr 79 oraz uwzględniającego wszystkie powyższe zmiany. Ma to na celu zachowanie spójności dokumentów postępowania oraz uniknięcie ryzyka różnej interpretacji składanych ofert.

Odp. Zamawiający zamieszcza wraz z odpowiedziami aktualny, skorygowany OPZ

11. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zgodnie z zapisami SWZ oraz udzielonymi odpowiedziami z dnia 23.01 Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych tj. kart katalogowych.

Odp. Zamawiający potwierdza

12. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zapis w OPZ : „Wszystkie oferowane meble i wyposażenie – nowe, wyprodukowane w roku, w którym będą dostarczane, nieuszkodzone, niebędące uprzednio przedmiotem ekspozycji i wystaw, wykonane profesjonalnie, z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania, dostarczone kompletne i w całości, po zamontowaniu gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów inwestycyjnych” powinien odnosić się jedynie do wyposażenia meblowego, a zapis **wyposażenie** znalazł się tam omyłkowo. Jednocześnie prosimy o dopuszczenie do zaoferowania również wyposażenia fabrycznie nowego, które nie zostało wyprodukowane w bieżącym roku, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej zgodności z wymaganiami technicznymi oraz warunkami gwarancji? Uzasadnienie: Mając na uwadze, że postępowanie prowadzone jest na początku roku, spełnienie tego warunku w przypadku zaawansowanej aparatury laboratoryjnej może być obiektywnie utrudnione a nawet niemożliwe.

Odp. Zamawiający dopuści wyposażenie i meble wyprodukowane w latach 2025-2026, co zostało skorygowane w Opisie Przedmiotu Zamówienia .


Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w zał.3A w kolumnie dla stawki Vat jeśli zajdzie taka potrzeba wykonawca może zawrzeć dwie stawki Vat tj. 8% i 23% dla konkretnej pozycji.

Odp. Tak, Zamawiający Potwierdza.

Jednocześnie Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do 10.02.2026r do godz. 9:00, otwarcie nastąpi 10 .02.2026 o godz.9:30.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW

Hanna Cichecka


DYREKTOR NACZELNA
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gruźlicy
Anna Kamińska

