

A/ZP.26.58/PN.4.2025

Otwock, 26.01.2026

Do wszystkich
zainteresowanych

Dotyczy : Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na : **Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego do Pracowni diagnostyki bronchologicznej w Pawilonie A (10 pakietów)**

w ramach przedsięwzięcia *Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku*

Od Wykonawców wpłynęły następujące pytania :

Pytanie 1 - dotyczy załącznik nr 3 – OPZ Zadanie 11 - Pakiet 4 – Bronchofiberoskop ultrasonograficzny – 4 szt. lp. 204, 205, 209.

Zapis znajdujący się przed tabelą:

*Bronchoskop ultrasonograficzny wideo, **średnica zewnętrzna sondy 6,3 mm, średnica kanału roboczego 2,2 mm**, długość robocza 600 mm, zakres zginania końcówki- góra 160°, dół 70°, głębia ostrości 2–50 mm, kąt widzenia 80 stopni, jednostopniowe złącze. Zakres skanowania USG 65°.*

zawiera inne dane niż zawarte w tabeli w lp. 204, 205, 209. Prosimy o potwierdzenie, że wymóg w punktach 204, 205, 209 jest nadrzędny.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytanie 2 - dotyczy załącznik nr 3 – OPZ Zadanie 11 - Pakiet 6 – Gastroskop – 4 szt. Lp. 32 , 33

Zapis znajdujący się przed tabelą: *Funkcjonalność proponowanych rozwiązań*

*Gastroskop wideo HDTV z dodatkowym kanałem do splotkiwania. **Średnica sondy 9,2 mm, średnica kanału roboczego 2,8 mm**, kąt zagięcia końcówki góra/dół 210/90 stopni, prawo/lewo 100/100 stopni, długość robocza 1030 mm, pole widzenia 140 stopni, głębia ostrości 2-100 mm, jednostopniowe złącze.*

zawiera inne dane niż zawarte w tabeli w lp. 32 i 33. Prosimy o potwierdzenie, że wymóg w punkcie 32 i 33 jest nadrzędny.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytanie 3 - dotyczy załącznik nr 3 – OPZ Zadanie 11 - Pakiet 8 – Kolonoskop – 2 szt. lp. 90, 91, 102.

Zapis znajdujący się przed tabelą: *Funkcjonalność proponowanych rozwiązań*

*Wideo-Kolonoskop Endoskop giętki. Kolonoskopy So o lekkim uchwycie i stopniowanej sztywności, pole widzenia 140°, **głębina widzenia 3-100 mm, średnica kanału roboczego 3,8-4,2 Ø**. Kątowanie góra/dół 180°/180°, lewo/prawo 160°/160°. System strumieniowania wody.*

Zawiera inne dane niż zawarte w tabeli w lp. 90,91,102. Prosimy o potwierdzenie, że wymóg w punktach 90, 91, 102 jest nadrzędny.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytanie 4 - dotyczy załącznik nr 3 – OPZ, Zadanie 11 - Pakiet 5 – Szafa na endoskopy – 4 szt. Lp. 237

Czy Zamawiający dopuści szafę z większą szerokością miejsca na endoskop równą 90 mm? Większa szerokość ułatwia personelowi medycznemu wkładanie i wyjmowanie endoskopów.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytanie 5 - dotyczy załącznik nr 3 – OPZ, Zadanie 11 - Pakiet 9 – Kolumna endoskopowa do EUS, EBUS z aparatem USG – 1 kpl. Lp. 263

Czy Zamawiający dopuści możliwość standardowego zapisu ustawień dla kolejnych kroków danej procedury? Rozwiązanie to nie ogranicza w żaden sposób tworzenia różnych profili dla różnych kroków procedury.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytanie 6 - Dot. SWZ pkt. 4 - Przedmiotowe środki dowodowe oraz załącznik nr 3 do SWZ

Czy w przypadku, gdy w materiałach informacyjnych brak jest opisu danej funkcji lub wartości parametru, Zamawiający dopuści załączenie do oferty oświadczenia autoryzowanego dystrybutora producenta, na podstawie którego Zamawiający będzie w stanie zweryfikować zgodność danego parametru?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytanie 7 - dot. wszystkich zadań

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby zaoferowany sprzęt był fabrycznie nowy, kompletny z rokiem produkcji nie starszym niż 2024 (2024/2025)? Pragniemy zapewnić Zamawiającego, iż nasza odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność gwarancyjna, jest niezależna od daty produkcji i jest liczona zawsze od daty instalacji (a instalowany sprzęt jest zawsze fabrycznie nowy). Również nasza odpowiedzialność produktowa pozostaje niezmienna bez względu na szczegółową datę produkcji sprzętu.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytanie 8 - dotyczy załącznik nr 3 – OPZ, – zadanie 11 pakiet 1 lp. 29 i 30

29. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii bez konieczności wymiany części lub podzespołów do 5 dni roboczych?

30. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu usunięcia awarii „on site – w miejscu instalacji” z koniecznością wymiany części lub podzespołów na nowe – do 12 dni roboczych?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytanie 9 - dotyczy załącznik nr 3 – OPZ, Opis przedmiotu zamówienia – zadanie 11 pakiet 3 lp. 168 oraz zadanie 11 pakiet 5 lp. 285

Prosimy o odstąpienie od konieczności dostarczenia sprzętu zastępczego.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytanie 10 - Dot. Projekt umowy par. 3 ust. 10 pkt. f i g

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyposażenia (np. akcesoria wózka endoskopowego, akcesoria ssaka, akcesoria myjni), które nie są wyrobami medycznym - stawka VAT 23% i które nie posiadają dokumentów dopuszczających?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytanie 11 Dotyczy załącznika nr 3A Tabela zbiorcza urządzeń Bronchoskopia

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację tabeli formularza ofertowo cenowego w celu wyodrębnienia akcesoriów zestawu objętych 23% stawką VAT poprzez np. dołożenie dodatkowego wiersza zawierającego wyroby niemedyce (w przypadku, gdy produkty zaoferowane w pakiecie objęte są różnymi stawkami VAT)?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytanie 12 Projekt umowy par. 3 ust. 10 pkt. f i g

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie oprogramowania i sprzętu komputerowego, które nie są wyrobami medycznym - stawka VAT 23% i nie posiadają dokumentów dopuszczających?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytanie 13 Projekt umowy par. 3 ust. 10 pkt. f

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie szafy endoskopowej z wyposażeniem, która nie jest wyrobem medycznym - stawka VAT 23%, ale posiada deklarację zgodności?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytanie 14 Projekt umowy Par. 5 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do terminu „w dni robocze” (zgodnie z opisem zawartym w załączniku nr 3 Opis przedmiotu zamówienia):

Wykonawca zapewni dostępność autoryzowanego serwisu na terenie Polski oraz czas reakcji serwisowej (przystąpienie do usuwania awarii) nie dłuższy niż 48 godziny w dni robocze (2 dni robocze) od momentu zgłoszenia określonego w ust. 6 powyżej.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytanie 15 Projekt umowy Par. 5 ust. 9 i 10

Aktualny zapis punktu 9 uniemożliwia złożenie oferty z powodów formalno-prawnych niedających możliwości serwisowania urządzeń medycznych podmiotom do tego nie uprawnionym.

Sprzęt zakupiony od Wykonawcy to wyrób medyczny lub do zastosowań medycznych, za którego poprawne działanie Wykonawca, jako przedstawiciel producenta, ponosi odpowiedzialność produktową zarówno przed użytkownikiem (Zamawiającym) jak i pacjentami. Na skutek niepoprawnego działania urządzenia mogą oni ponieść poważny uszczerbek na zdrowiu. Wygaśnięcie gwarancji na produkt nie oznacza, że automatycznie zmienia się jego natura określona przepisami prawa i, co za tym idzie, nie zmienia się natura odpowiedzialności produktowej. Z uwagi na wysoko zaawansowaną technologię oferowanego sprzętu, diagnostyka stanu technicznego i wykonywanie czynności konserwacyjnych, naprawczych i przeglądowych może się odbywać wyłącznie w punktach serwisowych posiadających przeszkolony personel przez Producenta oraz wymagane przez niego wyposażenie.

W związku z powyższym, w celu umożliwienia złożenia oferty, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację §5 ust.9 i 10 projektu umowy na następujący:

9. Wykonawca gwarantuje, że po upływie okresu gwarancji Sprzęt będzie pozbawiony wszelkich blokad itp., w tym w szczególności kodów serwisowych, które po upływie gwarancji uniemożliwiałyby lub utrudniałyby Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych lub naprawy

Sprzętu przez inny niż Wykonawca podmiot, w przypadku niekorzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy – **pod warunkiem potwierdzenia przez Zamawiającego uzyskania autoryzacji Producenta do serwisowania i naprawy urządzeń objętych przedmiotem dostawy.**

10. Wykonawca najpóźniej w ostatnim dniu okresu gwarancji udostępni Zamawiającemu wszelkie kody serwisowe lub odblokuje Sprzęt, umożliwiając Zamawiającemu dostęp do opcji serwisowych i naprawę. Dotyczy również aktualizacji oprogramowania i zmiany kodów serwisowych – **pod warunkiem potwierdzenia przez Zamawiającego uzyskania autoryzacji Producenta do serwisowania i naprawy urządzeń objętych przedmiotem dostawy.**

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytanie 16 Projekt umowy par. 6

Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na każdy pakiet osobno lub czy wyrazi zgodę, aby kary umowne naliczane były od wartości danego pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie

Pytanie 17 Projekt umowy par. 6 ust. 1b

Prosimy o potwierdzenie, że dostarczenie sprzętu zastępczego na czas naprawy powoduje nie naliczanie kar za zwłokę w usunięciu awarii.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytanie 18 Projekt umowy Par. 6 ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna maksymalna wysokość kar umownych nie mogła przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto danego pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie

Zamawiający proponuje : 20% wartości umowy brutto .

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 03.02.2026r. godz. 9:00

Otwarcie w dniu 03.02.2026r o godz. 9:30

DYREKTOR NACZELNY
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Przewodzących
Anna Kamińska

KIEROWNICZKA
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW
Hanna Cichecka
Hanna Cichecka

