

A/ZP.26.58/PN.3.2025

Otwock, 21.01.2026

Do wszystkich
zainteresowanych

Dotyczy : Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na : Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego do Pracowni diagnostyki bronchologicznej w Pawilonie A (10 pakietów)

w ramach przedsięwzięcia *Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku*

Od Wykonawców wpłynęły następujące pytania :

Prosimy o ponowne rozpatrzenie zadanych pytań złożonych przez naszą firmę. Pytania zostały doprecyzowane w kwestiach technicznych oraz zachowana została merytoryka parametrów sprzętu najwyższej klasy. Planowana konfiguracja sprzętu charakteryzuje się najwyższą jakością oraz trwałością i niezawodnością. Planowany do zaoferowania sprzęt sprawdza się w wielu placówkach w Polsce i w Europie.

Pytania do Otwocka

Zadanie 11 – Pakiet 2 -Zestaw do ebusa radialnego-1 kpl.

L.p. 47. Długość całkowita min.: 2225mm

1. Pytanie: Czy Zamawiający dopuści tolerancję długości całkowitej +/- 10%?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.52 Kompatybilna z endoskopami EBUS

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny oddzielne urządzenie do obsługi mini sond i oddzielny do EBUS- w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezależności pracy?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.53 Format skanowania ultrasonograficznego: mechaniczne, elektroniczne

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z formatem skanowania ultrasonograficznego: mechaniczne. Reszta bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p. 56 Skanowanie radialne, spiralne

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z opcją skanowania: radialnego?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.57 Kompatybilność z miniaturowymi sondami US

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie niezależne gwarantujące szczegółową i pełną jakość badań?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.59 Zakres wyświetlania: 2, 3, 4, 6, 9, 12 cm

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z zakresem wyświetlania:10,15,20,45,60 cm?

Daje to większe możliwości diagnostyczne.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p. 60 Obszar wyświetlania : pełne koło, część dolna, część górna, przewijanie

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie w którym obszar wyświetlania obejmuje tak jak w założeniach : pełne koło?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.61. Pamięć ponad 1500 klatek

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z pamięcią 1000 klatek?

Jest to inne rozwiązanie technologiczne.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p. 62 i 63 Obraz 3D i obraz MPR

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie w którym funkcje te są dedykowane do oferowanego procesora obrazu obsługującego bronchoskop ultrasonograficzny?

Jest to zbieżne rozwiązanie technologiczne.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.68. Częstotliwości : 5, 6, 7.5, 10, 12 MHz

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z zakresem częstotliwości : 5, 7.5, 10, 12 MHz?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p. 69. Zakres wyświetlania: 2, 3, 4, 6, 9, 12 cm

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z zakresem wyświetlania: 10, 15, 20, 45, 60 cm?

Daje to większe możliwości diagnostyczne.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p. 72. Pamięć ponad 2000 klatek

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z pamięcią 1200 klatek?

Nie wpływa to na jakość badań.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p. 84. Wymiary urządzenia max.: 445 (szer.) x 200 (wys.) x 530 (dł.) mm

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach +/- 15%?

Nadal będzie ono bezpiecznie znajdować się na półce wózka medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p. 78. Kompatybilność z posiadanymi endoskopami US firmy Olympus.

Pytanie: Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu ograniczającego konkurencyjność postępowania? Jest to rozwiązanie charakteryzujące tylko jednego oferenta, firmę Olympus?

Taka forma ogranicza i zawęża do minimum cały proces przetargowy.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p. 87. Kompatybilna z minisondami US

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z dedykowanym procesorem obrazu do mini sond?

Jest to inne rozwiązanie technologiczne.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p. 97. Wejścia sygnału min. : DVI, 3G-SDI, S-Video, Composite

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny monitor medyczny z sygnałem wejścia: DVI, 3G-SDI, S-Video (Y/C), RGB?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p. 99. Jasność min.: 900cd

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny monitor medyczny jasność min: 300 cd?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.103 Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny wózek z lepszymi parametrami tj z blokadą 4 kół?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.120 i 121

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny wózek z tolerancją wymiarów i wagi: +/- 10 %.

Parametr ten nie wpływa na jakość badań.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

Zadanie 11 Pakiet 3 – Myjnia do endoskopów – 4 szt.

Pytanie: Czy Zamawiający będzie oczekiwał iż urządzenia dostarczone do mycia, dezynfekcji i przechowywania endoskopów będą współpracować ze sobą w określonym systemie: tzn. bezdotykowym w stosunku do endoskopów?

Nowoczesne i bezpieczne systemy w pracowni endoskopowej polegają na łączeniu systemów w logiczny, bezpieczny i znormalizowany system. Set ten przewiduje bezpieczną i gwarantowaną jakość mycia i przechowywania endoskopów od ułożenia go w specjalnie dedykowanym koszu w myjce ; poprzez dostarczanie go bezpośrednio do badani bądź ułożenia w szafie.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

L.p.129. Drzwi szklane, otwierane do dołu, z automatycznym domykaniem.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię ze znacznie lepszym sposobem otwierania tj. system pneumatycznym -samoczynnym- do góry?

Powoduje on, iż personel medyczny pracuje w warunkach naturalnych i nie musi wykonywać uciążliwych dla zdrowia skłonów wraz z endoskopem w rękę.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.130. Obudowa, panele oraz komora myjnia wykonane ze szkła i stali nierdzewnej.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie : Rama myjni wykonana ze stali kwasoodpornej. Obudowa wykonana z specjalnego polimeru odpornego na zarysowania i pęknięcia KYDEX, który jest wykorzystywany m.in. dl produkcji samolotów, noży, kasków, wyposażenia broni palnej. Jest to bezpieczny sposób wykorzystania najlepszych materiałów potrzebnych do budowy myjni endoskop .

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.132 Jednoczesna dekontaminacja 2 endoskopów.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię działającą zarówno: jednocześnie jak i asynchronicznie?

Pozwala to na lepszą organizację pracy całej pracowni.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.129 Drzwi szklane, otwierane do dołu, z automatycznym domykaniami.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie : Zamykanie pokrywy w ogóle bez użycia rąk, co eliminuje nie tylko przytrzaśnięcie, ale i zmniejsza ryzyko infekcyjne (nie trzeba zmieniać rękawiczek dla „tylko zamknięcia pokrywy”). Dodatkowo klapa ma czujnik, który zapobiega przytrzaśnięciu. Pozwala to na lepszą organizację pracy i nie wpływa na spowolnienie pracy pracowni.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.137 Wężyki barwione w całości, kolorystyka przypisana do rodzaju złącz

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie : System przyłączy One-Click (jednym kliknięciem), umożliwiający przygotowanie endoskopu poza myjnią i jego ergonomiczne ułożenie. Każde przyłącze jest oznakowane i opisane odpowiednio tekstem w celu wyeliminowania pomyłki w kolorach dla operatorów z chorobą Daltona lub przy niskim poziomie oświetlenia.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.133. Myjnia wyposażona w kolorowy, dotykowy monitor

Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w monitor kolorowy z panelem dotykowym?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.141. Wymiary maksymalne (Wysokość x Szerokość x Głębokość): 1600 mm x 910 mm x 780 mm.

Pytanie Czy Zamawiający dopuści lepsze parametry tj. : wysokość: 157 cm, szerokość 124 cm, głębokość 92 cm?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.142. Myjnia wyposażona w czytników RFID, pozwalający identyfikować endoskopy, użytkowników i środki do mycia i dekontaminacji.

Pytanie : Czy Zamawiający dopuści: Myjnia wyposażona w czytnik kodów kreskowych pozwalający identyfikować endoskopy, użytkowników i środki do mycia i dekontaminacji?

Jest to inne -lepsze rozwiązanie technologiczne.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.148. Myjnia spełnia wymogi normy EN 15883-1, EN 15883-4, EN 62304.

Pytanie: Czy Zamawiający będzie oczekiwał spełnienia innych norm m.in.: UL 61010-1; EN 61010-1, CSA/CAN C22.2,nr 61010-1?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p. 160. Wielo-poziomowa identyfikacji kanistrów poprzez kolor samego kanistra, chip RFID oraz blokady mechaniczne.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię w której : Wielo-poziomowa identyfikacji kanistrów poprzez kolor samego kanistra, system kodów kreskowych oraz blokady mechaniczne ?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.P 21 i 46 z Zadania 11- pakiet 6- Gastroskopia .Aparat w pełni zanurzalny , nie wymagający nakładek uszczelniających w celu uniemożliwienia uszkodzenia aparatu poprzez przypadkowe zalanie .

Pytanie : Czy Zamawiający będzie oczekiwał tego samego w przypadku myjni endoskopowej- w ten sposób by endoskop był całkowicie i w pełni zanurzalny w płynach ?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Zadanie 11 Pakiet 4 -Bronchofiberoskop ultrasonograficzny – 4 szt.

L.p.173. Rodzaj obrazu wideo: hybrydowy, oparty o obrazówó

Pytanie : Czy Zamawiający dopuści do oceny endoskop w oparciu o kamerę typu CCD?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.175. Kierunek widzenia odchylony 20° od kierunku na wprost

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny -kierunek widzenia odchylony 10° od kierunku na wprost?

Jest to inne rozwiązanie technologiczne.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.176. Głębina Ostrości min. od 2 do 50 mm.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny lepsze parametry: tj min. 3-100 mm?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.177. Średnica zewnętrzna końcówki max. 6,6 mm

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny: Średnica zewnętrzna końcówki max. 6,7 mm?

Reszta bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.179. Zakres odchylenia końcówki Góra min.:160° Dół: 70°

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny: Zakres odchylenia końcówki Góra min.:130° Dół: 90°?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.181. Długość robocza sondy min. 600 mm

Pytanie: Czy Zamawiający będzie oczekiwał lepszego parametru czyli: długość robocza sondy min.610 mm?

Pozwala to na przeprowadzenie lepszych jakościowo badań.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

L.p.182. Długość całkowita min. 890 mm

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny endoskop gdzie długość całkowita wynosi min. 880mm?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.183. Średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego min. 2,2 mm ułatwiająca poruszanie igłą w zagięciu endoskopu

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny endoskop o średnica wewnętrzna kanału biopsyjnego min. 2,0 mm ułatwiająca poruszanie igłą w zagięciu endoskopu ?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.184. Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora min.: 4 przyciski

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora min.: 2 przyciski?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.189. Częstotliwości pracy EBUS przy podłączonej centrali Zamawiającego EU-ME3 min.: 5 / 6 / 7,5 / 10 / 12 MHz

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny endoskop: Częstotliwości pracy EBUS przy podłączonej centrali Zamawiającego EU-ME3 min.: 5 / 7,5 / 10 / 12 MHz?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.196. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem CV-190 i centralą USG model EU-ME3

Pytanie: Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu ograniczającego konkurencyjność postępowania? Jest to rozwiązanie charakteryzujące tylko jednego oferenta, firmę Olympus?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.199. Rodzaj obrazu wideo: hybrydowy, oparty o obrazówód

Pytanie : Czy Zamawiający dopuści do oceny endoskop w oparciu o kamerę typu CCD?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.200. Pole widzenia min.80°

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny -pole widzenia 120° ?

Jest to inne lepsze rozwiązanie technologiczne.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.201. Kierunek widzenia odchylony 14° od kierunku na wprost

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny -kierunek widzenia odchylony 10° od kierunku na wprost?

Jest to inne rozwiązanie technologiczne.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.202. Głębina Ostrości min. od 2 do 50 mm.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny lepsze parametry: tj min. 3-100 mm?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.203. Średnica zewnętrzna końcówki max. 6,0 mm

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny: Średnica zewnętrzna końcówki max. 6,7 mm?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.204. Ogólna średnica zewnętrzna sondy max. 6,0 mm.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny: ogólna średnica zewnętrzna max.6,3 mm?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.205. Zakres odchylenia końcówki Góra min.:170° Dół: 70°

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny: Zakres odchylenia końcówki Góra min.:130° Dół: 90°?

Jest to inne rozwiązanie technologiczne.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.208. Długość całkowita min. 890 mm

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny endoskop gdzie długość całkowita wynosi min. 880mm?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.210. Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora min.: 4 przyciski

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat Ilość przycisków do sterowania funkcjami procesora min.: 2 przyciski?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p. 219. Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem CV-190 i centralą USG model EU-ME3

Pytanie: Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu ograniczającego konkurencyjność postępowania? Jest to rozwiązanie charakteryzujące tylko jednego oferenta, firmę Olympus?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

Zadanie 11 Pakiet 5-Szafa na endoskopy- 4 szt.

L.p. 230. Raport z badań potwierdzających uzyskaną czystość mikrobiologiczną do 14 dni

Pytanie: Czy Zamawiający będzie oczekiwał lepszych osiągnięć w tym zakresie czyli by endoskopy przechowywane w szafie posiadały czystość mikrobiologiczną do min. 30 dni.

Zapewnia to bezpieczeństwo w funkcjonowaniu całej Pracowni dając wymierne efekty ekonomiczne.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

L.p.232. Wymiary szafy: szerokość: 1280 mm, głębokość 470mm, wysokość : 2180mm

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do ogólnej oceny szafę o wymiarach: bardziej praktycznych czyli: : szerokość: 600mm, głębokość 540mm, wysokość : 1900mm? (60 cm x 54 cm x 190cm).

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.233. Waga 280 kg

Pytanie: Czy Zamawiający będzie oczekiwał lepszych parametrów czyli by waga szafy nie przekraczała 170 kg? Pozwala to na lepsze logistyczne posunięcia.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

L.p.234. Głębokość komory suszenia, umożliwiającą łatwe ułożenie endoskopów : 350 mm

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do ogólnej oceny szafę o głębokości suszenia: min.540mm?

Z możliwością ustawienia dedykowanych koszy.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.235. Pojemność komory suszenia, umożliwiającą poprawne ułożenie endoskopów: 0,65 m³

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę z możliwością poprawnego ułożenia endoskopów min.: 0,42 m³

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.241. Przechowywanie endoskopów w pozycji pionowej

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę z możliwością przechowywania endoskopów w pozycji poziomej?

Jest to inny typ rozwiązania technologicznego. Dynamika cieczy potwierdza bardzo wysoką skuteczność tej metody.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.248. Maksymalny pobór mocy 250 wat, w celu ograniczenia ciepła wydzielanego do pomieszczenia w którym znajduje się szafa

Pytanie: Czy Zamawiający będzie oczekiwał lepszych parametrów w dobie zagrożenia energetycznego czyli by max. pobór mocy wynosił 75 Wat?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

L.p.251. Maksymalne zapotrzebowanie na powietrze 100 l/min

Pytanie: Czy nie nastąpiła tu pomyłka pisarska ponieważ minimalne zapotrzebowanie na powietrze w tego typu urządzeniach waha się od 100l/min?

Zapis powinien brzmieć: Minimalne zapotrzebowanie na powietrze 100 l/min

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

L.p.255. Zaokrąglone naroża w celu zapewnienia skutecznego czyszczenia

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę z inną konstrukcją naroża- a dającą ten sam efekt w postaci skutecznego czyszczenia?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.256. Czytnik RFID do identyfikacji osoby obsługującej i endoskopu w celu śledzenia drogi endoskopów w procesie przygotowania ich do ponownego użycia.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę wyposażoną w Czytnik kodów kreskowych do identyfikacji osoby obsługującej i endoskopu w celu śledzenia drogi endoskopów w procesie przygotowania ich do ponownego użycia.

Jest to inne rozwiązanie technologiczne

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.257. Czytnik RFID szafy kompatybilny z chipami RFID oferowanych endoskop.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny czytnik z kodami kreskowymi kompatybilny z kodami kreskowymi oferowanych endoskopów?

Jest to inne rozwiązanie technologiczne.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.263. Panel sterowania pokazujący wykorzystany czas przechowywania oraz czas pozostały.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę wyposażoną w panel sterowania pokazującą czas przechowywania a po okresie czystości mikrobiologicznej następuje sygnalizacji przekroczenia tego czasu?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.275. Dostęp do szafy po sczytaniu personalnej karty chipowej

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny szafę wyposażoną w Czytnik kodów kreskowych umożliwiający dostęp do szafy po jej sczytaniu?

Jest to inne bardziej bezpieczne rozwiązanie technologiczne.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

Zadanie 11 Pakiet 6- Gastroskop- 4 szt.

1.Gastroskop-3L.p.6. Ogólna średnica zewnętrzna sondy endoskopowej równa max. 9,2 mm w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek wprowadzania endoskopu.

Pytanie: Czy Zamawiający będzie oczekiwał lepszych parametrów czyli średnicy zew. endoskopu max.8,9 mm? w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek wprowadzania endoskopu.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

L.p.10. Zginanie końcówki endoskopu min.: G: 210°, D:90°, L:100°, P:100°

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny endoskop z końcówką min. : G: 210°, D:120°, L:100°, P:100°

Są to lepsze i bardziej dynamiczne parametry.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.16. Długość sondy roboczej min. 1030 mm gwarantująca odpowiedni zasięg endoskopu

Pytanie: Czy Zamawiający będzie oczekiwał lepszych parametrów w postaci długości roboczej sondy min. 110 mm? Ta wielkość gwarantuje odpowiedni zasięg endoskopu.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

L.p.19. Wbudowany układ RFID do identyfikacji endoskopu

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny endoskop z wbudowanym układem RFID lub kodem kreskowym do identyfikacji endoskopu.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.25 Kompatybilny z posiadanym procesorem wideo CV-190

Pytanie: Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu ograniczającego konkurencyjność postępowania? Jest to rozwiązanie charakteryzujące tylko jednego oferenta, firmę Olympus?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak.

L.p.27 Gastroskop-1 szt.

L.p.32. Ogólna średnica zewnętrzna sondy endoskopowej max. 11,0 mm

Pytanie: Czy Zamawiający będzie oczekiwał lepszych parametrów w postaci średnicy zew. Max.9,8 mm w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek wprowadzania endoskopu.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

L.p.33. Kanał roboczy o średnicy min. 3,7 mm umożliwiający zastosowanie rutynowych narzędzi do zabiegów endoskopowych

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny endoskop w którym kanał roboczy o średnicy min. 3,2 mm umożliwiający zastosowanie rutynowych narzędzi do zabiegów endoskopowych?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.36. Zginanie końcówki endoskopu min.: G: 210°, D:90°, L:100°, P:100°

Pytanie: Czy Zamawiający będzie oczekiwał lepszych parametrów tj. Zginanie końcówki endoskopu min.: G: 210°, D:160°, L:100°, P:100°

Przy kanale roboczym 3,2 mm i średnicy zew. endoskopu max. 9,8 mm.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

L.p.42. Długość sondy roboczej min. 1030 mm gwarantująca odpowiedni zasięg endoskopu

Pytanie: Czy Zamawiający będzie oczekiwał lepszych parametrów w postaci długości roboczej sondy min. 110 mm? Ta wielkość gwarantuje odpowiedni zasięg endoskopu

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

L.p.45. Wbudowany układ RFID do identyfikacji endoskopu

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny endoskop z wbudowanym układem RFID lub kodem kreskowym do identyfikacji endoskopu.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.52. Kompatybilny z posiadanym procesorem wideo CV-190

Pytanie: Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu ograniczającego konkurencyjność postępowania? Jest to rozwiązanie charakteryzujące tylko jednego oferenta, firmę Olympus?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

Zadanie 11 Pakiet 6- Gastroskop ultrasonograficzny

L.p.54 Kierunek obserwacji : odchylony od osi 55° (+/-5%)

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny endoskop kierunek obserwacji : odchylony od osi 40° (+/-5%)?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.58. Kanał roboczy min. 3,7 mm umożliwiający zastosowanie rutynowych narzędzi do zabiegów endoskopowych

Pytanie: Czy Zamawiający będzie oczekiwał lepszego parametru w postaci kanał roboczy min. 4,0 mm umożliwiające zastosowanie rutynowych narzędzi do zabiegów endoskopowych?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

L.p.68. Długość całkowita min. 1555 mm

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny endoskop o długości całkowitej min. 1555mm z tolerancją +/- 6%?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.76. Częstotliwość transmisji min.: 5; 6; 7,5; 10; 12 MHz

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny endoskop z Częstotliwość transmisji min.: 5;7,5; 10; 12 MHz?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.82. L.p.25 Kompatybilny z posiadanym procesorem wideo CV-190

Pytanie: Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu ograniczającego konkurencyjność postępowania? Jest to rozwiązanie charakteryzujące tylko jednego oferenta, firmę Olympus?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.83. Kompatybilny z posiadanym procesorem usg Olympus.

Pytanie: Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu ograniczającego konkurencyjność postępowania? Jest to rozwiązanie charakteryzujące tylko jednego oferenta, firmę Olympus?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

Zadanie 11 Pakiet 8 kolonoskop -2 szt.

L.p.89. Ogólna średnica zewnętrzna sondy endoskopowej równa max. 13,0 mm w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek wprowadzania endoskopu

Pytanie: Czy Zamawiający będzie oczekiwał lepszego parametru czyli ogólna średnica zewnętrzna sondy endoskopowej równa max. 12,8 mm przy kanale roboczym min. 3,8 mm - w celu zmniejszenia dolegliwości bólowych powstających na skutek wprowadzania endoskopu?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

L.p.104 Długość całkowita min. 2005 mm

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat o długości całkowitej min. 2005 mm (+/- 5%)?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.112Kompatybilny z posiadanym procesorem wideo CV-190

Pytanie: Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu ograniczającego konkurencyjność postępowania? Jest to rozwiązanie charakteryzujące tylko jednego oferenta, firmę Olympus?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p. L.p.105. Wbudowany układ RFID do identyfikacji endoskopu

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny endoskop z wbudowanym układem RFID lub kodem kreskowym do identyfikacji endoskopu?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

Zadanie 11 Pakiet 9-Kolumna endoskopowa do EUS,EBUS,z aparatem USG.

11. Procesor obrazu-1 szt

L.p.128 Pomocnicze wyjścia wideo min.: 3G-SDI, Composite

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z wbudowanym pomocniczym wyjściem wideo min.3G-SDI oraz DVI.?

Jest to inne lepsze rozwiązanie technologiczne.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.130. Pomocnicze wejścia wideo min.: SDI, Y/C

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor z wbudowanym pomocniczym wejściem wideo min. SDI oraz DVI.?

Jest to inne lepsze rozwiązanie technologiczne.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.135. Regulacja jasności min. 15 stopniowa

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor z regulacją jasności min. 10 stopni?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.140. Funkcja zapisu czasu rozpoczęcia i zakończenia badania

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor z funkcją zapis czasu badań typu: Timer?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.151. W zestawie : butelka do insuflacji 1 szt., dedykowana pamięć przenośna 1 szt., nasadka balansu bieli 1 szt., kabel wideo 12G-SDI 1 szt., adapter do podłączenia aparatu EUS – 1 szt.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści w zestawie do oceny: w/w akcesoria z pominięciem nasadki balansu bieli?

Nowoczesne technologie tego nie wymagają.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.149. Kompaktowa obudowa o wymiarach nie przekraczających: 400 x 250 x 600 mm (szer/ wys/ głęb.)

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści procesor do oceny o podanych wymiarach z tolerancją +/- 5%.

Wymiary pozwalają na bezpieczne ulokowanie go na wózku endoskopowym.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.153.Kompatybilny z posiadanym endoskopami firmy Olympus serii 190

Pytanie: Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu ograniczającego konkurencyjność postępowania? Jest to rozwiązanie charakteryzujące tylko jednego oferenta, firmę Olympus?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.154. MODUŁ AI-1 szt

L.p.161. 2 tryby czułości wykrywania

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny moduł AI z jednym trybem czułości wykrywania. Jest to inne rozwiązanie technologiczne.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.164. Wejście/wyjście min.: 4K, 1080p

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści od oceny Wejście/wyjście min.: 1080p ?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.172. W zestawie kabel 4K 12G-SDI do podłączenia z monitorem

Pytanie: Czy Zamawiający uwzględni w zestawie : kabel DVI-do podłączenia z monitorem?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p. 169. Wymiary maksymalne: 400 x 100 x 500mm

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści procesor do oceny o podanych wymiarach z tolerancją +/- 5%.

Wymiary takie pozwalają na bezpieczne ulokowanie modułu AI -na wózku endoskopowym.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

Monitor medyczny

L.p.181. Wyjścia sygnału 4K min.: 12G-SDI x2

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor z Wyjścia sygnału 4K min.: 12G-SDI x1x?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

Wózek endoskopowy- 1 szt

L.p.190. Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny wózek o lepszych parametrach tj. z podstawą jezdnią z blokadą czterech kół?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.209. Wymiary nie przekraczające 1400 mm (wys.) x 700 mm (gł.) x 700 mm (szer.)

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wózek o podanych wymiarach z tolerancją: +/- 8% ?

Pompa wodna- 1 szt.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.214. Wskaźnik LED wskazujący aktualną moc pompy

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny pompę wodną ze wskaźnikiem typu manualne pokrętko?

Gwarantuje to stabilną i bez zakłóceń pracę urządzenia.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.219. Funkcja zabezpieczająca przed nadmiernym podawaniem płynu podczas zabiegu

Pytanie: Czy Zamawiający uwzględni funkcję regulacji przepływu płynu regulowaną przez Użytkownika i dopasowaną do aktualnych potrzeb?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy

L.p.224. Waga poniżej 5 kg z pustym zbiornikiem

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści pompę wodną o podanych wymiarach z tolerancją: +/- 8 % ? **Odpowiedź Zamawiającego : TAK**

L.p.238. Waga poniżej 5 kg

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny insuflator CO2 o masie 7 kg?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.239 Wymiary 125(szer.) x 300(Głęb.) x 150 (Wys.) (+/-10%)

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny insuflator CO2 o podanych wymiarach: 145 mm x 170 mm x 390 mm?

Urządzenie bezproblemowo zajmuje wyznaczone miejsce na wózku endoskopowym.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.288 KOLUMNA BRONCHOSKOPOWA- 1 kpl.

L.p.301. Pomocnicze wyjścia wideo min.: 3G-SDI, Composite

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z wbudowanym pomocniczym wyjściem wideo min. 3G-SDI oraz DVI.?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.302 Główne wejścia wideo w celu podłączenia aparatu USG lub RTG min. : SDI

Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie Główne wejścia wideo w celu podłączenia aparatu USG lub RTG min. : SDI lub DVI?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.303. Pomocnicze wejścia wideo min.: SDI, Y/C

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor z wbudowanym pomocniczym wejściem wideo min. SDI oraz DVI.?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.308. Regulacja jasności min. 15 stopniowa

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny procesor z regulacją jasności min. 10 stopni?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.317. Zintegrowane, 5 ledowe źródło światła

Czy Zamawiający dopuści do oceny: zintegrowane, min. 4 ledowe źródło światła ?

Takie rozwiązanie technologiczne w pełni pozwala na realizowanie postawionych mu zadań.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.318 Kompaktowa obudowa o wymiarach nie przekraczających: 400 x 250 x 600 mm (szer/ wys/ głęb.)

Pytanie : Czy Zamawiający dopuści tolerancję wymiarów w przedziale +/- 8%?

Urządzenie bez problemu zajmuje swoje miejsce w wózku endoskopowym.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.320. W zestawie : dedykowana pamięć przenośna 1 szt., nasadka balansu bieli 1 szt., kabel wideo 12G-SDI 1 szt.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści w zestawie do oceny: w/w akcesoria z pominięciem nasadki balansu bieli?

Nowoczesne technologie tego nie wymagają.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.322 .Kompatybilny z posiadanym endoskopami firmy Olympus serii 190

Pytanie: Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu ograniczającego konkurencyjność postępowania? Jest to rozwiązanie charakteryzujące tylko jednego oferenta, firmę Olympus?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.339.Podstawa jezdna z blokadą dwóch kół

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny wózek o lepszych parametrach tj. z podstawą jezdnią z blokadą czterech kół?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.209. Wymiary nie przekraczające 1400 mm (wys.) x 700 mm (gł.) x 700 mm (szer.)

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wózek o podanych wymiarach z tolerancją: +/- 8% ?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.359. Kompatybilna z endoskopami EBUS

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny oddzielne urządzenie do obsługi mini sond i oddzielny do EBUS- w celu zapewnienia bezpieczeństwa i niezależności pracy?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.360. Format skanowania ultrasonograficznego: mechaniczne, elektroniczne

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z formatem skanowania ultrasonograficznego: mechaniczne. Reszta bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p. 363.Skanowanie radialne, spiralne

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z opcją skanowania: radialnego?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.364. Kompatybilność z miniaturowymi sondami US

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie niezależne gwarantujące szczegółową i pełną jakość badań?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.366. Zakres wyświetlania: 2, 3, 4, 6, 9, 12 cm

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z zakresem wyświetlania:10,15,20,45,60 cm?

Daje to większe możliwości diagnostyczne.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p. 60 Obszar wyświetlania : pełne koło, część dolna, część górna, przewijanie

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie w którym obszar wyświetlania obejmuje tak jak w założeniach : pełne koło?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.61. Pamięć ponad 1500 klatek

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z pamięcią 1000 klatek?

Jest to inne rozwiązanie technologiczne.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p. 369 i 370 Obraz 3D i obraz MPR

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie w którym funkcje te są dedykowane do oferowanego procesora obrazu obsługującego bronchoskop ultrasonograficzny?

Jest to zbieżne rozwiązanie technologiczne.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.376. Częstotliwości : 5, 6, 7.5, 10, 12 MHz

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z zakresem częstotliwości : 5, 7.5, 10, 12 MHz?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.377. Zakres wyświetlania: 2, 3, 4, 6, 9, 12 cm

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z zakresem wyświetlania:10,15,20,45,60 cm?

Daje to większe możliwości diagnostyczne.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.380. Pamięć min.2000 klatek

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z pamięcią 1200 klatek?

Nie wpływa to na jakość badań.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.84. Wymiary urządzenia max.: 445(szer.) x184 (wys.) x 530 (dł.) mm

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie o wymiarach +/- 15%?

Nadal będzie ono bezpiecznie znajdować się na półce wózka medycznego.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.387. Kompatybilność z posiadanymi endoskopami US firmy Olympus.

Pytanie: Czy Zamawiający zrezygnuje z w/w zapisu ograniczającego konkurencyjność postępowania? Jest to rozwiązanie charakteryzujące tylko jednego oferenta, firmę Olympus?

Taka forma ogranicza i zawęża do minimum cały proces przetargowy.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.396. Kompatybilna z minisondami US

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny urządzenie z dedykowanym procesorem obrazu do mini sond?

Jest to inne rozwiązanie technologiczne.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

cz.2 dotyczy : Zadanie 11 – Pakiet 1 System dokumentacji badań endoskopowych – 1 kpl.
L.p. Oprogramowanie oparte na profesjonalnej, komercyjnej bazie danych Microsoft SQL Server

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny: Oprogramowanie oparte na profesjonalnej, komercyjnej bazie danych Firebird 5.0? Jest to inne rozwiązanie technologiczne.

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

L.p.25 Kontakt telefoniczny z inżynierem wsparcia systemu minimum w dni powszednie w godz. 8:00-16.00
Pytanie: Kontakt telefoniczny z inżynierem wsparcia systemu minimum w dni powszednie w godz. 9.00-17.00? Jest to inna elastyczna propozycja logistyczna.

L.p. 26. Zgłaszanie żądań, pomocy technicznej i błędów: - Mailowo, - Telefonicznie: dni powszednie w godz. 8:00-16.00

Pytanie: Czy Zamawiający zaakceptuje: Zgłaszanie żądań, pomocy technicznej i błędów: - Mailowo, -tak - Telefonicznie: dni powszednie w godz. 9.00-17.00?

Odpowiedź Zamawiającego : TAK

DYREKTOR NACZELNY
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gruzlicy

Anna Kamińska

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW

Hanna Cichecka
Hanna Cichecka