

A/ZP.26.58/PN.6.2025

Otwock, 10.02.2026

Do wszystkich
zainteresowanych

Dotyczy : Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na : **Zakup, dostawa i montaż sprzętu medycznego do Pracowni diagnostyki bronchologicznej w Pawilonie A (10 pakietów)**

w ramach przedsięwzięcia *Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku*

Od Wykonawców wpłynęły następujące pytania :

Zadanie 11 - Pakiet 2 – Zestaw do ebusa radialnego - 1 kpl.

Czy Zamawiający będzie wymagał, aby doposażyć zestaw mini sond o bronchoskop ultra-cienki o średnicy 4,1 mmi dedykowanym kanale 2,0 mm do procedur ultrasonografii przy użyciu sond?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Zadanie 11 - Pakiet 3 – Myjnia do endoskopów – 4 szt.

Dot. pkt. 145

Czy Zamawiający dopuści możliwość integracji z oferowanym systemem IRIS automatyczne i ręczne przepisanie danych cyklu dekontaminacji?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Zadanie 11 - Pakiet 9 – Kolumna endoskopowa do EUS, EBUS z aparatem USG – 1 kpl.

MONITOR MEDYCZNY – 1 szt.

Dot. pkt. 180 i 182

Czy Zamawiający dopuści wejście sygnału: HDMI, DVI-D, SDI, Display Port, szeregowo złącze zdalnego sterowania (LAN), zdalne sterowanie, wejście prądu przemiennego. Wyjścia zasilania napięciem stałym?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Dot. pkt. 181 i 183

Czy Zamawiający dopuści wyjście sygnału: SDI, CLONE, DC 5V, wyjście napięcia stałego 12V?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Zadanie 11 – Pakiet 10 – Kolumna bronchoskopowa – 1 kpl.

PROCESOR OBRAZU WIDEO – 1 szt.

Dot. pkt. 312

Czy Zamawiający dopuści zapis: funkcja zapis czasu badań typu: Timer?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

MONITOR MEDYCZNY – 1 szt.

Dot. pkt. 328 i 330

Czy Zamawiający dopuści wejście sygnału: HDMI, DVI-D, SDI, Display Port, szeregowo złącze zdalnego sterowania (LAN), zdalne sterowanie, wejście prądu przemiennego. Wyjścia zasilania napięciem stałym?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Dot. pkt. 329 i 331

Czy Zamawiający dopuści wyjście sygnału: SDI, CLONE, DC 5V, wyjście napięcia stałego 12V?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

CENTRALA USG – 1 szt.

Dot. pkt. 366

Czy Zamawiający dopuści skanowanie w zakresie 10, 15, 20 ,45 ,60 mm?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Dot. pkt. 368

Czy Zamawiający dopuści oceny urządzenie z pamięcią 1000 klatek w procesorze obsługującym minisoondy?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Dot. Pkt. 378

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, w którym obszar wyświetlania obejmuje tak jak w założeniach: pełne koło?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Dot. pkt. 393

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wymiarach 390 x 135 x 485 mm, jednocześnie posiadające parametry odpowiadające wymaganiom Zamawiającego?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Dot. Pkt. 394

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze 13 kg?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

Zadanie 11 - Pakiet 4 – Bronchofiberoskop ultrasonograficzny – 4 szt.

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie:

3 szt. bronchoskopów ultrasonograficznych o średnicy wziernika 6,3 mm i średnica końcówki 6,7 mm

i 1 szt. bronchoskopu ultrasonograficznego cienkiego o średnicy wziernika 5,9 mm i średnicy końcówki 6,4 mm?


Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza 3 szt. bronchoskopów o średnicy wziernika 6,3 mm lub mniejszej i 1 szt bronchoskopu o średnicy wziernika 6 mm lub mniejszej .

Jednocześnie Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 18.02.2026r do godz. 9:00
otwarcie w dniu 18.02.2026 o godz. 9:30.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW


Hanna Cichecka

DYREKTOR NACZELNY
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gardła


Anna Kamińska

