

A/ZP.26.53/PN.1.2025

Otwock, 04.12.2025

Do wszystkich**zainteresowanych**

Dotyczy : Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na : **Zakup, dostawa i montaż łóżek szpitalnych elektrycznych i do intensywnej terapii**

w ramach przedsięwzięcia *Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku*

W związku z zaistniałą omyłką pisarską w Opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający dokonuje poprawki :

W pakiecie nr 1 nagłówek był: "Zadanie 11 - Pakiet 1 – Łóżko szpitalne elektryczne (do Oddz. XI Chirurgii Klatki Piersiowej) – szt. 21" ,

a powinno być: **"Zadanie 11 - Pakiet 1 – Łóżko do intensywnej terapii (do Oddziału VII Anestezjologii i intensywnej terapii i do Oddz.III Chorób płuc z pododdziałem onkologicznym) – szt. 7" .**

W pakiecie nr 3 nagłówek był: " Zadanie 11 - Pakiet 3 – Łóżko do intensywnej terapii (do Oddziału VII Anestezjologii i intensywnej terapii i do Oddz.III Chorób płuc z pododdziałem onkologicznym) – szt. 7",

a powinno być **" Zadanie 11 - Pakiet 3 Łóżko szpitalne elektryczne (do Oddz. XI Chirurgii Klatki Piersiowej) – szt. 21" .**

Poprawione strony OPZ w załączeniu.

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie

DYREKTOR NACZELNY
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gruźlicy

Anna Kamińska

Zał. nr 3 do OPZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)****Zadanie 11 – Pakiet 3 – Łóżko do intensywnej terapii (do Oddziału VII Anestezjologii i intensywnej terapii i do Oddz.III Chorób płuc z pododdziałem onkologicznym) – szt. 7****Zadanie 11 - Pakiet 3 Łóżko szpitalne elektryczne (do Oddz. XI Chirurgii Klatki Piersiowej) – szt. 21**

Nazwa producenta :

Nazwa i typ urządzenia :

Lp.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY	parametr oferowany – podać
1.	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na tzw. systemie dwóch podwójnych ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Dodatkowo ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno-serwisowych. Łóżko w pełni zgodnie z normą IEC 60601-2-52.	
2.	Nieruchomy szczyt górny	
3.	Długość łóżka 235 cm z możliwością skracania do 224 cm i wydłużania do 247cm	
4.	Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu oraz dedykowaną pojemnością min. 10% dla elektrycznej funkcji CPR	
5.	Prześwit między ramą łóżka, a podłożem przy dostępie bocznym pomiędzy kołami (przy kołach 125 mm) 162 mm	
6.	Szerokość zewnętrzna 103 cm	
7.	Cztery barierki boczne poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem	
8.	Konstrukcja barierki bocznych umożliwiające ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki	
9.	Po zwolnieniu blokady każda z barierki powinna za pomocą dedykowanej sprężyny gazowej samoczynnie i w bezpieczny sposób opuścić się do pozycji dolnej.	
10.	Możliwość przedłużenia leża o 23 cm	
11.	Łóżko wyposażone w panel, który uzupełnia leże po jego wydłużeniu	
12.	Leże łóżka – 4-sekcyjne	

Zał. nr 1 do OPZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH)****Zadanie 11 – Pakiet 1 – Łóżko szpitalne elektryczne (do Oddz. XI Chirurgii Klatki Piersiowej) – szt. 21****Zadanie 11 - Pakiet 1 – Łóżko do intensywnej terapii (do Oddziału VII Anestezjologii i intensywnej terapii i do Oddz.III Chorób płuc z pododdziałem onkologicznym) – szt. 7**

Nazwa producenta :

Nazwa i typ urządzenia :

Lp.	PARAMETR / WARUNEK WYMAGANY	Parametr oferowany – podać
1.	Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na tzw. systemie dwóch podwójnych ramion wznoszących dla zapewnienia maksymalnej stabilności leża przy maksymalnym obciążeniu i w trakcie transportu. Konstrukcja umożliwia skuteczne czyszczenie i dezynfekcję każdego elementu łóżka. Dodatkowo ułatwia i skraca czas prac konserwacyjno-serwisowych. Łóżko w pełni zgodnie z normą IEC 60601-2-52.	
2.	Nieruchomy szczyt górny	
3.	Długość łóżka 235 cm z możliwością skracania do 224 cm i wydłużania do 247cm	
4.	Wbudowany akumulator do zasilania podczas transportu lub w sytuacji zaniku prądu oraz dedykowaną pojemnością min. 10% dla elektrycznej funkcji CPR	
5.	Prześwit między ramą łóżka, a podłożem przy dostępie bocznym pomiędzy kołami (przy kołach 125 mm) 162 mm	
6.	Szerokość zewnętrzna 103 cm	
7.	Cztery barierki boczne poruszające się wraz z segmentami leża, zgodne z normą dla łóżek szpitalnych (norma EN 60601-2-52), zapewniające ochronę pacjenta przed zakleszczeniem	
8.	Konstrukcja barierki bocznych umożliwiające ich opuszczanie przy użyciu jednej ręki	
9.	Po zwolnieniu blokady każda z barierki powinna za pomocą dedykowanej sprężyny gazowej samoczynnie i w bezpieczny sposób opuścić się do pozycji dolnej.	
10.	Możliwość przedłużenia leża o 23 cm	
11.	Łóżko wyposażone w panel, który uzupełnia leże po jego wydłużeniu	
12.	Leże łóżka – 4-sekcyjne	
13.	Obustronne podświetlenie nocne ułatwiające pacjentowi opuszczenie łóżka - zmniejszenie ryzyka urazu	
14.	Liczba ruchomych segmentów leża - 3	