

A/ZP.26.53/PN.2.2025

Otwock, 18.12.2025

Do wszystkichzainteresowanych

Dotyczy : Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na : **Zakup, dostawa i montaż łóżek szpitalnych elektrycznych i do intensywnej terapii**

w ramach przedsięwzięcia *Modernizacja, przebudowa i adaptacja infrastruktury szpitalnej wraz z zakupem wyposażenia w celu poprawy efektywności, jakości i dostępności do szybkiej diagnostyki i leczenia onkologicznego w MCLChPiG w Otwocku*

Od Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania :

Załącznik nr. 1 do OPZ

Zadanie 11 - Pakiet 1 – Łóżko do intensywnej terapii (do Oddziału VII Anestezjologii i intensywnej terapii i do Oddz.III Chorób płuc z pododdziałem onkologicznym) – szt. 7

Pkt. 49

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez pilota na przewodzie elastycznym dla pacjenta z podstawowymi funkcjami łóżka, jeśli łóżko wyposażone jest w panel sterowania dla pacjenta w barierce górnej od strony wewnętrznej po obydwu stronach łóżka? Eliminujemy w ten sposób ryzyko uszkodzenia pilota i przewodu pilota.

Zadanie 11 - Pakiet 2 – Łóżko szpitalne elektryczne (do Oddz. V Chorób płuc i gruźlicy i do Pododdziału diagnostyki bronchologicznej) – szt. 33

Pkt. 57

Czy zamawiający potwierdza zapotrzebowanie na 1 komplet Systemu przeznaczonego do wspomagania zapobiegania zakrzepicy żył głębokich, jako wyposażenie do całego pakietu 2? Wyposażenie w liczbie równej liczbie łóżek znacząco zwiększy cenę.

Zadanie 11 - Pakiet 3 Łóżko szpitalne elektryczne (do Oddz. XI Chirurgii Klatki Piersiowej) – szt. 21

Pkt. 21

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w regulację wysokości łóżka realizowaną z panelu użytkownika umieszczonego od strony zewnętrznej w barierce dolnej po obydwu stronach łóżka?

Pkt. 24

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka z regulacją elektryczną wysokości leża, z pozycją ekstra-niską mierzona od podłoża do górnej powierzchni leża przy kołach 125 mm w zakresie 32-76 cm. Oferowany parametr jest korzystniejszy ponieważ łóżka zjeżdża bliżej podłogi co ułatwia wstawanie niższym pacjentom.

Pkt. 25

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w leże wypełnione zakrzywionymi płytami tworzywowymi wpomagającymi prawidłowe utrzymanie materaca niwelując ryzyko przypadkowego zakleszczenia?

Pkt. 41

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez wagi? Łóżka wyposażone w wagę najczęściej wymagane są na oddziałach OIT i są znacznie droższe. Łóżko o tym parametrze opisane jest w pakiecie 1 do Oddziału VII Anestezjologii i intensywnej terapii.

Pkt. 42

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez systemu wykrywania ruchów pacjenta? System ten jest powiązany z funkcją wagi w pytaniu powyżej. Łóżko o tym parametrze opisane jest w pakiecie 1 do Oddziału VII Anestezjologii i intensywnej terapii.

Pkt. 46

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez systemu anty-zgnieciowego – zapobiega zgnieceniu osoby/przedmiotu znajdujących się pomiędzy podstawą łóżka a platformą leża. Cztery czujniki na podczerwień emitują wiązkę światła, która jeżeli przerwana w trakcie obniżania leża łóżka, platforma przestanie się obniżać. Jest to funkcja dedykowana do łóżek na oddziały typu OIT i znacząco zwiększa cenę łóżka. Łóżko o tym parametrze opisane jest w pakiecie 1 do Oddziału VII Anestezjologii i intensywnej terapii.

Pkt. 47

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez wbudowanego napędu elektrycznego, Jest to funkcja dedykowana do łóżek na oddziały typu OIT i znacząco zwiększa

cenę łóżka. Łóżko o tym parametrze opisane jest w pakiecie 1 do Oddziału VII Anestezjologii i intensywnej terapii.

Pkt. 49

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka bez pilota na przewodzie elastycznym dla pacjenta z podstawowymi funkcjami łóżka, jeśli łóżko wyposażone jest w panel sterowania dla pacjenta w barierce górnej od strony wewnętrznej po obydwu stronach łóżka? Eliminujemy w ten sposób ryzyko uszkodzenia pilota i przewodu pilota.

Pkt. 50

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie łóżka wyposażonego w standardowe uchwyty na worki drenażowe z haczykami po obydwu stronach łóżka pod leżem łóżka? Jest to funkcja dedykowana do łóżek na oddziały typu OIT i znacząco zwiększa cenę łóżka. Łóżko o tym parametrze opisane jest w pakiecie 1 do Oddziału VII Anestezjologii i intensywnej terapii.

Pkt. 53-119

Zamawiający wymaga zaoferowania materaca specjalistycznego przeciwoleżynowego zmiennościśnieniowego z rotacją boczną pacjenta. Jest to funkcja dedykowana do łóżek na oddziały typu OIT i znacząco zwiększa cenę łóżka. Łóżko o tym parametrze opisane jest w pakiecie 1 do Oddziału VII Anestezjologii i intensywnej terapii. Czy zamawiający wyrazi zatem zgodę na zaoferowanie dobrej jakości materaca piankowego przewencyjnego takiej samej jakości jak w pakiecie 2, tj.:

Materac piankowy, przewencyjny, przeciwoleżynowy, wykonany w technologii niepalnej zgodnie z normą EN 597 1 i 2, o grubości min 17 cm
Wymiary materaca dopasowane do wymiarów leża
Materac dostosowany dla pacjentów o wadze do 250 kg
Wkład – wysokiej jakości pianka przeciwoleżynowa o gęstości co najmniej 40 [kg/m ³]
Pianka wykonana z materiałów antyalergiczych, nietoksycznych
Pokrowiec materaca wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny)
Pokrowiec materaca z widocznymi instrukcjami dotyczącymi obracania materaca i prania pokrowca.

Ognioodporność pokrowca wg normy BS 7175
Pokrowiec dwukierunkowo rozciągliwy
Materac „oddychający”, tj. paroprzepuszczalny oraz przepuszczający powietrze
Materac w pokrowcu wodoszczelnym z krawędziami zgrzewanymi lub zszywanymi z wodoszczelnym zamkiem otwieranym z min. 3 boków materaca
Materiał pokryty powłoką o właściwościach przeciwbakteryjnych, bakteriostatycznych i grzybobójczych
Materac posiadający nacięcia o różnej głębokości tworzą pięć stref ochronnych dla pacjenta — pod głową, ramionami, korpusem, łydkami i piętami, dla jeszcze lepszej redystrybucji sił nacisku
Materac bezpośrednio kładziony na ramę łóżka
Materac rotowany cztero-kierunkowo zwiększający „żywołność” materaca


Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający wyraża zgodę na wszystkie propozycje Wykonawcy .

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW


Hanna Cichecka

DYREKTOR NACZELNY
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gruźlicy


Anna Kamińska

KOORDYNATOR PROJEKTU


Artur Klimiuk