



Mazowieckie Centrum Leczenia
ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel.
NIP: 532-16-64-002 REGON:

Chorób Płuc i Gruźlicy
(22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240

6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.34 ZO.2.2025

Otwock, dnia 31.12.2025r

**Do wszystkich
zainteresowanych**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie „Zapytanie ofertowe” przeprowadzonego bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podst. Art. 2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11.09.2019r. - Zakup odczynników, kalibratorów, materiałów zużywalnych i kontrolnych wraz z dzierżawą analizatora równowagi kwasowo-zasadowej.

Od Wykonawcy wpłynęło następujące zapytanie :

Pytanie nr 1

Dotyczy: Zał. Nr 2 OPZ, Wymagania techniczne, pkt 15. Prosimy o informację czy Zamawiający zapewni konfigurację sieci do realizacji wymaganej funkcjonalności za pomocą usługi IoT i zdalnego dostępu zgodnie z podanymi poniżej wytycznymi. Jeśli nie, to czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył zewnętrzne łącze SafeConnect zapewniające bezpieczne podłączenie we własnym zakresie? Aplikacja aparatu zawiera zintegrowany VPN ProxyPro SSL. Ze względu na wbudowaną ochronę systemu operacyjnego, nie ma możliwości instalacji VPN innych dostawców. Oferowane analizatory wymagają stałego podłączenia z bezpiecznymi serwerami w celu instalacji wymaganych aktualizacji oprogramowania.

Rodzaj rozwiązania	Nazwa usługi/serwera	Adresy URL (FQDN)	Porty	Adresy IP
Pomoc zdalna	Pomoc zdalna (globalna)	Remotedk.radiometer.net Remotedk4.radiometer.net Remotedk5.radiometer.net Remotedk6.radiometer.net Remotedk7.radiometer.net Remotedk8.radiometer.net Remotedk10.radiometer.net Remotedk11.radiometer.net Remotedk12.radiometer.net	TLS (https) TCP/443	195.41.216.184 195.41.216.193 195.41.216.196 195.41.216.195 195.41.216.197 195.41.216.194 195.41.216.188 195.41.216.131 195.41.216.210

Pomoc zdalna	Pomoc zdalna (CN)	Remotecn.radiometer.net	TLS (https) TCP/443	58.247.178.253
Analizy danych (RadCon)	Device Insights (RadCon/gen. 1)	heimdall.radiometer.net	TLS (https) TCP/443	195.41.216.173
Analizy danych	Device Insights (IoT gen. 2) Serwer udostępniania urządzeń	global.azure-devices-provisioning.net	TLS (https) TCP/443	Różne adresy IP
Analizy danych	Device Insights (IoT gen. 2) Microsoft Azure IOT Hub	lc-westeurope- iothub.azure-devices.net	TLS (https) TCP/443	40.113.176.171
Analizy danych	Device Insights (IoT gen. 2) Usługi Microsoft Azure API Management	lc-westeurope- iotgw-apim.azure-api.net	TLS (https) TCP/443	52.142.194.244

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający zapewni konfigurację sieci ethernet do realizacji wymaganej funkcjonalności w ramach wydzielonej podsieci VLAN. Dozwolony ruch będzie ograniczony za pomocą firewall do adresów i usług wskazanych przez Wykonawcę.

DYREKTOR NACZELNY
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gruźlicy

Anna Kamińska

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW

Hanna Cichecka
Hanna Cichecka

Mazowsze.
serce Polski

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego