



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00  
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149  
http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Otwock, dn 04.02.2026

A/ZP.26.72PN/2025

Dotyczy ;postępowania przetargowego w trybie przetarg nieograniczony na **"Dostawa systemu urządzeń laboratoryjnych do realizacji badań metodą sekwencjonowania nowej generacji (NGS), obejmującego sekwenator oraz urządzenie do izolacji kwasów nukleinowych, na potrzeby CWBK" w ramach projektu „Centrum Wsparcia Badań Klinicznych dla Mazowsza Zachodniego”.**

Od Wykonawcy wpłynęły następujące zapytania :

1. Dotyczy Załącznika nr 3a do SWZ, formularz cenowy. Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę tabeli cenowej z:

Lp.	Asortyment	j.m.	ilość	cena jednostkowa netto	wartość netto	VAT	wartość brutto
1	System NGS	Szt.					

1 L.p.	Asortyment	Wartość netto	Stawka VAT	Wartość brutto
1.	System NGS- 1 szt.		8% 23%	

Prośbę swą motywujemy faktem, iż niektóre elementy systemu mają 8% VAT a niektóre 23% VAT.

**Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę**

2. Dotyczy wzoru umowy § 2 ust 4.

**Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę zapisu z:**

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na konto Wykonawcy. Zapłata wynagrodzenia w wysokości określonej w ust. 1 nastąpi w terminie do 60 dni od daty otrzymania faktury VAT, po uprzednim spełnieniu warunków określonych w ust. 3.

Na:

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia na konto Wykonawcy. Zapłata wynagrodzenia w wysokości określonej w ust. 1 nastąpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury VAT, po uprzednim spełnieniu warunków określonych w ust. 3.



Rzeczpospolita  
Polska

Sfinansowane przez  
Unię Europejską  
NextGenerationEU



AGENCJA  
BADAŃ  
MEDYCZNYCH

**Mazowsze.**  
serce Polski

Przedsięwzięcie pn. "Centrum Wsparcia Badań Klinicznych dla Mazowsza Zachodniego" w ramach Działania 4.2. Rozwój sieci Centrów Wsparcia Badań Klinicznych z Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Wartość dofinansowania zadań MCLChPiG: 3 760 000,00 zł Wartość dofinansowania projektu z UE: 17 679 518,50 zł  
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00  
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank Pekao S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149  
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Prośbę swym motywujemy tym, że producent, którego reprezentujemy nie ujmuje w cenie produktów kredytowania kupującego przez okres 60 dni. Aby móc spełnić dłuższy termin płatności musielibyśmy ująć w cenie dodatkowy koszt kredytowania Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy**

### 3. Dotyczy wzoru umowy, § 3, ustęp 7.

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu z:

W przypadku, gdyby termin wykonania dostawy został z winy Wykonawcy przekroczony o więcej niż 7 dni, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, po wcześniejszym wezwaniu do należytej realizacji umowy.

Na:

W przypadku, gdyby termin wykonania dostawy został z winy Wykonawcy przekroczony o więcej niż 21 dni, Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy, po wcześniejszym wezwaniu do należytej realizacji umowy.

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy**

### 4. Dotyczy wzoru Umowy § 5, ustęp 8:

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisu z:

Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii (faxem, e-mailem lub telefonicznie) nie może być dłuższy niż 2 dni robocze. Reakcją serwisu na zgłoszenie awarii jest przyjazd przedstawiciela Wykonawcy do siedziby Zamawiającego, w której jest zainstalowany aparat w celu wykonania naprawy aparatu lub jego części. Zamawiający uznaje za reakcję serwisową zapewnienie na koszt Wykonawcy transportu kurierem urządzenia do i z serwisu oraz połączenie serwisanta z urządzeniem za pośrednictwem sieci komputerowej (DICOM), natomiast nie uznaje zdalnej diagnostyki urządzenia poprzez rozmowę telefoniczną.

Czas reakcji serwisu 72 h a czas naprawy 21 dni.

Prośbę swoją motywujemy faktem, iż takie są standardowe zapisy w umowach serwisowych na tego typu urządzenia i Dział Serwisu w firmie Thermo Fisher Scientific nie podpisuje umów zmieniających te standardowe zapisy. Zmiana tego zapisu na inne spowodowałaby podwyższenie oferowanej ceny sekwenatora.

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy**



Rzeczpospolita  
Polska

Sfinansowane przez  
Unię Europejską  
NextGenerationEU



AGENCJA  
BADAŃ  
MEDYCZNYCH



Przedsięwzięcie pn. "Centrum Wsparcia Badań Klinicznych dla Mazowsza Zachodniego" w ramach Działania 4.2. Rozwój sieci Centrów Wsparcia Badań Klinicznych z Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Wartość dofinansowania zadań MCLChPiG: 3 760 000,00 zł Wartość dofinansowania projektu z UE: 17 679 518,50 zł  
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00  
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149  
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

#### 5. Dotyczy wzoru Umowy § 5, ustęp 9:

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu z:

Naprawa gwarancyjna powinna być wykonana w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii dla napraw w Polsce i 12 dni roboczych dla napraw poza Polską

Na:

Naprawa gwarancyjna powinna być wykonana w terminie 21 dni roboczych od daty zgłoszenia awarii.

Prośbę swoją motywujemy faktem, iż takie są standardowe zapisy w umowach serwisowych na tego typu urządzenia i Dział Serwisu w firmie Thermo Fisher Scientific nie podpisuje umów zmieniających te standardowe zapisy. Zmiana tego zapisu na inne spowodowałaby podwyższenie oferowanej ceny sekwenatora.

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy**

#### 6. Dotyczy § 5 wzoru Umowy, ustęp 10. Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie tego punktu z Umowy:

~~Wykonawca zobowiązany jest do przekazania, na czas naprawy trwającej dłużej niż 5 dni roboczych, sprzętu zastępczego o parametrach technicznych nie gorszych niż naprawiany sprzęt.~~

Prośbę swoją motywujemy faktem, iż zapis ten podwoiłby ofertę Wykonawcy o cenę dodatkowego sekwenatora przeznaczonego na zabezpieczenie tego wymogu.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy**

#### 7. Dotyczy § 5 wzoru Umowy, ustęp 11. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu z:

Przedmiot zamówienia objęty umową podlega rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Na:

Okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. Uprawnienia Odbiorcy z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych przedmiotu umowy są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji.

Prośbę swoją motywujemy faktem, iż proponowany przez Wykonawcę zapis jest powszechnie stosowany w tego typu umowach i zabezpiecza Zamawiającego

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy**



Rzeczpospolita  
Polska

Sfinansowane przez  
Unię Europejską  
NextGenerationEU



AGENCJA  
BADAŃ  
MEDYCZNYCH



Przedsięwzięcie pn. "Centrum Wsparcia Badań Klinicznych dla Mazowsza Zachodniego" w ramach Działania 4.2. Rozwój sieci Centrów Wsparcia Badań Klinicznych z Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Wartość dofinansowania zadań MCLChPiG: 3 760 000,00 zł Wartość dofinansowania projektu z UE: 17 679 518,50 zł  
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00  
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149  
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: [sekretariat.otw@otwock-szpital.pl](mailto:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl)

**8. Dotyczy § 5 wzoru Umowy, ustęp 12. Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie zapisu:**

*W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się odebrać uszkodzony sprzęt z siedziby Zamawiającego i przetransportować go do/z serwisu na własny koszt i ryzyko. Zamawiający dopuszcza wykreślenie wymogu przybycia do siedziby Zamawiającego celem odebrania uszkodzonego sprzętu z siedziby Zamawiającego i przetransportowania do do/z serwisu na własny koszt i ryzyko w przypadku zaoferowania bezpłatnego transportu kurierem urzędzenia do i z serwisu i wypełnionych listów przewozowych .*

Prośbę swoją motywujemy faktem, iż oferowany sekwenator jest bardzo zaawansowanym technologicznie aparatem z certyfikatem IVDR i nie podlega transportowi w celach jego naprawy. Wszystkie naprawy odbywają się na miejscu docelowym takiego sekwenatora.

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy , dopuszczamy dodanie zapisu:**

*W okresie gwarancji **w przypadku zaistnienia takiej potrzeby** Wykonawca zobowiązuje się odebrać uszkodzony sprzęt z siedziby Zamawiającego i przetransportować go do/z serwisu na własny koszt i ryzyko. Zamawiający dopuszcza wykreślenie wymogu przybycia do siedziby Zamawiającego celem odebrania uszkodzonego sprzętu z siedziby Zamawiającego i przetransportowania do do/z serwisu na własny koszt i ryzyko w przypadku zaoferowania bezpłatnego transportu kurierem urzędzenia do i z serwisu i wypełnionych listów przewozowych .*

**9. Dotyczy § 8, wzoru Umowy, ustęp 3. Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę zapisu z :**

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu napraw gwarancyjnych, przeglądów technicznych i konserwacji w okresie gwarancyjnym, a także przeszkolenia pracowników, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy. W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy, Zamawiający odstąpi od naliczania kar z tytułu zwłoki w wykonaniu napraw gwarancyjnych.

Na:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wartości brutto przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki w wykonywaniu napraw gwarancyjnych, przeglądów technicznych i konserwacji w okresie gwarancyjnym, a także przeszkolenia pracowników, o którym mowa w § 4 niniejszej umowy. W przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy, Zamawiający odstąpi od naliczania kar z tytułu zwłoki w wykonaniu napraw gwarancyjnych.



Rzeczpospolita  
Polska

Sfinansowane przez  
Unię Europejską  
NextGenerationEU



AGNCJA  
BADAŃ  
MEDYCZNYCH



Przedsięwzięcie pn. "Centrum Wsparcia Badań Klinicznych dla Mazowsza Zachodniego" w ramach Działania 4.2. Rozwój sieci Centrów Wsparcia Badań Klinicznych z Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Wartość dofinansowania zadań MCLChPiG: 3 760 000,00 zł Wartość dofinansowania projektu z UE: 17 679 518,50 zł  
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00  
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149  
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: [sekretariat.otw@otwock-szpital.pl](mailto:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl)

Prośbę swoją motywujemy faktem, iż Wykonawca nie oferuje w ramach swojej oferty urządzenia zastępczego, co podwoiłoby cenę oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy**

#### 10. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, OPZ, Wymagania Ogólne

Czy Zamawiający zaakceptuje zapis: <b>Rok produkcji</b>	<b>Podać</b>	2025 lub 2026
<b>Urządzenia fabrycznie nowe</b>	<b>Podać</b>	TAK

Prośbę swoją motywujemy faktem, iż w momencie składania oferty Wykonawca nie zna dokładnego roku produkcji urządzeń. Są one poznawane w momencie zamówienia i udostępnienia numeru seryjnego konkretnego urządzenia.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy**

#### 11. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, OPZ, Wymagania Ogólne, punkt o.

Czy Zamawiający zaakceptuje instrukcje obsługi w języku polskim i angielskim dla głównych składowych systemu NGS a dla mniejszych składowych – w języku angielskim? Prośbę swoją motywujemy faktem, iż tłumaczenie instrukcji mniejszych składowych na potrzebę tego postępowania podrzyłoby cenę oferty.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy**

#### 12. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ, OPZ, Wymagania Ogólne, punkt k. Czy Zamawiający zaakceptuje zmianę zapisu z:

„Analityczna walidacja dla 3 paneli genowych + pakiet startowy (...) „

Na:

„Analityczna walidacja lub analityczna weryfikacja (jeśli dotyczy) dla 3 paneli genowych + pakiet startowy (...) „

Prośbę swoją motywujemy faktem, iż panele z certyfikatem IVDR wymagają analitycznej weryfikacji a nie analitycznej walidacji.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy**



Rzeczpospolita  
Polska

Sfinansowane przez  
Unię Europejską  
NextGenerationEU



AGENCJA  
BADAŃ  
MEDYCZNYCH



Przedsięwzięcie pn. "Centrum Wspierania Badań Klinicznych dla Mazowsza Zachodniego" w ramach Działania 4.2. Rozwój sieci Centrów Wspierania Badań Klinicznych z Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Wartość dofinansowania zadań MCLChPiG: 3 760 000,00 zł Wartość dofinansowania projektu z UE: 17 679 518,50 zł  
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy w Otwocku jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00  
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149  
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

**13. Dotyczy wzoru umowy, § 5 ust 17** Zamawiający zapisał: „Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego przez okres minimum 8 lat od daty dostawy przedmiotu umowy.”

Wnosimy o korektę w/w zapisu, tak by brzmiał następująco: „Wykonawca gwarantuje dostępność części zamiennych, materiałów zużywalnych oraz autoryzowanego serwisu pogwarancyjnego przez okres minimum 5 lat od daty dostawy przedmiotu umowy.”

Proponowany przez Wykonawcę okres dostępu do części zamiennych jest wymogiem Producenta.

**Odpowiedź Zamawiającego: Nie Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy**

**14. Dotyczy wzoru umowy, § 5 ust 6**

**Zamawiający zapisał:**

W okresie gwarancji trzy wymiany tej samej części/podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) powodują wymianę urządzenia na nowe.

Prosimy o korektę w/w zapisu: W okresie gwarancji trzy wymiany tej samej części/podzespołu (z wyjątkiem uszkodzeń z winy użytkownika) powodują wymianę urządzenia tej samej części/podzespołu na nowy.

**Odpowiedź Zamawiającego: Tak Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy**

Jednocześnie zamawiający przedłuża termin składania ofert do 11.02.2026r do godz. 11:00, otwarcie nastąpi 11.02.2026 o godz. 11:30

DYREKTOR NACZELNY  
Mazowieckiego Centrum Leczenia  
Chorób Płuc i Gruźlicy

*Anna Kamińska*

KIEROWNIK DZIAŁU  
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW

*Hanna Cichecka*  
Hanna Cichecka



Rzeczpospolita  
Polska

Sfinansowane przez  
Unię Europejską  
NextGenerationEU



AGENCJA  
BADAŃ  
MEDYCZNYCH

**Mazowsze.**  
serce Polski

Przedsięwzięcie pn. "Centrum Wsparcia Badań Klinicznych dla Mazowsza Zachodniego" w ramach Działania 4.2. Rozwój sieci Centrów Wsparcia Badań Klinicznych z Rządowego Planu Rozwoju Sektora Biomedycznego na lata 2022-2031, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Wartość dofinansowania zadań MCLChPiG: 3 760 000,00 zł Wartość dofinansowania projektu z UE: 17 679 518,50 zł  
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego