

Do wszystkich**Zainteresowanych**

Dotyczy: Postępowania w trybie podstawowym na Odczynniki z dzierżawą aparatów do diagnostyki mikrobiologicznej

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania i wnioski :

: Dotyczy: - Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo- cenowy, POZYCJA NR 42 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 42 pasków diagnostycznych zamiast krążków spełniających ten sam zakres diagnostyki.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy ..

Dotyczy: - Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo- cenowy, POZYCJA NR 43 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w pozycji nr 43 krążków z vatem 23%.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy ..

Dotyczy: - Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo- cenowy, POZYCJA NR 80 i 81 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska i nie powinny opisy brzmieć następująco: W pozycji nr 80 jest: „Test do szybkiej identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów Gram negatywnych” a powinno być „Test do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów Gram negatywnych” W pozycji nr 81 jest: „Test do szybkiej identyfikacji i lekowrażliwości drobnoustrojów Gram pozytywnych” a powinno być „Test do szybkiej identyfikacji drobnoustrojów Gram pozytywnych”

Odp. Tak, Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska i opisy winny brzmieć jak wyżej.

Dotyczy: - Załącznik nr 3 – Formularz asortymentowo- cenowy, POZYCJA NR 85 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość rozszerzenia formularza o kolejne pozycje np. 85 a, 85 b... w celu wyceny wymaganych odczynników i akcesoriów do przeprowadzenia badań lekowrażliwości bakterii.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy ..

Dotyczy: - Załącznik nr 3, PARAMETRY GRANICZNE DO APARATÓW DO HODOWLI DROBNOUSTROJÓW W KRWI I PŁYNACH USTROJOWYCH, OZNACZANIA IDENTYFIKACJI I LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW ORAZ MATERIAŁÓW DODATKOWYCH. I. Aparat do posiewu krwi i płynów ustrojowych - Możliwość opóźnionego do 48 godzin wkładania zainkubowanych butelek do aparatu Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania podłoży, które w procedurze testowej mają zwalidowaną przez producenta opcję preinkubacji podłoży z posianym materiałem w temperaturze pokojowej w okresie 24 godzin od pobrania próbki, bez utraty wartości wyniku.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy ..

Jednocześnie Zamawiający informuje o przedłużeniu terminu składania ofert do 13.02.2026r do godz. 10:30, otwarcie nastąpi 13 .02.2026 o godz.11:00.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIENI PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW

Hanna Cichecka

DYREKTOR MIEJSCOWY
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gruźlicy


Anna Kamińska