



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.12/TP.1.2026

Otwock, dn 04.03.2026r

Nr referencyjny : 12/TP/2026

**Do wszystkich
zainteresowanych**

Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetarg podstawowym na Podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych p.n: „Odczynniki laboratoryjne wraz z dzierżawą aparatów do diagnostyki Mycobacterium tuberculosis complex w podłożach płynnych i RT-PCR

Od Wykonawcy płynęły pytania :

Dzień dobry, proszę u mieszczanie załącznika nr 5 opisanego w SWZ "4. Oświadczenie, że oferowany przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie kraju, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010 r. Nr. 107 poz. 679 z późn. zm.) oraz innymi przepisami prawa – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ" na platformie. Zależy nam na zapoznaniu się z załącznikiem przed terminem na składanie pytań

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający zamieszcza wzór oświadczenia z z odniesieniem do aktualnej ustawy .

1. Dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy” W przypadku niezrealizowania przez Zamawiającego płatności w terminie określonym w niniejszej umowie dostawy, Wykonawca ma prawo wstrzymać dostawy na rzecz Zamawiającego, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zaległościach i oficjalnym wezwaniu do zapłaty. Wstrzymanie dostaw może trwać do momentu uregulowania wszelkich zaległości przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zaległości nie zostaną uregulowane w wyznaczonym terminie, Wykonawca może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez prawa Zamawiającego do naliczania kar umownych. Wstrzymanie dostaw w związku z zaległościami nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku zapłaty należności zgodnie z warunkami umowy”

Odpowiedź Zamawiającego : Brak zgody .





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

2. Dotyczy wzoru umowy

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dodanie poniższego zapisu do umowy dostawy „Kary umowne jakie może naliczyć Zamawiający w związku ze zwłoką w realizacji zamówienia mogą być zastosowane tylko w przypadku, gdy Zamawiający nie posiada aktualnie zaległości w płatnościach na rzecz Wykonawcy starszych niż 14 dni od upływu pierwotnego terminu płatności. Wznowiony bieg terminu realizacji zamówienia, po którego przekroczeniu Zamawiający może naliczać kary umowne następuje od dnia zaksięgowania zaległych środków na koncie Wykonawcy.”

Odpowiedź Zamawiającego : Brak zgody .

3. Dotyczy formularza asortymentowo-cenowego

Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o wprowadzenie wymogu dodania kolumny z nr katalogowych.

Bez jednoznacznego wskazania konkretnych numerów katalogowych Zamawiający nie ma możliwości dokładnej oceny zgodności zaoferowanego asortymentu z wymaganym w formularzu cenowym opisem, a to pozwala wykonawcom na swobodę dowolnych zmian oferowanych produktów w trakcie trwania postępowania.

Poprzez wprowadzenie wymogu określenia numerów katalogowych Zamawiający uzyska pewność, iż oferowany asortyment jest zgodny z wymaganym (poprzez porównanie dostarczonych na wezwanie katalogów z podanymi w ofercie konkretnymi numerami katalogowymi).

Wprowadzenie wymogu pozwoli również Zamawiającemu uniknąć niezgodności asortymentowych na każdym etapie postępowania, a także pozwoli zapobiec reklamacjom już na etapie realizacji umowy.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający wymaga dodania kolumny z nr katalogowych. Do Formularza asortymentowo-cenowego .

4. Pakiet 1 Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Lp. 3:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie zaokrąglenie w górę – do pełnych opakowań, ilości pokrywających zapotrzebowanie, tj. 8 opakowań – każde x40 oznaczeń = ok. 320 oznaczeń.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, dopuszczamy .

5. Pakiet 1 Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Lp. 4:

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie 2 numerów katalogowych – 1. dla zestawu testowego (1 op. na 50 oznaczeń) oraz 2. dla próbki (1op. 25 szt.)

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, dopuszczamy .

6. Pakiet 1 Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Lp. 6:

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego dopuszczenie zestawu składającego się z 6 sztuk liofilizowanych fiolek.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, dopuszczamy .

7. Pakiet 1 Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Lp. 7:





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego dopuszczenie zestawu składającego się z 2 sztuk liofilizowanych fiolek.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, dopuszczamy .

8. Pakiet 1 Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ – Lp. 9:

Czy w ramach dzierżawy aparatów do hodowli, Zamawiający wymaga zaoferowania wirówki laboratoryjnej, niezbędnej w przygotowaniu materiału do diagnostyki? W przypadku pozytywnej odpowiedzi prosimy o dodanie wiersza celem wyceny dzierżawy wirówki.

9. Pakiet 1 i 2 Dotyczy Rozdziału IV pkt 7 SWZ, Formularza cenowego pkt. 17 oraz kryteriów oceny ofert. Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie zapisów, ponieważ w każdym z podanych punktów i dokumentów znajdują inny termin.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający doprecyzowuje : winno być jak w Formularzu cenowym pkt. 17: maksimum 5 dni roboczych

10. Pakiet 1 Dotyczy formularza cenowego pozycja nr 9 – dzierżawa. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na podział pozycji nr 9 na 2 osobne wiersze, ponieważ zgodnie z pkt. 2 wymagań granicznych pod tabelą cenową Zamawiający wymaga zaoferowania 2 aparatów innej wielkości.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, dopuszczamy .

11. Pakiet 1 Dotyczy formularza cenowego pkt. 8 – materiału uzupełniającego. Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na dodanie odpowiedniej ilości wierszy w pozycji nr 8 celem wyceny wszystkich niezbędnych materiałów uzupełniających.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, wyrażamy zgodę .

12. Dotyczy formularza cenowego. Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że Zamawiający w kolumnie „cena netto” wymaga wyceny za opakowanie, a w kolumnie ilość opakowań zaokrąglenie do pełnego opakowania w górę.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak,

13. Zwracamy się z prośbą o ujednoczenie zapisów dotyczących wymaganych terminów ważności ponieważ zachodzi rozbieżność pomiędzy wymaganiem z umowy a tym z parametrów granicznych.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający doprecyzowuje : wymagane terminy ważności podane w parametrach granicznych – zostaną wpisane do umowy .

14. Prosimy o uzupełnienie treści SWZ poprzez dodanie do projektowanych postanowień umownych postanowienia do umowy następującej treści:

„Wykonawca ma prawo do korzystania z Danych Produktowych uzyskanych, wygenerowanych lub zebranych za pośrednictwem dostarczonych przez niego Połączonych Produktów i Powiązanych Usług w rozumieniu Rozporządzenia UE 2023/2854 na potrzeby serwisu, konserwacji i wsparcia takich produktów lub usług. Ponadto Wykonawca będzie uprawniony do wykorzystywania Danych Produktowych w celu ogólnego udoskonalania swoich produktów i usług, w szczególności (lecz bez ograniczeń) w celu badania potencjalnych usterek. Wykonawca będzie również uprawniony do wykorzystywania Danych Produktowych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

przyszłymi produktami. W tym znaczeniu „Wykonawca” oznacza podmiot zawierający umowę oraz wszystkie jego podmioty stowarzyszone (w tym wszystkich dostawców usług działających w jego imieniu). Klientowi nie wolno używać Danych Produktowych do opracowywania konkurencyjnych produktów lub usług ani przekazywać takich danych konkurentom Wykonawcy w takich celach.” Wniosek jest podyktowany tym, że Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2854 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie zharmonizowanych przepisów dotyczących sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystywania oraz w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) 2017/2394 i dyrektywy (UE) 2020/1828 czyli tzw. Data Act tj. wszedł w życie 11 stycznia 2024 r., a będzie stosowany od 12 września 2025 r. Podstawowym celem Data Act jest zapewnienie sprawiedliwego dostępu do danych i ich wykorzystania między poszczególnymi uczestnikami rynku w gospodarce cyfrowej, pobudzenie konkurencji na rynku danych oraz zwiększenie dostępności danych. Obowiązek uzyskania zgody użytkownika tj. w tym przypadku szpitala wynika z artykułu 3 w/w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

Wykonawcy umów z zakresu serwisu i utrzymania wyrobów medycznych, w tym Wykonawca jako posiadacz danych musi uzyskać zgodę na przetwarzanie danych produktu skomunikowanego, którego użytkownikiem będzie szpital, gdyż w przeciwnym razie nie będzie możliwe wykonanie usługi serwisowej będącej częścią planowanej przez zamawiającego umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dlatego niezbędne jest dodanie odpowiednich postanowień do umowy / SWZ.

Ponadto wskazujemy, że dostęp do przetwarzania takich danych przez fachowy podmiot serwisujący wyroby medyczne jest niezbędny oraz bardzo korzystny także ze względu na to, że Wykonawca będzie mógł korzystać z udostępnionych danych w celach pomagających rozwinąć i udoskonalić produkt, dzięki temu, że takie dane np. statystyczne zbiera. W sposób oczywisty przyczyni się to do funkcjonalności i stworzenia coraz lepszych wersji produktu oraz np. aktualizacji i ulepszeń Państwa produktów. Może to

wpłynąć np. na płynniejszą pracę urzędnika, brak tzw. „zawieszenia” software, niższy poziom poboru energii elektrycznej czy materiałów zużywalnych.

Zważywszy na te wszystkie okoliczności, wnosimy o odpowiednią modyfikację umowy / SWZ

Odpowiedź Zamawiającego : Brak zgody.

15. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ dla Zadania 2 – Lp. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie oferty zawierającej 2 pozycje 2a. oraz 2b. (2a. cartridge reakcyjny + 2b. odczynnik upłynniający), konfekcjonowane w odmienny sposób (2a. a’ 24 sztuki, 2b. a’ 48 sztuk), z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań handlowych, obejmujących wyspecyfikowane przez Zamawiającego zapotrzebowanie.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, dopuszczamy

16. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ dla Zadania 2 – Lp. 3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie oferty zawierającej ilość opakowań testów z zaokrągleniem w górę do 3 pełnych opakowań testów (1 op. = 24 sztuki), będących niepodzielną i minimalną jednostką handlową.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, dopuszczamy





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl
17. Dotyczy Załącznika nr 3 do SWZ dla Zadania 2 – Lp. 4

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie oferty zawierającej 2 pozycje 4a. oraz 4b. (4a. cartridge reakcyjny + 4b. odczynnik ekstrakcyjny), konfekcjonowane w jednakowy sposób (4a. oraz 4b. a' 24 sztuki), z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań handlowych, obejmujących wyspecyfikowane przez Zamawiającego zapotrzebowanie.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, dopuszczamy .

DYREKTOR NACZELNY
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gruźlicy
Anna Kamińska

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW
Hanna Cichecka
Hanna Cichecka

Mazowsze.
serce Polski

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego

