



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank Pekao S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Otwock, dn 2.03.2026r

Nr referencyjny : 8/PN/2026

Do wszyskich

zainteresowanych

Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetarg podstawowym na
Podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych p.n: „Rękawice jednorazowe
diagnostyczne i chirurgiczne”.

Od Wykonawcy plynęło pytanie :

Pakiet 1 poz.1 Czy Zamawiający dopuści rękawice gładkie z mikroteksturowanym wykończe-
niem, mediana siły zrywu przed starzeniem min 16,0 N, mediana siły zrywu po starzeniu min
19,0 N. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedz Zamawiającego : Tak.

Pakiet 1 poz.2 Czy Zamawiający dopuści rękawice gładkie z mikroteksturowanym wykoń-
czeniem, mankiety rolowane z opaską łączącą zsuwaną się, o typowej grubości
ścianki na palcu i mankiecie: $0,14 \pm 0,03$ mm, na dłoni: $0,13 \pm 0,03$ mm, mediana siły zrywu
przed starzeniem min 13,0 N, mediana siły zrywu po starzeniu min 15,0 N. Pozostałe parame-
try bez zmian.

Odpowiedz Zamawiającego : Tak.

Pakiet 1 poz.3 Czy Zamawiający dopuści rękawice gładkie z mikroteksturowanym wykończe-
niem, o typowej grubości na palcu $0,19$ mm na dłoni $0,18$ mm na mankiecie $0,15$ mm, średnie
wydłużenie przy rozdarciu przed starzeniem min. 650%, po starzeniu 490%, wytrzymałość na
rozdarcie przed starzeniem (wartość średnia) min 18,0 N, wytrzymałość na rozdarcie po sta-
rzeniu (wartość średnia) min 22,0 N, długość typowa 295mm? Pozostałe parametry bez
zmian.

Odpowiedz Zamawiającego : Nie.

Mazowsze.

serce Polski

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku jest jednostką organizacyjną
Samorządu Województwa Mazowieckiego



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorob Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank Pekao S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Pakiet 1 poz. 4 Czy Zamawiający dopuści rękawice gładkie z mikroteksturowanym wykończeniem, o typowej grubości ścianki na palcu $0,22 \pm 0,02$ mm, mankietcie: $0,20 \pm 0,02$ mm, na dłoni: $0,20 \pm 0,02$ mm, mediana siły zrywu przed starzeniem min 18,0 N, mediana siły zrywu po starzeniu min 9,0 N. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiającego : w Opisie przedmiotu zamówienia tj. tabelach

asortymentowo-cenowych pakiet nr 1 poz 4 dotyczy uchwytu na rękawiczki. Jeśli

Wykonawca miał na myśli poz. Nr6 w Pakiecie 1 to wymagamy zaopierowania rękawic zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia

BYRENTÓR NACZELNIK
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorob Płuc i Gruźlicy
Anna Kamińska

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW
Hanna Cichecka

Mazowsze.

serce Polski

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorob Płuc i Gruźlicy w Otwocku jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckiego