



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.10/TP.3.2026

Otwock, dn 03.03.2026r

Nr referencyjny : 10TP2026

Do wszystkich
zainteresowanych

**Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetarg podstawowym na
Podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych p.n: „Rękawice jednorazowe
diagnostyczne i chirurgiczne”.**

Od Wykonawcy płynęło pytanie :

Do umowy:

Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź Zamawiającego : Brak zgody .

Pakiet 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, bezpudrowe, niesterylne, mikrotekstura na całej rękawicy i dodatkowa tekstura końcach palców, grubość na palcu $0,11 \pm 0,02$ mm, na dłoni $0,10 \pm 0,02$ mm na mankiecie $0,07 \pm 0,02$ mm, długość min 245 mm. Obecność protein lateksu poniżej 15 µg/g – potwierdzone raportem wystawionym przez jednostkę notyfikowaną. AQL 1,0, siła zrywu min 6 N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 i ASTM F 1671. Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I Reguły 5 i środek ochrony indywidualnej kat.III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD – potwierdzone badaniem metodą HPLC z

Mazowsze.
serce Polski

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku jest jednostką organizacyjną
Samorządu Województwa Mazowieckiego



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

jednostki niezależnej. Opakowanie 100 szt. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z opisem zawartym w SWZ.

Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitrylowe, bezpudrowe, niesterylne, chlorowane i polimeryzowane od wewnątrz, polimeryzowane od zewnątrz, kolor niebieski, mikrotekstura na całej rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, Długość rękawicy min. 245mm. Grubość pojedynczej ścianki na palcu 0,10mm +/-0,01mm, na dłoni 0,07+/- 0,01 mm, AQL 1.0. Siła zrywu min 7,5N wg EN 455 - potwierdzone badaniami producenta. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Odporne na min. 20 substancji chemicznych (poza lekami cytostatycznymi). Rękawice zarejestrowane jako wyrób medyczny klasy I Reguły 5 i środek ochrony indywidualnej kat. III. Dopuszczone do kontaktu z żywnością - potwierdzone piktogramem na opakowaniu oraz badaniami z jednostki niezależnej. Pozbawione dodatków chemicznych: MBT, ZMBT, BHT, BHA, TMTD - potwierdzone badaniem metodą HPLC z jednostki niezależnej. Pakowane mechanicznie warstwami, w sposób uporządkowany w opakowaniu. Pakowane po 100/200 szt. dla wszystkich rozmiarów. Rozmiary XS-XL kodowane kolorystycznie na opakowaniu?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z opisem zawartym w SWZ.

Pakiet 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne lateksowe bezpudrowe, z przedłużonym mankietem, przeznaczone do procedur o podwyższonym ryzyku zakażenia, niebieskie, powierzchnia wewnętrzna i zewnętrzna: chlorowana, tekstura na całej powierzchni rękawicy z dodatkową teksturą na końcach palców, mankiet rolowany. AQL 1,0 – potwierdzone raportem producenta wg EN 455. Grubość pojedynczej ścianki: na palcu 0,36mm ±0,04mm, na dłoni 0,31mm±0,03mm, na mankiecie 0,23mm±0,03mm, długość min.300mm, siła zrywu przed starzeniem min. 20N - potwierdzone raportem producenta wg EN 455. Zawartość protein





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

lateksowych poniżej 20µg/g - potwierdzone raportem producenta wg EN 455. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kat. III Typ A. Zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 14 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej. Zgodne z EN 455, ASTM F1671. Odporne na przenikanie: min 18 substancji chemicznych, w tym 10 na min. 6 poziomie. Rozmiary S-XL, kodowane kolorystycznie na opakowaniu, pakowane po 50 szt. (z odpowiednim przeliczeniem zaoferowanej ilości)?

Odpowiedź Zamawiającego : Nie, Zamawiający wymaga zgodnie z opisem zawartym w SWZ.

Pytanie dotyczące treści zapisów umowy

W postanowieniach umowy zawarto zapis odnośnie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, która jest dopuszczalna dopiero po upływie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów treści umowy na zapis, aby waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy była dopuszczalna już po 6 miesiącach od dnia podpisania umowy. Jest to praktyka powszechnie stosowana w placówkach służby zdrowia. Zmiana niniejszego postanowienia umowy jest uzasadnione obecną nadzwyczaj niestabilną sytuacją gospodarczą. Utrzymanie cen na takim samym poziomie przez okres 12 miesięcy groziłoby poniesieniem niekiedy wręcz rażącej straty przez Wykonawcę. Nadto zaznaczamy, iż wprowadzenie powyższego zapisu nie naruszy interesów Zamawiającego, gdyż Zamawiający nie będzie płać za wykonanie zamówienia kwoty wyższej niż to jest uzasadnione aktualną sytuacją na rynku.

Odpowiedź Zamawiającego : Brak zgody ..

Pytanie dotyczące treści zapisów umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na składanie zamówień na produkty z ewentualnej umowy w ilości będącej najmniejszym lub wielokrotnością najmniejszego opakowania handlowego?

Odpowiedź Zamawiającego : Brak zgody ..





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Pakiet nr 1, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy diagnostycznej i ochronnej lateksowej grubość na palcu 0,12 +/- 0,01 mm, na dłoni 0,10 +/- 0,01 mm, siła zrywu po starzeniu ≥ 6 N, poziom protein lateksu $<25\mu\text{g/g}$, AQL 1,0, odporne na przenikanie min. 15 substancji chemicznych – badanie wykonane zgodnie z EN 16523-1. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego : Nie

Pakiet nr 1, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy diagnostycznej nitrilowej bezpudrowej grubość na palcu 0,10 +/- 0,02 mm, na dłoni 0,07 +/- 0,02 mm, na mankiecie 0,06 +/- 0,02 mm, siła zrywu $\geq 6,0$ N wynik potwierdzony aktualnym wynikiem badań nie starszym niż 2023r., odporność na cytostatyki potwierdzona badaniami zgodnie z ASTM D6978 (min. 30 substancji cytostatycznych). Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego : Nie

Pakiet nr 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy diagnostycznej nitrilowej, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana z dodatkową wyraźną teksturą na palcach dla podniesienia chwytności, grubość na palcu 0,15 +/- 0,03 mm, na dłoni 0,10 +/- 0,02 mm, na mankiecie mankiety: 0,08 +/- 0,01mm, minimalna siła zrywu min. 11N (potwierdzona raportem z badań wydanym przez akredytowane laboratorium), opakowanie XS-L po 100 sztuk, XL 90 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań. Pozostałe zgodnie z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego : Nie

Pakiet nr 1, poz. 6

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji nr 6 z pakietu nr 1 w związku z tym, że opisane rękawice w tej pozycji są bardzo specjalistyczne.

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy ochronnej, nitrilowej, bezpudrowej, niejałowej, kształt uniwersalny, kolor pomarańczowy, czarny, mankiety rolowane, dostępne w rozmiarach L- XXL, pakowane po 50 sztuk, powierzchnia zewnętrzna z diamentową teksturą, powierzchnia wewnętrzna chlorowana z teksturą ograniczającą pocenie się dłoni. Długość 240 mm, grubości: na palcu 0.30 mm, na dłoni 0.25 mm. Rękawice klasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne ze standardami normatywnymi: EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4,





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z EN ISO 374-5 (ISO 16604). Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej) - rękawice diagnostyczne i ochronne, zgodność z normami EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), oznakowane datą produkcji, numerem serii, numerem referencyjnym, kodem EAN, oraz terminem ważności. Opakowanie zawiera instrukcję bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawic. Opakowanie zawierające 50 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary.

Odpowiedź Zamawiającego : Nie

Pakiet nr 2, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej, syntetycznej neoprenowej bezpudrowej wolnej od akceleratorów chemicznych wg EN 455-3 z syntetyczną, wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna gładka. Ciemno zielone, odpowiednie do podwójnego nakładania. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL po zapakowaniu 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 285 mm, dopasowana do rozmiaru. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 30 leków wg ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1, w tym 4- rzędowe środki czyszczące i izopropanol 70 % powyżej 480 min. (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Informacja o przenikalności min. 20 cytostatyków wraz z czasami przebicia fabrycznie nadrukowana na wewnętrznym opakowaniu jednostkowym. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pakiet nr 2, poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej, syntetycznej neoprenowej, bezpudrowej **z syntetyczną wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem**, powierzchnia zewnętrzna gładka, chwytna. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, jasnobrązowe, długość min. 290 mm. **Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.** Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1. **Odporne na przenikanie min. 20 substancji chemicznych wg EN 16523-1 w tym co najmniej 5 używanych w środkach dezynfekcyjnych tj. min. przyspieszony tlenek wodoru, 70% izopropanol, powidon jodu, kwas nadoctowy, podchloryn sodowy oraz min. 30 leków cytostatycznych wg ASTM D 6978 (załączyć raport z wynikami badań).** Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. **Rozmiary 5,5-9,0.**

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pakiet nr 2, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej, syntetycznej neoprenowej bezpudrowej wolnej od akceleratorów chemicznych wg EN 455-3 z syntetyczną, wielowarstwową powłoką polimerową z poliakrylanem i surfaktantem, powierzchnia zewnętrzna gładka. Ciemno zielone, odpowiednie do podwójnego nakładania. Średnia grubość: na palcu 0,19 mm, dłoń 0,16 mm, na mankiecie 0,14 mm, AQL po zapakowaniu





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, długość min. 285 mm, dopasowana do rozmiaru. Mankiet rolowany z taśmą adhezyjną, opakowanie zewnętrzne, hermetyczne foliowe. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, typ A wg EN ISO 374-1 (dokument z wynikami badań wydany przez jednostkę notyfikowaną). Podwyższona ochrona przed przenikaniem cytostatyków, przebadane na co najmniej 30 leków wg ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium) oraz badania na przenikalność min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1, w tym 4- rzędowe środki czyszczące i izopropanol 70 % powyżej 480 min. (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Informacja o przenikalności min. 20 cytostatyków wraz z czasami przebicia fabrycznie nadrukowana na wewnętrznym opakowaniu jednostkowym. Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Produkowane zgodnie z ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pakiet nr 2, poz. 4

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej lateksowej bezpudrowej z syntetyczną powłoką polimerową, powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana na całej części chwytnej rękawicy zapewniająca pewny chwyt, mankiet rolowany. Zgodne z normą EN 455-1,2,3,4. Średnia grubość na palcu 0,22 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm; AQL maks. 0,65, długość rękawicy min. 287 mm, sterylizowane radiacyjnie. Siła zrywania (przed i po starzeniu) min. 16 N. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, **typ B wg EN ISO 374-1. Poziom protein alergennych poniżej poziomu wykrywalności wg. metody Fit-Kit (badania niezależnego laboratorium wg. ASTM D7427-16, z podaną nazwą rękawic, których ono dotyczy).** Odporne na przenikanie co najmniej 3 substancji na poziomie 6, w stężeniach wymienionych w normie EN ISO 374-1. **Odporne na**





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

przenikanie min. 7 substancji chemicznych z czasem przenikania >480 min

zgodne z EN 16523-1 i/lub EN ISO 374-1 (raport wystawiony przez jednostkę notyfikowaną). Odporne na przenikanie min. 16 cytostatyków z czasem przenikania >240min., zgodnie z ASTM D 6978 (raport wystawiony przez niezależne laboratorium). Wolne od chemicznych akceleratorów: ZDBC, MBT, ZMBT, DPG. Produkowane zgodnie z ISO 13485 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej.

Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie, wewnętrzne papierowe z opisem i kodem kreskowym. Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min. nazwa rękawicy, rozmiar oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawicy chirurgicznej, lateksowej bezpyłowej z wewnętrzną wielowarstwową powłoką polimerową o strukturze sieci. Kształt anatomiczny z przeciwnym kciukiem, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL 0,65; średnia grubość na palcu 0,22 - 0,24 mm, na dłoni 0,19 mm, na mankiecie 0,17 mm, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiety rolowane, opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie. Długość min. 260-280 mm dopasowana do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671 oraz EN ISO 374-5. Wyrób medyczny klasy IIa i Środek ochrony indywidualnej kategorii III, **typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na penetrację min. 20 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 oraz na penetrację min. 18 cytostatyków zgodnie z ASTM D6978.** Rękawice chroniące przed promieniowaniem jonizującym i skażeniami promieniotwórczymi, zgodnie z EN 421, potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej oraz informacją umieszczoną fabrycznie na opakowaniu zbiorczym (dyspenserze). **Produkowane w zakładach posiadających wdrożone i certyfikowane systemy zarządzania jakością ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001.** Na rękawicy fabrycznie nadrukowany min.





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl
rozmiar rękawicy oraz oznaczenie lewa/prawa (L i R). Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

3. Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytania do SWZ

Pakiet nr I, poz. 3

Zamawiający w pozycji 3 w opisie przedmiotu zamówienia opisuje, że wymaga opakowań a'50 sztuk. Jednocześnie w kolumnie „j.m.” określił opakowanie 100 sztuk. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga 100 opakowań a'50 sztuk czy 200 opakowań a'50 sztuk.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający doprecyzowuje : winno być 200 opakowań po 50 szt w opakowaniu jednostkowym .

Pakiet II, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poniższym alternatywnym opisie:

Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z neoprenu (kauczuku chloroprenowego) w kolorze zielonym, kształt anatomiczny z zakrzywionymi palcami. Wewnętrzna powierzchnia rękawic polimeryzowana ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie. Zewnętrzna powierzchnia rękawic teksturowana. Mankiet rolowany. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa) 0,18 mm na palcu, 0,17 mm na dłoni, 0,13 mm na mankiecie. Długość (typowa) min. 292mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem (typowa siła przy rozdarciu) min. 13,22N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu (typowa siła przy rozdarciu) min. 10,24 N. AQL 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1, EN 374-2-4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN ISO 21420. Oznaczenie CE zgodne z CE zgodne z MDR 2017/745 (klasa IIa) oraz zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak .

Pakiet II, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poniższym alternatywnym opisie:





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z poliizoprenu w kolorze naturalnym, kształt anatomiczny. Wewnętrzna powierzchnia rękawic polimeryzowana, ułatwiająca zakładanie i zdejmowanie. Zewnętrzna powierzchnia rękawic teksturowana. Mankiet rolowany z lepną opaską adhezyjną. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa) 0,20 mm na palcu, 0,18 mm na dłoni, 0,14 mm na mankiecie. Długość min. 306 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem min 14 N, Wytrzymałość na rozdarcie po min. 12 N. AQL (ostateczna kontrola produkcyjna) 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii zgodnie z normą ASTM D6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN ISO 21420. Oznaczenie CE zgodne z MDR 2017/745 (klasa IIa) oraz z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem R (e-beam).

Odpowiedź Zamawiającego : Tak .

Pakiet II, poz. 3

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poniższym alternatywnym opisie:

Rękawice bezpudrowe, sterylne, wykonane z neoprenu w kolorze jasnobrązowym, kształt anatomiczny. Wewnętrzna powierzchnia rękawic pokryta jest polimerem w technologii warstwowej. Zewnętrzna powierzchnia rękawic jest mikroteksturowana. Mankiet rolowany. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa) 0,19 mm na palcu, 0,17 mm na dłoni, 0,15 mm na mankiecie. Długość (minimalna) 295 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem (wartość średnia) min. 11 N, Wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu (wartość średnia) min. 11 N. AQL (ostateczna kontrola produkcyjna) 0,65. Przetestowane do użytku z lekami do chemioterapii - dostępne czasy przełomu zgodnie z normą ASTM D 6978. Rękawice spełniają normy EN 455 części 1-3, EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN 421, EN ISO 21420. Rękawica typu B wg. EN ISO 374-1:2016. Oznakowanie CE zgodnie z rozporządzeniem ŚOI (UE) 2016/425 (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowanie GAMMA (R).

Odpowiedź Zamawiającego : Tak .

Pakiet II, poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poniższym alternatywnym opisie:

Rękawica chirurgiczna, sterylna, bezpudrowa, wykonana z naturalnego lateksu o kolorze naturalnym, kształt anatomiczny. Powierzchnia wewnętrzna polimerowa.





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Zewnętrzna powierzchnia rękawic teksturowana. Mankiet rolowany z lepną opaską adhezyjną. Grubość rękawicy (typowa pojedyncza warstwa) 0,22 mm na palcu, 0,19 mm na dłoni, 0,15 mm na mankiecie. Długość (typowa) min 304 mm. Wytrzymałość na rozdarcie przed starzeniem (typowa siła przy rozdarciu) min. 18 N, wytrzymałość na rozdarcie po starzeniu (typowa siła przy rozdarciu) min. 16 N. Poziom protein <7 µg/g. AQL (ostateczna kontrola produkcyjna) 0,65. Bez warstwy antybakteryjnej. Rękawice spełniają normy: EN 455 części 1-4, EN ISO 374-1, EN 374-2 i -4, EN 16523-1, EN ISO 374-5, EN ISO 21420. Oznaczenie CE zgodne z MDR klasa IIa oraz z rozporządzeniem UE 2016/425 w sprawie ŚOI (zagrożenia kat. III). Sterylizacja promieniowaniem GAMMA (e-beam).

Odpowiedź Zamawiającego : Tak .

Pakiet III, poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poniższym alternatywnym opisie:

REKAWICE kremowe Białe bezpudrowe lateksowe rękawice chirurgiczne o anatomicznym kształcie z przeciwstawnym. Rękawice posiadają teksturowaną powierzchnię i rolowany mankiet. Wewnętrzna powierzchnia pokryta polimerem. Poziom protein ≤ 10 µg/g. Wydłużenie przed starzeniem min 1000%, po starzeniu min 900%. Siła zrywająca przed starzeniem powyżej 13N, siła zrywająca po starzeniu powyżej 11N poziom AQL 0,65. Rozmiary 5,5-9,0. Opakowanie podwójne, typu folia-papier. Na rękawicy umieszczono oznaczenie rozmiaru i dłoni (lewa-prawa). Rękawice sterylizowane tlenkiem etylenu, termin ważności min. 3 lata. Opakowanie zbiorcze jest jednocześnie dyspenserem saszetek z pojedynczą parą rękawic. Odporne na 9 cytostatyków przynajmniej, w tym 7 na poziomie 3 (przynajmniej 240 minut). Zgodne z normami: PL-EN 455 -1,2,3,4; PL-EN ISO 21420; PL-EN ISO 374-1,2; PL-EN 16523-1; PN-EN ISO 374-4; PN-EN ISO 374-5; PN-EN ISO 10993-5; PN-EN ISO 10993-10; PN-EN ISO 11607-1; PN-EN ISO 15223-1; PN-EN 1041+A1; ASTM F1671.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak .

Pakiet III, poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie rękawic o poniższym alternatywnym opisie:

REKAWICE białe bezpudrowe lateksowe rękawice chirurgiczne o anatomicznym kształcie z przeciwstawnym kciukiem. Rękawice posiadają mikroteksturowaną powierzchnię i rolowany mankiet. Poziom protein ≤ 7 µg/g. Siła zrywająca powyżej





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

16N, poziom AQL 0,65. Rozmiary 5,5-9,0. Opakowanie podwójne, typu folia-folia. Na rękawicy umieszczono oznaczenie rozmiaru i dłoni (lewa-prawa). Rękawice sterylizowane radiacyjnie, termin ważności min. 3 lata. Opakowanie zbiorcze jest jednocześnie dyspenserem saszetek z pojedynczą parą rękawic. Odporne na min. 9 cytostatyków przynajmniej na poziomie 3 (przynajmniej 240 minut). Zgodne z normami: PL-EN 455 -1,2,3,4; PL-EN ISO 21420; PL-EN ISO 374-1,2; PL-EN 16523-1; PN-EN ISO 374-4; PN-EN ISO 374-5; PN-EN ISO 10993-5; PN-EN ISO 10993-10; PN-EN ISO 11137-1; PN-EN ISO 15223-1; ASTM F1671.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak .

Pytania do wzoru umowy

Ad. 1. „Prosimy o dodanie do umowy zapisu dotyczącego składanych zamówień: Zamawiający będzie składał zamówienia wg bieżących potrzeb, jednak każde zamówienie będzie o wartości nie mniejszej niż 450 zł netto?”

Odpowiedź Zamawiającego : Brak zgody ..

Ad. 2. „Prosimy o dodanie do umowy zapisu: Zamawiający gwarantuje realizację umowy w wysokości nie niższej niż 80% całkowitej wartości umowy.”

Ad. 3. „W przypadku braku zgody na powyższy zapis w umowie, prosimy o deklarację Zamawiającego w jakim stopniu % umowa zostanie na pewno zrealizowana.”

Odpowiedź Zamawiającego ad 2, ia d3 : Odpowiedni zapis jest w umowie w para. 2 ust.2..

DYREKTOR NACZELNY
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gruzlicy

Anna Kamińska

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW

Hanna Cichecka
Hanna Cichecka

Mazowsze.
serce Polski

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy w Otwocku jest jednostką organizacyjną
Samorządu Województwa Mazowieckiego