



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.10/TP.1.2026

Otwock, dn 23.02.2026r

Nr referencyjny : 8/PN/2026

**Do wszystkich
zainteresowanych**

**Dotyczy : postępowania przetargowego w trybie przetarg podstawowym na
Podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych p.n: „Rękawice jednorazowe
diagnostyczne i chirurgiczne”.**

Od Wykonawcy płynęło pytanie :

Czy w pakiecie nr 1 poz. 1 Zamawiający dopuści Rękawice diagnostyczne i ochronne, lateksowe, bezpydrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor jasnożółty, mankiet rolowany, powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców, powierzchnia wewnętrzna chlorowana. Długość min. 240 mm, grubości: na palcu 0.12 mm, na dłoni 0.10 mm, na mankiecie 0.07 mm, siła zrywu przed starzeniem min. 6 N oraz po starzeniu min. 6 N, poziom protein lateksu poniżej 50 µg/g, AQL =1.5. Rękawice klasyfikowane zarówno jako wyrób medyczny klasy I, jak i środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B. Zgodne ze standardami normatywnymi: EN 455(1-4), EN ISO 15223-1, EN 1041, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z ASTM F1671 i EN ISO 374-5 (ISO 16604). Odporne na przenikanie min. 3 substancji chemicznych - badanie wykonane zgodnie z normą EN ISO 371-1, EN 16523-1 oraz EN ISO 374-4. Badania na przenikanie min. 11 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Dostępne w rozmiarach XS – XL, pakowane po 100 sztuk. **Odpowiedź Zamawiającego :**
Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

Czy w pakiecie nr 1 poz. 2 Zamawiający dopuści rękawice niebieskie, nitrylowe, bezpydrowe, AQL ≤1,5, obustronnie chlorowane, wyrób medyczny kat.I, środek ochrony osobistej kat. III, teksturowane końce palców, grubość na palcu 0,10±0,01mm, na dłoni 0,06mm±0,01mm, na mankiecie 0,06mm±0,01mm, spełniające normy EN 420, EN ISO 374-1 (Typ B), EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5 VIRUS, EN 455-1,2,3,4, odporne na przenikanie cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978 , pozbawione tiuramów, ftalanów oraz MBT,



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy w Otwocku jest jednostką organizacyjną
Samorządu Województwa Mazowieckiego



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruzlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl
dopuszczane do kontaktu z żywnością. Opakowania kodowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru. Rękawice dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

Proszę o sprostowanie SWZ Rozdział XII punkt 14 "Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert"

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający poprawił omyłkę pisarską i zamieścił na stronie prowadzonego postępowania poprawną wersję SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe zabiegowe, bezpudrowe, chlorowane, niesterylne, rozmiar: XS, S, M, L, XL, teksturowane na palcach (min. końcówki) lub na całej powierzchni. kształt uniwersalny, pasujące na lewą i prawą dłoń, mankiet zakończony pogrubionym brzegiem zapobiegającym samo zwijaniu się, $AQL \leq 1,0$. Grubość rękawicy w strefie palców: min. 0,11 mm, w części dłoniowej: min. 0,10mm, mankiet min. 0,07mm o długości równej lub powyżej 240 mm. Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III Typ B, zgodny z wymaganiami Dyrektywy o wyrobach medycznych 93/42/EWG lub zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie Wyrobów Medycznych (MDR) 2017/745 oraz norm zharmonizowanych z Rozporządzeniami UE 2016/425 i 2017/745. Przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 oraz substancji chemicznych zgodnie z normą EN 16523. Zgodność z : MDR (EU) 2017/745, EN 455-1,2,3,4. EN ISO 374-1/Typ B; EN 21420; EN 16523-1; EN 374-2; EN 374-4; EN ISO 374-5; Badania na przenikanie min. 11 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978. Zewnętrzne opakowanie jednostkowe z widocznym oznakowaniem fabrycznym posiadającym minimum takie informacje jak: datę ważności, oznakowanie znakiem CE, kod QR, UDI, nr. referencyjny, AQL dla szczelności, wyrób medyczny klasy I, środek ochrony indywidualnej klasy III min. typ B, nazwę producenta, nazwę EC REP, nazwę importera, kraj pochodzenia, instrukcja zakładania i zdejmowania rękawic, informacja o przebadaniu min. 11 substancji cytostatycznych w postaci wyniku z badań..

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek diagnostycznych nitrylowych jednorazowego użytku, bezwonnych, niepudrowanych, niesterylnych, o dł. min 240mm. Siła zerwania przed i po starzeniu min 6 N. Materiał o powierzchni teksturowanej (min. na końcówkach palców) oraz bardzo dobrej elastyczności i rozciągliwości. $AQL \leq 1,0$, grubości na palcu min. 0.07mm, na dłoni min. 0,05mm, na mankiecie min. 0.04mm zgodnie z normą EN 455-1,2,3,4 oraz EN ISO 21420 i EN 374.





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Wyrób medyczny klasy I i środek ochrony indywidualnej kategorii III. Przebadane na przenikanie wirusów zgodne z normą ASTM F1671 oraz EN374-5. Przebadane na przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z ASTM F1670. Przebadane na: 40% wodorotlenek sodu – poziom 6, 30% nadtlenu wodoru na poziomie 2, oraz 37% roztwór formaldehydu na poziomie 3 - potwierdzone Certyfikatem jednostki niezależnej. substancji chemicznych na min 2 poziomie zgodnie z EN 374-1 potwierdzone Certyfikatem jednostki niezależnej. Rękawice nie zawierające akceleratorów chemicznych: BHA, BHT, DPTU, ZMBT, TMTD, ZDBC, ZDEC, ZDMC, ZMBI, ZPMC. Odporne na min 2 alkohole stosowane w dezynfekcji tj. Isopropanol o stężeniu 70% na min. 6 najwyższym poziomie ochrony, Ethanol o stężeniu 50% na min 4 poziomie ochrony - potwierdzone raportem z badań z jednostki niezależnej wg EN 16523-1. Na opakowaniu fabrycznie umieszczone: nazwa, rodzaj, rozmiar, AQL, data produkcji, data ważności, nr serii, nr katalogowy, nr referencyjny, MDR, UDI, nazwa i adres producenta, kraj pochodzenia produktu. Przebadane wg ASTM D 6978-05 na przenikanie min 33 leków cytotoksycznych/cytostatycznych (badanie potwierdzone raportem). w rozm.: XS, S, M, L, XL; 1 op. a 100 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3 i 6

Czy Zamawiający dopuści rękawice diagnostyczne nitrylowe do wysokiego ryzyka niejałowe z przedłużonym mankietem do wysokiego ryzyka koloru niebieskiego o długości min. 300 mm. Minimalna grubość na pojedynczej ścianie palca 0,14 mm, dłoni 0,09 mm, mankiecie 0,07 mm. AQL 1.0 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu). Siła zrywania min. 9 N, zgodnie z EN 455-2. Kształt uniwersalny pasujący na prawą i lewą dłoń. Równomiernie rolowany brzeg mankieta. Powierzchnia zewnętrzna teksturowana na końcach palców. Dające się łatwo i pojedynczo wyciągać z opakowania. Zarejestrowane jako wyrób medyczny w klasie I oraz środek ochrony osobistej w kategorii III. Typ B wg EN ISO 374-1. Odporne na przenikanie min. 10 substancji chemicznych zgodnie z EN 374-3, ASTM F 739 i EN 16523-1 oraz przebadane na penetrację min. 30 cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978, w tym dla poniższych parametrów jako minimalnych: zmierzony czas przebicia min. 240 min. zgodnie z metodą testową standardu ASTM F739 lub równoważną w zakresie minimum jak poniżej dla: Fluorouracil 50 mg/ml, Cyclophosphamide 20mg/ml, Doxorubicin HCL 2mg/ml, Cisplatin 1.0 mg/ml z adekwatną informacją o czasie przenikania w postaci tabelki fabrycznie naniesionej na opakowaniu jednostkowym. Odporne na penetrację wirusów zgodnie z EN ISO 374-5. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Okres ważności min 35 miesięcy od daty produkcji. Rozmiary S-XL, pakowane po 100 sztuk.

Odpowiedź Zamawiającego dot. Pakietu nr 1 poz.3 : Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego dot. Pakietu nr 1 poz.6 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic w dowolnym kolorze, Zamawiający dopuszcza również pakowanie po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości przy zachowaniu wymaganej łącznej liczby rękawic. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje pozostałe wymagania określone w OPZ, w szczególności w zakresie minimalnych parametrów technicznych, w tym grubości rękawic oraz wszystkich wymaganych norm, klasyfikacji i oznakowani.





Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00

NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

Dotyczy Pakietu nr 1 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści Rękawice ochronne, nitrylowe, bezpudrowe, niejałowe, kształt uniwersalny, kolor zielony, pomarańczowy lub czarny, mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach L- XXL, pakowane po 50 sztuk lub 100sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, powierzchnia zewnętrzna z diamentową teksturą, powierzchnia wewnętrzna chlorowana z teksturą ograniczającą pocenie się dłoni. Długość 240 mm, minimalnej grubości: na palcu 0.22 mm, na dłoni 0.19 mm. Rękawice klasyfikowane jako środek ochrony indywidualnej kategorii III typ B, zgodne ze standardami normatywnymi: EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5, EN 16523-1, EN ISO 21420. Badanie na przenikanie wirusów wykonane zgodnie z EN ISO 374-5 (ISO 16604). Rękawice odpowiednie do kontaktu z żywnością. Na opakowaniu rękawic fabryczne oznakowanie: zgodność PPER (Rozporządzenie (EU) 2016/425 dla Środków Ochrony Indywidualnej) - rękawice diagnostyczne i ochronne, zgodność z normami EN ISO 21420, EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5 (odporność na bakterie, grzyby i wirusy), oznakowane datą produkcji, numerem serii, numerem referencyjnym, kodem EAN, oraz terminem ważności. Opakowanie zawiera instrukcję bezpiecznego zakładania i zdejmowania rękawic. Opakowanie zawierające 50/100 sztuk z podziałem kolorystycznym opakowania ze względu na poszczególne rozmiary.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rękawic w dowolnym kolorze, Zamawiający dopuszcza również pakowanie po 100 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości przy zachowaniu wymaganej łącznej liczby rękawic. Jednocześnie Zamawiający podtrzymuje pozostałe wymagania określone w OPZ, w szczególności w zakresie minimalnych parametrów technicznych, w tym grubości rękawic oraz wszystkich wymaganych norm, klasyfikacji i oznakowani .

Dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne jałowe, sterylne bezpudrowe, lateksowe, kształt anatomiczny, zróżnicowane na prawą i lewą dłoń ,mankiet rolowany, dostępne w rozmiarach 5,5-9,0 co pół, powierzchnia zewnętrzna teksturowana, obustronnie polimeryzowane, długość rękawicy minimum 295 mm, grubość na palcu minimum 0,22 mm, na dłoni minimum 0,21 mm oraz na mankiecie 0,16 mm, o wartości finalowego uwalniania AQL 0,65, o sile zrywania przed starzeniem min. 16N, zgodne z normą EN 455-1.2.3,4 i EN ISO 374-1:2016/Typ B; Rękawice przebadane na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM-F1671/EN 374-5:2016, rękawice przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 i cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978, z obniżoną zawartością protein $\leq 20\mu\text{g/g}$, przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z ASTM F 1670 – raport dołączony do oferty, pakowane parami w opakowania folia-folia, gwarancja jakości min. 3 lata. Sterylizowane radiacyjnie, w 100% testowane elektronicznie. Fabryczne oznakowanie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej kategorii III typ B. Pełna informacja o produkcie na opakowaniu w postaci piktogramów lub opisu – zgodnie z normą EN 455-3: 2023. Na opakowaniu informacja w jęz. polskim, znak CE, kraj pochodzenia, stosowane piktogramy, informacja o zgodności z przytoczonymi normami. Data ważności min 5 lat od daty produkcji.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW
Hanna Cichecka
Hanna Cichecka

Mazowsze.
serce Polski

DYREKTOR NACZELNY
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gruźlicy

Anna Kamińska