



**Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy**

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00  
http://www.otwock-szpital.pl e-mail:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG –Gr.IVA/ 13/PN/2016

Otwock, dnia 21.04 2016 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na: „Opatrunki „ Nr post.: 13/PN/16

Od Wykonawców wpłynęły zapytania

1) Pakiet 2, pozycja 1, 3, 4

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe o wadze +/-10% ?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy kompresy o wadze + 10%, minimalna waga podana w opisie musi być zachowana.

2) Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy włókninowe w opakowaniu folia-papier?

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy, lecz nie wymagamy .

3) Pakiet 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu lub radiacyjnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

4) Pakiet 4, pozycja 1, 2

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby kompresy pakowane były pojedynczo. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego:

Wyrażamy zgodę na zaproponowanie kompresów pakowanych po 3 sztuki .

**5) Pakiet 1, poz. 5, 7, 8, 10, 12, 14**

Czy Zamawiający wydzieli pozycję z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy .

**6) Pakiet 1, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6 x 8 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycje Wykonawcy .

**7) Pakiet 1, poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek pakowany a 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem w formularzy asortymentowo – cenowym. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycje Wykonawcy .

**8) Pakiet 1, poz. 7,8,10**

Proszę Zamawiającego o odstąpienie posiadania testów dla bariery folii dla wirusów.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**9) Pakiet 1, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 7 x 9 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycje Wykonawcy .

**10) Pakiet 1, poz. 7**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu papier – papier. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycje Wykonawcy .

**11) Pakiet 1, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 9 x 11 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycje Wykonawcy .

**12) Pakiet 1, poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu papier – papier. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycje Wykonawcy .

**13) Pakiet 1, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek w rozmiarze 6 x 8 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycje Wykonawcy .

**14) Pakiet 1, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści opakowanie typu papier – papier. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

**15) Pakiet 1, poz. 10**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**16) Pakiet 1, poz. 12**

Czy Zamawiający dopuści opatrunek wymiar 10 x 30 cm (wkładka chłonna 5x24,7 cm). Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Nie, Zamawiający wymaga złożenia oferty zgodnie z SIWZ.

**17) Pakiet 1, poz. 14**

Czy Zamawiający dopuści gaziki dezynfekcyjne z 70% alkoholem izopropylowym, wymiar 16 cm x 10 cm a 100 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy rozmiar 16 x 10, kompres nasączony 70% alkoholem izopropylowym i 2% chlorheksydyną- zgodnie z opisem SIWZ.

18) Dotyczy pakietu nr 1

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że w przypadku składania oferty na Pakiet 1, którego przedmiotem są wyroby medyczne, nie będzie wymagał od Wykonawcy złożenia koncesji.

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Zamawiający potwierdza, iż na wyroby medyczne nie wymaga koncesji na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej .

19) Dotyczy pakietu nr 1, poz. 14

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazika dezynfekcyjnego o wymiarach 18,5cm x 12,5cm.

Odpowiedź Zamawiającego:

Dopuszczamy rozmiar 18,5 x 12,5 kompres nasączony 70% alkoholem izopropylowym i 2% chlorheksydyną- zgodnie z opisem SIWZ .

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

