

Szafka przyłóżkowa

Nazwa oferenta :

Producent :

Nazwa i typ :

LP	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1.	Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej, pokrytej lakierem poliestrowo - epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne, mycie szpitalne i promieniowanie UV	TAK	
2.	Wymiary szafki: -Wymiary blatu głównego: 540 x 420 mm, (+/- 30mm) -Wymiary blatu bocznego: 600 x 360 mm, (+/- 30mm) -Wysokość: 870 mm, (+/-30 mm) -Szerokość: 540 mm, (+/-30 mm) -Głębokość: 420 mm, (+/-30 mm)	TAK	
3.	Regulacja wysokości blatu bocznego wspomagana sprężyną gazową. Bezstopniowa regulacja w zakresie od 710 do 1070 mm (+/- 30 mm) Przechył boczny blatu dwustopniowy do 30° i do 60°	TAK	
4.	Blat boczny wyposażony w ranty z płyty HPL o wysokości min. 1 cm zabezpieczające przedmioty przed upadkiem przy przechyle blatu	TAK	
5.	Blat boczny składany do boku szafki – po złożeniu nie wystający poza obrys szafki	TAK	
6.	Blat główny oraz blat półki bocznej wykonane z płyty HPL odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV	TAK	
7.	Drzwi szafki oraz fronty szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV	TAK	
8.	Szafka wyposażona w dwoje drzwiczek oraz szufladę otwieraną dwustronnie, co umożliwia jej ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka bez dokonywania przeróbek	TAK	
9.	Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanym wkładem z tworzywa	TAK	
10.	Wnętrze dolnej części szafki, podzielone na 2 części, poprzez wyciąganą półkę, lakierowaną proszkowo	TAK	
11.	4 koła jezdne podwójne o średnicy min. 50 mm w tym min. 2 z blokadą – koła tworzywowe – niebrudzące podłoża	TAK	
12.	Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji	TAK	
13.	Drzwi wyposażone w mechanizm samodomykający	TAK	
14.	Szuflada zabezpieczona przed przypadkowym całkowitym wysunięciem	TAK	
15.	Szafka wyposażona w zaokrąglone uchwyty do otwierania drzwiczek i szuflady	TAK	
16.	Możliwość wyboru kolorów frontów drzwiczek i szuflad z min. 8 kolorów	TAK	
17.	Deklaracja zgodności CE– dołączyć do oferty	TAK	
18.	Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub zgłoszenie– dołączyć do oferty	TAK	
19.	Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu	TAK	
20.	Certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001 dla producenta oraz ofe-	TAK	

	renta – dołączyć do oferty		
21.	Zapewnienie przez Wykonawcę dostępności części zamien- nych przez okres min. 10 lat	TAK	
22.	Oferent musi posiadać autoryzację na sprzedaż i serwisowa- nie oferowanych szafek – autoryzację dołączyć do oferty	TAK	

UWAGA

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne z wyżej określonymi, wymaganymi parametrami technicznymi. Oferent gwarantuje, że urządzenia są nowe, kompletne a do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

.....
Podpis Wykonawcy