

Stolik zabiegowy

Nazwa oferenta :

Producent :

Nazwa i typ :

LP	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1.	Stolik wykonany ze stali nierdzewnej w gatunku OH18N9	TAK	
2.	Stolik przeznaczony do akcesoriów oraz sprzętu medycznego przy przygotowywaniu zabiegów	TAK	
3.	Wyposażony w cztery koła o średnicy min. 100 z oponami niebrudzącymi podłoża	TAK	
4.	Minimum dwa koła z blokadą	TAK	
5.	Nad kołami umieszczone odboje chroniące ściany i wózek przed uszkodzeniami	TAK	
6.	Szerokość x głębokość całkowita: 900 x 650 mm (+/- 20 mm)	TAK	
7.	Wysokość min 880 mm	TAK	
8.	Wymiary blatów min: 750 x 650 mm, blaty płaskie montowane na stałe	TAK	
9.	Przy jednym z krótszych boków zamontowany uchwyt do prowadzenia	TAK	
10.	Deklaracja zgodności CE – dołączyć do oferty	TAK	
11.	Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu	TAK	

UWAGA

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne z wyżej określonymi, wymaganymi parametrami technicznymi. Oferent gwarantuje, że urządzenia są nowe, kompletne a do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

.....
Podpis Wykonawcy