

Meble ze stali nierdzewnej

Nazwa oferenta :

Producent :

Nazwa i typ :

LP	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1.	Meble zapewniające komfort i długotrwałe użytkowanie, dostosowane do potrzeb jednostek służby zdrowia.	TAK	
2.	Meble wykonane z materiałów przeznaczonych do stosowania w warunkach szpitalnych - stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9	TAK	
3.	Blaty robocze ze stali kwasoodpornej gat. 0H18N9. Miejsca wbudowanych zlewów i umywalek wypolerowane, gładkie bez zagłębień. Blaty robocze - wykonane z krawędzią prostą lub uniesioną w celu zabezpieczenia przed zsunięciem przechowywanych materiałów lub rozlaniem płynów. Tył blatów przyściennych wykonany z fartuchem ochronnym	TAK	
4.	Wykonanie blatów ze zlewami – z krawędzią uniesioną. Zlew tłoczony z krawędziami wyoblonymi, zgrzewany z płytą roboczą. Blaty z fartuchem ochronnym.	TAK	
5.	Wykonanie komór basenów – w wersji gięto-spawanej. Tył blatów wykonany z fartuchem ochronnym.	TAK	
6.	Wykonanie szuflad zastosowanych w meblach ze stali kwasoodpornej lub z tworzywa ABS, chemoodporne, monolityczne (bez żadnych szczelin w połączeniach wewnętrznych, wszystkie krawędzie wyoblone). Szuflady o prowadzeniu rolkowym, z funkcją samodomykania i blokadą skrajnego niekontrolowanego wysuwu. Osadzone na prowadnicach rolkowych z domykaniem typu grawitacyjnego. Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. Rodzaj zastosowanych szuflad określa specyfikacja asortymentowa. Szuflady – montowane na prowadnicach rolkowych ze stali nierdzewnej z funkcją samodomykania, ograniczania wysuwu, z możliwością wyjęcia w celu wyczyszczenia, umycia lub wymiany.	TAK	
7.	Meble na nóżkach integralnie związanych z konstrukcją nośną mebla o wysokości 150 mm i wyposażone w regulatory wysokości	TAK	

	umożliwiające ich wypoziomowanie (wysokość mebli podawana z uwzględnieniem wysokości nóżek).		
8.	Zawiasy ze stali nierdzewnej do drzwi, wysokiej jakości, pozwalające na regulację elementów frontowych we wszystkich kierunkach	TAK	
9.	W przypadku drzwi uchylnych, przeszklonych szyba ze szkła klejonego. Zawiasy, uchwyty i zamek patentowy 1 lub 3- punktowy, osadzone w ramie okiennej	TAK	
10.	Półki w szafkach ze skokową regulacją wysokości położenia regulacja co 50 mm, na wspornikach metalowych z zabezpieczeniami unieruchamiającymi półkę i zabezpieczającymi ją przed wypadnięciem. Półki – wykonane z profilowanej blachy w wersji wyjmowanej, przestawne.	TAK	
11.	Wykonanie drzwi – z profilowanej blachy w technologii zamkniętej kasety z podwójną ścianką. Zawiasy z regulacją położenia i mechanizmem docisku. Wyposażone w zamki patentowe, uszczelkę pyłoszczelną.	TAK	
12.	Korpusy – wykonane z blachy profilowanej w technologii zamkniętej kasety z podwójną ścianką. W zależności od przeznaczenia wyrobu zamontowane na zespole jezdny lub nóżkach z regulacją wysokości.	TAK	
13.	Wykonanie regałów, wózków, regałów jezdnych – w technologii szkieletu konstrukcyjnego wypełnionego profilowaną blachą w technologii zamkniętej kasety z podwójną ścianką. Koła skrętne z hamulcem o średnicy dostosowanej do wielkości i ciężaru wyrobu.	TAK	
14.	Atest PZH na meble tego rodzaju- dołączyć do oferty	TAK	

UWAGA

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne z wyżej określonymi, wymaganymi parametrami technicznymi. Oferent gwarantuje, że urządzenia są nowe, kompletne a do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

.....
Podpis Wykonawcy