

**Stolik zabiegowy**

Nazwa oferenta :

Producent :

Nazwa i typ :

LP	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1.	Stolik zabiegowy wykorzystywany do przetrzymywania instrumentarium podczas wykonywania badań i zabiegów	TAK	
2.	Konstrukcja oparta na profilach aluminiowych lub stalowych	TAK	
3.	Stolik mobilny z 4 kołami o średnicy ok. 75 mm, koła antystatyczne, w tym dwa z blokadą	TAK	
4.	W narożnikach stolika cztery krążki odbojowe zabezpieczające przed obiciem	TAK	
5.	Blaty górny i dolny wykonany z płyty HPL. Blaty posiadające ranty ze stali nierdzewnej zabezpieczające przedmioty przed wypadnięciem	TAK	
6.	W dolnej części /drugi poziom/ dwie tworzywowe kuwety z podziałem na drobne rzeczy	TAK	
7.	Wymiary zewnętrzne wózka: wysokość z rantem x szerokość x głębokość 900x800x 550 mm +/- 20 mm	TAK	
8.	Możliwość wyboru koloru płyty HPL	TAK	
9.	Maksymalne obciążenie wózka min 40 kg	TAK	
10.	Maksymalne obciążenie półki min 20 kg	TAK	
11.	Deklaracja zgodności CE lub zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych ( jeżeli dotyczy) – dołączyć do oferty	TAK	

**UWAGA**

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne z wyżej określonymi, wymaganymi parametrami technicznymi. Oferent gwarantuje, że urządzenia są nowe, kompletne a do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

.....  
Podpis Wykonawcy