

Kozetka lekarska

Nazwa oferenta :

Producent :

Nazwa i typ :

LP	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1.	Kozetka lekarska metalowa wykonana z kształtowników lakierowanych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne i promieniowanie UV	TAK	
2.	Wymiary kozetki: Długość: 1950 mm +/- 20 mm Szerokość: 550 mm +/- 20 mm Wysokość: 550 mm +/- 20 mm	TAK	
3.	Leże dwusegmentowe tapicerowane skajem łatwozmywalnym z możliwością wyboru kolorystyki z minimum 8 kolorów	TAK	
4.	Zagłówek regulowany w zakresie min. -20° do +40°	TAK	
5.	Pod zagłówkiem zamontowany uchwyt na prześcieradło jednorazowe	TAK	
6.	Sztywna konstrukcja wzmacniania poprzeczkami na szerokość i minimum jedną poprzeczką na długość	TAK	
7.	Deklaracja zgodności CE– dołączyć do oferty	TAK	
8.	Wpis do rejestru wyrobów medycznych lub zgłoszenie– dołączyć do oferty	TAK	
9.	Firmowe materiały informacyjnej producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów – dołączyć do oferty W przypadku wątpliwości co do zaoferowanych parametrów, Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania oferenta do prezentacji oferowanego wyrobu	TAK	
10.	Certyfikat ISO 13485 oraz ISO 9001 dla producenta– dołączyć do oferty	TAK	
11.	Zapewnienie przez Wykonawcę dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat – informację dołączyć do oferty	TAK	
12.	Zapewnienie autoryzowanego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego – informację dołączyć do oferty	TAK	

UWAGA

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne z wyżej określonymi, wymaganymi parametrami technicznymi. Oferent gwarantuje, że urządzenia są nowe, kompletne a do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

.....
Podpis Wykonawcy