

Stół zabiegowy

Nazwa oferenta :

Producent :

Nazwa i typ :

LP	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1.	Stół do zabiegów opatrunkowych i prostych zabiegów operacyjnych	TAK	
2.	Długość stołu z blatem : 2050 mm (± 30 mm)	TAK	
3.	Całkowita szerokość blatu : 580 mm (± 30 mm)	TAK	
4.	Max. Waga pacjenta 170 kg	TAK	
5.	Regulacja oparcia pleców: - 45° do 85° ($\pm 5^{\circ}$)	TAK	
6.	Regulacja podglówka: - 45° do 55° ($\pm 5^{\circ}$)	TAK	
7.	Przechył Trendelenburga : 30° ($\pm 5^{\circ}$)	TAK	
8.	Przechył anty-Trendelenburga : 17° ($\pm 5^{\circ}$)	TAK	
9.	Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 95° do 20° ($\pm 5^{\circ}$)	TAK	
10.	Zakres regulacji kąta odchylenia podnóżków w płaszczyźnie poziomej: 0° do $185^{\circ} \pm 5^{\circ}$	TAK	
11.	Regulacja wysokości blatu za pomocą nożnej pompy hydraulicznej w zakresie 780 do 1080 mm (± 30 mm).	TAK	
12.	Dźwignie pompy po dwóch stronach podstawy, skierowane w stronę podglówka	TAK	
13.	Regulacja segmentu oparcia pleców, podglówka, przechyłów wzdłużnych oraz nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą	TAK	
14.	Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem dźwigni zwalniania blokad w sprężynach gazowych służących do regulacji oparcia pleców	TAK	
15.	Konstrukcja stołu ze stali węglowej lakierowanej proszkowo	TAK	
16.	Stół przejezdny z systemem centralnej blokady kół i kołem kierunkowym	TAK	
17.	Stół z zaciskiem wyrównania potencjałów wraz z przewodem do odprowadzania ładunków elektrostatycznych	TAK	

18.	Blat przezierny dla promieni RTG, z możliwością zastosowania tac na kasety lub uchwytów do mocowania kaset do zdjęć RTG, co najmniej w segmencie oparcia pleców i siedziska umożliwiające dokonanie prześwietleń aparatem RTG.	TAK	
19.	Materace antystatyczne , odejmowane, wypełnieniem z pianki poliuretanowej o gr. min. 60mm	TAK	
20.	Listwy do mocowania wyposażenia dodatkowego w segmencie oparcia pleców, siedziska i nóg	TAK	
21.	Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne	TAK	
22.	Wpisy do odpowiednich rejestrów, deklaracje zgodności, (dokumenty załączyć do oferty)	TAK	

UWAGA

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne z wyżej określonymi, wymaganymi parametrami technicznymi. Oferent gwarantuje, że urządzenia są nowe, kompletne a do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

.....
Podpis Wykonawcy