

Wózek wanna do mycia pacjentów

Nazwa oferenta :

Producent :

Nazwa i typ :

LP	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1.	Wózek przeznaczony do mycia pacjentów	TAK	
2.	Wózek zbudowany z podstawy jezdnej, kolumny regulującej wysokość i leża z tworzywową wanną	TAK	
3.	Wózek wykonany ze stali nierdzewnej OH18N9	TAK	
4.	Stabilna podstawa wyposażona w 4 koła jezdne o średnicy min. 100mm z których co najmniej 2 posiadają blokadę	TAK	
5.	Kolumna pozwalająca na regulację wysokości w zakresie min od 600 do 900 mm	TAK	
6.	Leże wózka jednosegmentowe wyposażone w odchylane poręcze boczne	TAK	
7.	Leże zabezpieczone w rogach krążkami odbojowymi	TAK	
8.	Na leżu umieszczona wanna z elastycznego nieprzemakającego materiału	TAK	
9.	Elastyczna, tworzywowa wanienka do napełniania wodą. Możliwość odjęcia wanny od leża	TAK	
10.	Pozycja pozioma leża do mycia pacjenta oraz pochylona do usuwania wody z wanny	TAK	
11.	Wymiary zewnętrzne wózka: długość x szerokość min. 1900x600mm, Wysokość wanny min. 200mm	TAK	
12.	Masa całkowita max 60 kg	TAK	
13.	Dopuszczalne obciążenie min 180 kg	TAK	
14.	Wyposażenia wózka: - odłączany wąż spustowy - podgłówek	TAK	
15.	Deklaracja zgodności CE lub zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy)- dołączyć do oferty	TAK	

UWAGA

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne z wyżej określonymi, wymaganymi parametrami technicznymi. Oferent gwarantuje, że urządzenia są nowe, kompletne a do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

.....
Podpis Wykonawcy