

Lampa zabiegowa

Nazwa oferenta :

Producent :

Nazwa i typ :

| LP | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
|-----|---|-------------------|--------------------|
| 1. | Lampa zabiegowa na podstawie mobilnej, posiadającej min. 5 kół jezdnych o średnicy min, 50 mm w tym min. 2 z blokadą jazdy | TAK | |
| 2. | Konstrukcja stojaka ze stali lakierowanej proszkowo. Szerokość podstawy maksymalnie 640 mm | TAK | |
| 3. | Regulacja wysokości lampy w zakresie min. 1100 do 1700 mm. Regulacja wysuwanego ramienia przy pomocy zacisku obsługiwanego jedną ręką | TAK | |
| 4. | Zastosowane źródło światła w postaci diód LED | TAK | |
| 5. | Natężenie światła min 28 klux z odległości 500 mm | TAK | |
| 6. | Żywotność źródła światła min. 20 000h | TAK | |
| 7. | Możliwość wykonania obrotu ramienia lampy w miejscu łączenia z tubusem o 360° | TAK | |
| 8. | Zakres kątowej regulacji ramienia na przegubie z tubusem min. 90° w przód i w tył | TAK | |
| 9. | Kąt obrotu głowicy lampy min. 320° | TAK | |
| 10. | Waga lampy całkowita maksymalnie 10 kg | TAK | |
| 11. | Deklaracja zgodności CE lub zgłoszenie/wpis do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy) – dołączyć do oferty | TAK | |

UWAGA

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne z wyżej określonymi, wymaganymi parametrami technicznymi. Oferent gwarantuje, że urządzenia są nowe, kompletne a do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

.....
Podpis Wykonawcy