

Myjka – dezynfektor

Nazwa oferenta :

Producent :

Nazwa i typ :

LP	WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI	PARAMETR WYMAGANY	PARAMETR OFEROWANY
1.	Urządzenie fabrycznie nowe – rok produkcji nie wcześniej niż 2016 (nie powystawowe).	Tak (podać)	
2.	Urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia i dezynfekcji pojemników na wydzieliny i wydaliny ludzkie.	Tak	
3.	Możliwość montażu urządzenia na ścianie	Tak	
4.	Temperatura dezynfekcji termicznej powyżej 90°C.	Tak	
5.	Czas procesu płukania, dezynfekcji dla standardowego programu dla „basenów” – poniżej 5 min.	Tak	
6.	Kompaktowa budowa: – szerokość urządzenia nie większa niż 45 cm, – głębokość urządzenia nie większa niż 60 cm, – wysokość urządzenia nie większa niż 135 cm,	Tak (podać)	
7.	Przystosowana do pracy z wodą ciepłą i zimną – surową, nie uzdatnioną.	Tak	
8.	Otwarty układ płukania – bez recyrkulacji wody.	Tak	
9.	Wbudowane dwie pompy środków chemicznych: - pompa detergentu myjącego, - pompa środka zmiękczającego.	Tak	
10.	Czujniki poziomu środków chemicznych w pojemnikach	Tak	
11.	Szafka do umieszczania dwóch pojemników z detergentami wewnątrz urządzenia.	Tak	
12.	Wbudowana wytwornica pary przystosowana do zasilania wodą nieuzdatnioną (zabezpieczona przed osadami mineralnymi pochodzącymi z wody nieuzdatnionej).	Tak	
13.	Zasilanie elektryczne zgodne ze standardami obowiązującymi w Polsce 230V, 50 Hz. Wymagana moc zasilania – do 3 kW.	Tak (podać)	
14.	Wyposażone w wyłącznik energii elektrycznej dla zasilania głównego urządzenia.	Tak	
15.	Pojemność minimalna: – jednocześnie 1 „basen” i 1 „kaczka” – lub 1 „kaczka” – lub 1 „basen”	Tak (podać)	
16.	Mikroprocesorowe sterownię i monitorowanie procesu mycia i dezynfekcji.	Tak	
17.	Urządzenie wyposażone w ekran cyfrowy (min. 5 znaków) prezentujący wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej obsługi i kontroli urządzenia. Wyświetlanie m.in. temperatura, wartość A ₀ , pozostający czas oraz kody błędów lub usterek.	Tak	
18.	Urządzenie nieprzelotowe z załadunkiem od przodu przez uchylną klapę.	Tak	

19.	Automatyczny przebieg procesu.	Tak	
20.	Mycie i dezynfekcja przedmiotów za pomocą min. 10 dysz natryskowych w tym min. dwóch obrotowych.	Tak	
21.	Para do dezynfekcji zewnętrznych i wewnętrznych powierzchni przedmiotów znajdujących się w komorze podawana za pomocą dysz myjących (natryskowych) – dezynfekcja orurowania wewnętrznego urządzenia.	Tak	
22.	Konstrukcja i działanie urządzenia zgodne z PN-EN 15883 / EN 15883, potwierdzone przez niezależną jednostkę.	Tak Załączyć potwierdzenie	
23.	Producent oferowanego urządzenia posiada wdrożony system ISO 9001.	Tak Załączyć potwierdzenie	
24.	Urządzenie posiada potwierdzenie deklaracji CE przez jednostkę notyfikowaną w krajach UE (oznakowanie CE z czterocyfrową notyfikacją, jednostka wymieniona w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej).	Tak Załączyć potwierdzenie	
25.	Urządzenie zgodne z dyrektywą medyczną 93/42/EEC	Tak Załączyć potwierdzenie	
26.	Wyposażenie: - 5 szt. basenów z pokrywami, - zestaw startowy płynów: 1 opakowanie 5l. środka zmiękczającego, 1 opakowanie 5l. detergentu.	Tak	

UWAGA

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne z wyżej określonymi, wymaganymi parametrami technicznymi. Oferent gwarantuje, że urządzenia są nowe, kompletne a do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

.....
Podpis Wykonawcy