

Stanowisko do pielęgnacji niemowląt

Nazwa oferenta :

Producent :

Nazwa i typ :

| LP | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
|-----|---|-------------------|--------------------|
| 1. | Długość stanowiska w zakresie od 1570 do 1600mm | TAK | |
| 2. | Szerokość w części kąpielowej w zakresie od 570 do 600mm | TAK | |
| 3. | Szerokość w części pielęgnacyjnej w zakresie od 770 do 790mm | TAK | |
| 4. | Wysokość blatu od podłoża w zakresie od 860 do 880mm | TAK | |
| 5. | Stanowisko wyposażone w wanienkę do kąpienia niemowląt, miejsce do przewijania, baterię zlewozmywakową z prysznicem oraz uchwytem łokciowym wyposażoną w termostat z zestawem przyłączeniowym. Wanienka o wymiarach ok 680 x 380 mm | TAK | |
| 6. | Nad częścią pielęgnacyjną zamontowany równolegle do frontu stanowiska promiennik podczerwieni na kolumnie ze źródłem podczerwieni oraz z automatyczną regulacją temperatury powietrza, zegarem Apgar i alarmami. Promiennik zintegrowany z pozostałą częścią urządzenia. | TAK | |
| 7. | Promiennik spełniający wymagania urządzenia klasy II b według MDD dla wyrobów Medycznych- certyfikat EC z jednostki notyfikowanej | TAK | |
| 8. | Stanowisko oświetlone silnym źródłem światła wbudowanym w promiennik podczerwieni | TAK | |
| 9. | Błat wykonany z żywic polimerowych zbrojonych włóknem szklanym i węglowym zamontowany na zespole szafek dopasowanych do kształtu blatu pielęgnacyjnego. Wanienka do umiejscowienia po prawej lub lewej stronie zestawu. Błat wykonany w postaci monolitycznej bez łączeń blatu pomiędzy częścią kąpielową i pielęgnacyjną | TAK | |
| 10. | Zestaw szafek wyposażony w szuflady z tworzywa, kosz na odpadki oraz kosz wysuwany na pieluchy, wszystkie krawędzie szafek zabezpieczone od działania wilgoci – impregnowane i lakierowane. Górna szuflada przystosowana do zamontowania wagi elektronicznej. | TAK | |
| 11. | W szufladzie zamontowana waga elektroniczna o zakresie ważenia do 20 kg, zasilana z akumulatorów oraz zasilacza sieciowego. Waga wyposażona w wyświetlacz LCD z podświetleniem. Waga wykonana w III klasie dokładności posiadająca legalizację. | TAK | |
| 12. | Możliwość wyboru kolorystyki blatów oraz kolorystyki szafek | TAK | |

UWAGA

Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty. Do oferty należy dołączyć firmowe materiały informacyjne z wyżej określonymi, wymaganymi parametrami technicznymi. Oferent gwarantuje, że urządzenia są nowe, kompletne a do ich uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

.....
Podpis Wykonawcy