



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG –Gr.IV A/18PN/2016

Otwock, dn. 04.10.2016r

Dotyczy :postępowania przetargowego w trybie Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń medycznych znak sprawy 18 /PN/2016

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

Dotyczy Pakietu B – Nóż harmoniczny

1. Czy Zamawiający w module elektrochirurgicznym, w **pkt 19** miał na myśli „system zamykania naczyń moc max 350W”?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający wymaga w poz. 19_zaoferowania systemu zamykania naczyń o mocy maksymalnej 350W, a nie jak podał w opisie (minimalnej).

Dotyczy Pakietu C – Myjnia do endoskopów

1. **Ad. 3** – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w wysuwany kosz do mycia endoskopu, nie wyposażony w rolki? Rozwiązanie takie pod względem funkcjonalnym jest tożsame z zapisami SIWZ. Użycie rolek powoduje, iż mogą się w ich wnętrzu osadzać zanieczyszczenia, które mogą wywoływać powtórna kontaminację mytych instrumentów. Usunięcie zanieczyszczeń z tak wąskich elementów jest praktycznie niemożliwe.

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

2. **Ad. 6** – Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający pisząc o kontroli szczelności endoskopu w czasie każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji ma na myśli, by urządzenie w sposób ciągły prowadziło test szczelności? Na rynku są też dostępne myjnie, które przeprowadzają test szczelności tylko punktowo na początku każdej z faz procesu mycia i dezynfekcji.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający doprecyzowuje iż kontrola szczelności endoskopu w czasie każdego etapu procesu mycia i dezynfekcji była prowadzona w sposób ciągły .

3. **Ad. 10** – Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga aby zaoferowana myjnia przeprowadzała również fazę suszenia endoskopu?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wymaga aby zaoferowana myjnia przeprowadzała również fazę suszenia endoskopu .

4. **Ad. 10** – Czy faza suszenia powinna obejmować również suszenie powierzchni zewnętrznych czy tylko kanałów endoskopu?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie.

5. **Ad. 16** – Ponieważ norma PN-EN 15883-4 nie precyzuje w jaki sposób ma być uzdatniana woda procesowa wybór metody uzdatniania pozostawiając producentom, prosimy o dopuszczenie innych sposobów uzdatniania wody takich jak np. filtry mikrobiologiczne. Zestaw takich filtrów znacznie skuteczniej oczyszcza wodę niż lampa UV, ponieważ wychwytuje również zanieczyszczenia stałe mogące uszkodzić delikatną optykę endoskopu.

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

6. **Ad. 22** – Ponieważ w p. 22 SIWZ Zamawiający przywołuje francuskie normy techniczne (NFT 72-300 oraz NFT 72-170) oraz wytyczne niemieckiego stowarzyszenia DVV, które dotyczą badań skuteczności bójczej dla środków chemicznych, a nie dla urządzenia, a jednocześnie w p. 28 SIWZ Zamawiający podaje wymagania odnośnie skuteczności bójczej wg. norm europejskich (które są ważniejsze od norm krajowych i/lub technicznych) prosimy o odstąpienie od wymogu p. 22.

Odpowiedź Zamawiającego :

Biorąc pod uwagę pkt22 i 28 SIWZ Zamawiający podał przykłady norm mając na myśli potwierdzenie skuteczności dezynfekcji dla urządzenia i dla środków do dezynfekcji.. Wobec zapisu w pkt. 28 dopuszcza się odstąpienie od wymogu w pkt. 22.

7. **Ad. 30** – Czy Zamawiający dopuści do oceny myjnię wyposażoną w system monitorująco-raportujący poprawność mycia i dezynfekcji działający w oparciu o kody kreskowe, a nie chipy RFID? Rozwiązanie takie pod względem funkcjonalnym jest identyczne z opisanym w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

8. **Ad. 31** – Czy Zamawiający dopuści do oceny system bez komend głosowych? Myjnie endoskopowe powinny być obsługiwane przez wykwalifikowany personel, posiadający odpowiednie kwalifikacje, a nie przypadkowe osoby, nie ma więc konieczności, aby system podawał komendy głosowe. Rozwiązanie takie w dłuższym okresie czasu, gdy czynności związane z podłączeniem instrumentów stają się niemal automatyczne, powoduje rozdrażnienie personelu i bardziej zakłóca pracę niż ją wspomaga.

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

9. **Ad. 33** – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu p. 33 na: Czas reakcji serwisu 48h w dni robocze? Pozostawienie zapisu w dotychczasowej formie powoduje, iż zgłoszenie awarii w Piątek o godz. 18 powinno spowodować przyjazd serwisanta najpóźniej do Niedzieli do godz. 18, co jest fizycznie niewykonalne.

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający doprecyzowuje wymóg, aby reakcja serwisu następowała w ciągu 48 godzin w dni robocze .

Dotyczy projektu umowy

1. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w § 9 ust. 1 poprzez usunięcie z niego treści: „niezgodnej z wymaganiami Zamawiającego jakości dostarczanego aparatu”?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

2. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość obniżenia wysokości kar umownych:

- w § 9 ust. 1 z 0,2% do 0,1% i z 10% do 5%,

- w § 9 ust. 3 z 0,2% do 0,1%,
- w § 9 ust. 5 z 10% na 5%?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

1. Dot. Pakietu C opis przedmiotu zamówienia lp. 34 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby okres dostępności części zamiennych liczony był od daty dostawy zgodnie z projektem umowy par. 5 ust. 17 i załącznikiem nr 5 do SIWZ? Lub czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostępność części zamiennych wynosiła 8 lat od momentu zakończenia produkcji danego sprzętu?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający doprecyzowuje i ujednocila wymóg .aby aby dostępność części zamiennych wynosiła 8 lat od daty dostawy danego sprzętu .

2. Dot. Pakietu C opis przedmiotu zamówienia lp. 33 oraz projekt umowy par. 5 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby reakcja serwisu następowała w terminie 72h w dni robocze?

Odpowiedź Zamawiającego

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy.

3. Dot. Pakietu C opis przedmiotu zamówienia lp. 33 oraz projekt umowy par. 5 ust. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na liczenie terminu w dni robocze?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający doprecyzowuje wymóg, aby reakcja serwisu następowała w ciągu 48 godzin w dni robocze

4. Dot. projektu umowy par. 5 ust. 9 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin naprawy bez wymiany części wynosił 7 dni roboczych?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie ,Zamawiający nie wyraża zgody na propozycje Wykonawcy .

5. Dot. projektu umowy par. 5 ust. 10 i 12 Ze względu na gabaryty urządzenia oraz skomplikowane podłączenie myjni endoskopowej do mediów Szpitalnych (woda, zasilanie trójfazowe, kanalizacja, sieć komputerowa) prosimy o wykreślenie punktu 10 i 12 dla pakietu C: Myjnia do endoskopów. Wszystkie myjnie naprawiane są na miejscu w siedzibie Zamawiającego.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiając wyraża zgodę i wykreśli pkt 10 i 12 w par.5 z umowy na dostawę myjni endoskopowej .

6. Dot. projektu umowy par. 5 ust. 6 Prosimy o doprecyzowanie, że chodzi o trzy wymiany tej samej części/podzespołu, będące konsekwencją naprawy gwarancyjnej.

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie chodzi o wymiany będące konsekwencją naprawy gwarancyjnej .

Do wiadomości :

Strona internetowa Zamawiającego ; www.otwock-szpital.pl