



**Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy**

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

MCLChPiG –Gr.IV A/1PN/2017

Otwock, dn. 31.01.2017 r

**Dotyczy: Dostawy jednorazowych, niechemicznych artykułów medycznych i hematologicznych Znak sprawy: 1/PN/2017**

Od Wykonawców wpłynęły następujące zapytania :

**Pakiet 2 KANIULE, ilość pozycji 15, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści produkt DualCup™ korek dezynfekcyjny zawierający 70% alkoholu izopropylowego (IPA) do stosowania z portami Luer Lock zapewniający skuteczną barierę przeciwbakteryjną na okres 96 godzin (**10 koreczków na zbiorczym liście lub pakowane pojedynczo**).

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ .

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z Pakietu 2 Kaniule i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ .

**Zapytanie 1 dot. Pakietu nr 6 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wykonany z trójwarstwowej włókniny w strefie krytycznej zgodnej z PN EN 13795 o gr. 73 g/m<sup>2</sup>, jedną z warstw stanowi folia PE. Chłonność warstwy zew. 650%, odporność na penetrację płynów  $\geq 100$  H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho 115 kPa, na mokro 88 kPa.

Skład zestawu:

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestetyczny.....	200x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną .....	75x100	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną.....	180x175	1
4. taśma samoprzylepna .....	9x49	1
5. ręczniki chłonne .....	30x40	2
6. kieszeń dwukomorowa samoprzylepna ze sztywnikiem .....	2x15x40	1
7. osłona na stół MAYO .....	79x145	1
8. serweta na stół - (owinięcie zestawu).....	150x200	1

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ .

**Zapytanie 2 dot. Pakietu nr 6 poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny wykonany z dwuwarstwowej włókniny zgodnej z PN EN 13795 o gr. 63 g/m<sup>2</sup>, jedną z warstw stanowi folia PE. Chłonność warstwy zew. 650%, odporność na penetrację płynów 162 H<sub>2</sub>O, odporność na rozerwanie na sucho 180 kPa, na mokro 158 kPa. Skład zestawu:

1. serweta górna z taśmą samoprzylepną - ekran anestezyjologiczny .....	240x150	1
2. serwety boczne z taśmą samoprzylepną .....	90x75	2
3. serweta dolna z taśmą samoprzylepną .....	175x175	1
4. taśma samoprzylepna .....	9x49	1
5. ręczniki chłonne .....	18x25	4
6. osłona na stolik MAYO .....	79x145	1
7. serweta na stolik - (owinięcie zestawu) .....	150x190	1

Z dodatkowo pakowaną i dostarczaną kieszenią samoprzylepną 2K 40x35cm?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ .

**Zapytanie 3 dot. Pakietu nr 6 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuch chirurgiczny - do procedur standardowych, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>; fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem, z tyłu zapięcie na rzep. Rękawy szyte techniką ultradźwiękową, troki klejone. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami przylepnymi, wewnętrzne owinięcie papierowe, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami. Zgodny z normą PN EN 13795- wymagania standardowe. Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ .

**Zapytanie 4 dot. Pakietu nr 6 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści sterylne fartuch chirurgiczny ze wstawkami - do długich procedur, wykonany z lekkiej i przewiewnej włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>; wyposażony w nieprzemakalne wstawki z przodu i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze: przód fartucha 33 g/m<sup>2</sup>, rękawy 40 g/m<sup>2</sup> (rękawy na wysokości wstawki szyte techniką ultradźwiękową, zapewniające pełną barierowość). Fartuch złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację, wiązany na troki wewnętrzne oraz troki zewnętrzne z kartonikiem (troki klejone nie szyte), z tyłu zapięcie na rzep. Indywidualne oznakowanie rozmiaru i rodzaju nadrukowane na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Opakowanie folia-papier z czterema etykietami samoprzylepnymi. Wewnętrzne owinięcie fartucha wykonane z papieru, dodatkowo pakowane z dwoma celulozowymi ręczniczkami do osuszania rąk. Zgodny z normą PN EN 13795 - wymagania wysokie.

Dostępne rozmiary: L, LL, XL, XLL, przy czym wymiary mieszczą się w normach ustalonych dla symboli odpowiednio M, L, XL, XXL?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ .

**Zapytanie 5 dot. Pakietu nr 12 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści serwetę jałową do rąk w rozm. 30x40cm pakowana po 1 szt.? po odpowiednim przeliczeniu (opak. 50 szt.)

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

**Pakiet nr 1, poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści strzykawki pakowanie po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowym?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

**Pakiet nr 1, poz. 1-4**

Czy Zamawiający wymaga strzykawek z tłokiem w kolorze kontrastującym?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ .

**Pakiet nr 1, poz. 8**

Czy Zamawiający oczekuje strzykawki z końcówką do cewników wyposażoną w dodatkowy, funkcjonalny reduktor Luer? Gdyż nie ma na rynku strzykawki „Janetta 100 ml, typu Luer-Lock, z końcówką do cewników”, jak w opisie.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje strzykawki z końcówką do cewników wyposażoną w dodatkowy, funkcjonalny reduktor Luer.

**Pakiet nr 1, poz. 8**

Czy Zamawiający wymaga podwójnej (dwustronnej) skali pomiarowej dla łatwiejszej identyfikacji ilości płynu, w każdym położeniu strzykawki?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ .

**Pakiet nr 1, poz. 1-4**

Czy Zamawiający wymaga, żeby strzykawki posiadały podwójną kryzę, zabezpieczającą tłok przed przypadkowym wysunięciem z cylindra?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ .

**Pakiet nr 1, poz. 1-4**

Czy Zamawiający wymaga precyzyjnych strzykawk, które posiadają kryzę ograniczającą wysuwanie się tłoka poza skalę umieszczona na strzykawce?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ .

**Pakiet nr 1, poz. 11**

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki skalowane co 0,01 ml, z dokładną podziałką poczynając od 0,05 ml, oznaczenie cyfrowe na cylindrze co 0,1 ml do 1 ml. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ .

**Pakiet nr 1, poz. 11**

Czy Zamawiający wymaga, aby strzykawka posiadała tłok kontrastujący w stosunku do cylindra?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet nr 1, poz. 19**

Czy Zamawiający dopuści igły w rozmiarze 0,25 x 4 mm lub w rozmiarze 0,3 x 8 mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ .

**Pakiet nr 1, poz. 20**

Czy Zamawiający pisząc przedłużacz 100-300 cm, dopuszcza tylko przedłużacz o średniej długości, tj. 150 cm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ .

**Pakiet nr 1, poz. 9**

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z napisami w kolorze niebieskim na opakowaniu jednostkowym, w celu łatwiejszego odróżnienia od przyrządu do przetaczania krwi, który ma napisy w kolorze czerwonym? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak,

**Pakiet nr 1, poz. 10**

Czy Zamawiający wymaga przyrządu z filtrem krwi, którego aktywna powierzchnia filtrująca wynosi min. 15 cm<sup>2</sup>?

**Pakiet nr 1, poz. 10**

Czy Zamawiający wymaga zabezpieczenia na igłę biorcza po użyciu, co znacznie zwiększa możliwość zachowania środków bezpieczeństwa, zasad aseptyki podczas użytkowania przyrządu i jego kontaktu z krwią?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ .

**Pakiet nr 2, poz. 1(a-g)**

Czy Zamawiający dopuści kaniule wykonane z poliuretanu, z koreczkiem chroniącym przed samootwarciem? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ .

**Pakiet nr 2, poz. 1(a-g)**

Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze:

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
14 G	2,20 x 45	290
16 G	1,70 x 45	180
17 G	1,50 x 45	130
18 G	1,20 x 45	90
20 G	1,00 x 32	57
22 G	0,80 x 25	33
24 G	0,70 x 19	13

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

**Pakiet nr 2, poz. 2**

Czy Zamawiający wymaga koreczka o trzpieniu poniżej krawędzi, co zwiększa aseptykę pracy? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet nr 2, poz. 3**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

**Pakiet nr 2, poz. 5 (a-c)**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie kaniuli dożylniej, bezpiecznej, z portem bocznym umieszczonym w osi skrzydełek, kolor koreczka zgodny z kodem kolorystycznym, koreczek samozamykający się chroniący przed samootwarciem, z poliuretanu, wyposażoną w plastikowy zatrask, uruchamiany zaraz po użyciu, z zastawką antyzwrotną, 4 paski widoczne w RTG, igła z tylnym szlifem ostrza, zagłębienie w igle umożliwia wczesną

wizualizację poprawności wkłucia, łagodnie zwięzający się koniec kaniuli, opakowanie gwarantujące sterylność – papier klasy medycznej.

Rozmiary:

18G 1,2 x 32 mm, przepływ 90 ml/min

20G 1,0 x 32 mm, przepływ 64ml/min

22G 0,8 x 25 mm, przepływ 33 ml/min

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet nr 2, poz. 7**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Pozwoli to na złożenie Zamawiającemu atrakcyjnej oferty cenowej przez większą liczbę wykonawców.

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

**Dot. Pakietu nr 12 poz. 1,2,3**

Czy Zamawiający wymaga zbiorników plastikowych z widoczną podziałką odpowiadającą pojemności zbiornika np. zbiornik 2 L podziałka do 2L ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Dot. Pakietu nr 12 poz. 4,5,6**

Czy Zamawiający wymaga na pokrywie wkładu portu do wsypywania proszku żelującego, jeśli tak to prosimy o podanie minimalnej średnicy otworu przeznaczonego do wsypywania proszku żelującego.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Dot. Pakietu nr 12 poz. 4,5,6**

Czy Zamawiający oczekuje żeby każdy wkład posiadał łącznik kątowy o zakończeniu schodkowym, który znajduje się na porcie pacjenta służący do podłączenia drenu do odsysania, czy raczej przewiduje zakup łączników umożliwiających podłączenie drenu?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Dot. zawarcia umowy**

Z uwagi na fakt, iż *siedziba* Wykonawcy znajduje się *poza granicami kraju* wnosimy o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy w trybie korespondencyjnym i przesłanie umowy do podpisu pocztą kurierską. Niezwłocznie po podpisaniu, umowa zostanie do Państwa odesłana również pocztą kurierską.

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

**Dotyczy SIWZ**

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą.

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający potwierdza, iż uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą

#### **Pakiet 12, pozycja 1-6**

Czy Zamawiający, w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania zbiorniki i wkłady konkurencyjnego producenta (firma brytyjska), pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy, w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki). Oferowany system do odsysania jest nowocześniejszy, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników, zapewniającą, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi).

System nasz charakteryzuje się kanistrami bez żadnych przyłączy (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych). Wkłady posiadają w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Wyposażone w filtr hydrofobowo-antybakteryjny odcinający próżnię i tym samym zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną. Wkłady zaopatrzone są w zatyczkę na port pacjenta; samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania. Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

#### **Pakiet 12, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści proszek żelujący w opakowaniach 4 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

#### **PAKIET NR 6**

1. **Poz. nr 3-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania jednorazowego fartucha chirurgicznego posiadającego wzmocnienia w części przedniej i w rękawach o gramaturze 38g/m<sup>2</sup> ?
2. **Poz. nr 5-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania ręczników celulozowych o wymiarach 30cm x 33cm ?

Odpowiedź Zamawiającego dot. pyt.1 i 2 :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

#### **PAKIET NR 9**

3. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego o poniższym składzie:
  - 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
  - 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm
  - 5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm
  - 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
  - 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 45 cm x 75 cm (barierowa)
  - 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem o10 cm (barierowa)
  - 1 x strzykawka Luer 20 ml, (zapakowana)

- 1 x igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa, (zapakowana)
- 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g
- 1 x woda sterylna w ampułce 20 ml
- 1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane w papier, wywinęty mankiet)

**Opakowanie:**

Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, podczas przeprowadzania procedury może posłużyć jako nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki.

\* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

4. **Poz. nr 1-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cewnikowania pęcherza moczowego o poniższym składzie:

- 1 x para rękawiczek diagnostycznych nitylowych Peha-soft nitrile fino, rozmiar M
- 1 x serweta włókninowa 45 x 75 cm (barierowa)
- 1 x kleszczyki plastikowe, 14 cm
- 5 x kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm
- 4 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm
- 1 x serweta włókninowa 60 x 60 cm z centralnym otworem i z rozcięciem (barierowa)
- 1 x żel poślizgowy w saszetce 2,7 g
- 1 x strzykawka z wodą destylowaną i gliceryną, 10 ml

**Opakowanie:**

Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, podczas przeprowadzania procedury może posłużyć jako nerka, a po jej przeprowadzeniu jako pojemnik na odpadki.

\* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

5. **Poz. nr 2-** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do usuwania szwów o poniższym składzie:

- 3 x tampon z gazy bawełnianej (tupfer), wielkość śliwki
- 1 x pęseta anatomiczna metalowa, 12 cm
- 1 x pęseta plastikowa, 12,5 cm
- 1 x ostrze - skalpel, 6,5 cm (zapakowane)

**Opakowanie:**

Tacka typu blister z 1 wgłębieniem na płyny, może posłużyć jako pojemnik na odpadki.

\* Wszystkie komponenty zestawu są jednorazowego użytku


Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 10 „Nakłuwacz igłowy automatyczny, jednorazowego użytku, głębokość nakłucia 2,4mm, igła 21G, sterylny” dopuści jednorazowe lancety o głębokości nakłucia 1,5 mm i średnicy ostrza 28G, które umożliwiają pobranie próbki krwi z opuszki palca pacjenta lub z pięty noworodka? Budowa nakłuwacza w kształcie litery „T” umożliwia łatwą obsługę, a grubość igły 0.36



mm (28G) uzyskanie niezbędnej wielkości krwi przy zachowaniu minimalnej bolesności. Wszechstronne zastosowanie odpowiednie dla dorosłych, dzieci w wieku poniżej 1 roku życia i noworodków.



Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

1. Przebieg postępowania przetargowego oparty na zasadach uczciwej konkurencji umożliwi złożenie ofert przez wiele firm i z pewnością jest korzystny dla Zamawiającego zarówno ze względów finansowych jak i na jakość oferowanych produktów. Każdy glukometr i pasek testowy do tego glukometru stanowią układ zamknięty – zdefiniowane w SIWZ przez Zamawiającego z nazwy glukometry wskazują konkretnego producenta oferowanego sprzętu, ponieważ wyłącznie jeden konkretny producent wytwarza paski testowe kompatybilne z dedykowanym rodzajem pasków, zatem niemożliwe jest złożenie oferty równoważnej opisowi przedmiotu zamówienia. Obecne warunki graniczne SIWZ są zaprzeczeniem idei organizowania przetargu publicznego, nadając konkretnemu producentowi monopol na kształtowanie ceny oferty - samodzielnie lub poprzez podmioty z nim powiązane, co będzie rzutowało na wysoką cenę oferty. Oczywiście jest, że określając przedmiot zamówienia Zamawiający opiera się na własnym doświadczeniu i preferencjach, ale powinien także zrobić rozeznanie na rynku i szukać dostępnych, nowszych rozwiązań konkurencyjnych. Art. 29 ust. 2 znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych zabrania wskazywania źródła i pochodzenia oferowanego przedmiotu zamówienia w sposób dyskryminujący niektórych wykonawców. Czy z uwagi na poszanowanie zasady równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji (art. 7 ust. PZP) oraz na zakaz opisywania przedmiotu w sposób ograniczający uczciwą konkurencję (art. 29 ust. PZP) Zamawiający dopuści jako produkt równoważny nowoczesne, konkurencyjne paski testowe do glukometrów (wraz z przekazaniem kompatybilnych z nimi glukometrów na zasadzie określonej przez Zamawiającego), charakteryzujące się opisanymi poniżej parametrami:

a) Funkcja Auto-coding (bez kodowania); b) Automatyczne wykrywanie zbyt małej ilości krwi wprowadzonej do paska wraz z wyświetleniem odpowiedniego komunikatu informującego o niecałkowitym wypełnieniu paska na wyświetlaczu glukometru; c) Enzym oksydaza glukozy d) zakres podawanych wyników pomiaru 20-600mg/dl; e) Czas pomiaru od chwili wprowadzenia próbki 5s i wielkość próbki 0,5 mikrolitra; f) zakres hematokrytu 10-70%, umożliwiające wykonywanie pomiarów we krwi kapilarnej osób dorosłych i noworodków; g) stabilność pasków testowych i płynów kontrolnych wynosząca 6 miesięcy po otwarciu fiolki; h) temperatura działania w zakresie 5-45°C; i) paski posiadające wszelkie dopuszczenia i certyfikaty aktualnie wymagane zgodnie z polskim prawem?

Odpowiedź Zamawiającego :Zamawiający dokonuje modyfikacji opisu przedmiotu zamówienia zawartego w SIWZ poprzez wykreślenie z Pakietu nr 3 poz. nr 9 „paski do glukometru IXELL. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie zostanie przeprowadzone postępowanie na glukometry oraz paski .

Dotyczy Pakietu 8:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

2. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający oczekuje oznakowania rękawów znakiem CE na etykiecie umieszczonej wewnątrz rolki oraz na opakowaniu zbiorczym, zgodnie z art. 6 ust. 3 Ustawy o Wyrobach Medycznych, który mówi, że zabronione jest umieszczanie na wyrobie medycznym, jego opakowaniu oraz instrukcji używania oznaczeń lub napisów, które mogłyby wprowadzić w błąd co do oznaczenia znakiem CE oraz co do oznaczenia numeru identyfikacyjnego jednostki notyfikowanej? Kwestia jest związana z możliwością pomylenia, czy znak CE umieszczony na opakowaniu, którym jest rękaw, dotyczy jego samego, czy też wysterylizowanej zawartości.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

3. Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

4. Czy Zamawiający wymaga, aby rękawy papierowo-foliowe posiadały potwierdzenie o zgodności z normami PN EN 868 – 3 i 5 oraz EN ISO 11607 – 1, 2 wydane przez Niezależną Jednostkę Notyfikującą?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

Dotyczy Pakietu 2

Pozycja 1e

Czy nie zaistniała omyłka i Zamawiający wymaga zaferowania Kaniuli dożylniej G17 (1,5), długość 45mm, kolor biały, przepływ 125 ml/min?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, w związku z zaistniałą omyłką Zamawiający doprecyzowuje iż wymaga zaferowania Kaniuli dożylniej G17 (1,5), długość 45mm, kolor biały, przepływ 125 ml/min

Pozycja 1g

Czy nie zaistniała omyłka i Zamawiający wymaga zaferowania Kaniuli dożylniej G14 (2,1), długość 45mm, kolor pomarańczowy, przepływ 270 ml/min?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, w związku z zaistniałą omyłką Zamawiający doprecyzowuje iż wymaga zaofiarowania Kaniuli dożylniej G14 (2,1), długość 45mm, kolor pomarańczowy, przepływ 270 ml/min .

Dotyczy Pakietu nr 5

Pozycja 5

Prosimy o dopuszczenie do zaofiarowania Prześcieradła ochronnego o rozmiarze 210x160.

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy .

Pozycja 12

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od oznaczenia poziomu ochrony maski w kolorze pomarańczowym.

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie dopuszcza propozycji Wykonawcy

Pozycja 23

Prosimy o dopuszczenie do zaofiarowania Jednorazowej serwety transportowej, włóknina spunlance, gramatura 80 g/m<sup>2</sup>, rozmiar 102 x 152 cm, kolor biały.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaofiarowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

Dotyczy Pakietu nr 4

Pozycja 1

Prosimy o wyrażenie zgody na zaofiarowanie papieru do EKg do aparatu E-600, 110 x 34mb, bez marginesu z przeliczeniem ilości na 353 rolki.

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy .

Pozycja 3, 4

Czy Zamawiający wymaga aby papiery były wysokiej rozdzielczości pozwalające uzyskać wydruki o wysokim kontraście i dużej skali szarości oraz były oryginalne zalecane przez producenta Videoprinterów

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy .

**Pytania dot. treści SIWZ:**

Czy Zamawiający uzna za wystarczające złożenie pełnomocnictwa bez wskazania konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak.

**Pytania dot. asortymentu:**

**Pakiet 6, poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z serwetą 240x150cm (zamiast 200x170cm) i ręcznikami z włókniny kompresowej 40x20cm?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 6, poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu z kieszonią pakowaną osobno poza zestawem? Kieszonka będzie doliczona do całkowitej wartości zestawu i będzie dostarczana wraz z zestawem w osobnym opakowaniu i jako osobna pozycja na fakturze.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 6, poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kieszonki samoprzylepnej dwukomorowej w rozmiarze 42x35cm?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 6, poz. 3:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartuchów o odporności na przesiąkanie płynów w części wzmocnionej min. 203cm H<sub>2</sub>O?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 6, poz. 4:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie folii w rozmiarze 45x55cm?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 6, poz. 5:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetek pakowanych po 1 szt., z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

**Pakiet 6, poz. 5:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie serwetek w rozmiarze 30x30cm?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 6, poz. 5:** Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, ile sztuk serwetek Zamawiający wymaga, ponieważ jednostką miary jest „opak. 25 szt.” x 2 szt. x 400 opak. = 20 000 szt. ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 8, poz. 3f:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawa w rozm. 300mm x 200m, z przeliczeniem zamawianych ilości tj. 4 szt.?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy .

**Pakiet 8, poz. 3f:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie rękawa w rozm. 320mmx100m?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 9, ,poz. 1:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu z serwetą w rozm. 50x60cm z otworem o średnicy 5cm i rozcięciem?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pytania dot. projektu umowy:**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy co najmniej do godziny 14:00?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

2. Czy Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający potwierdza, że dostawa odbywać się będzie w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie terminu płatności do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktury?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy .

4. Ze względu na § 8 ust. 4 zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie jakie opóźnienia w zapłacie Zamawiający ma na myśli?

5. Ze względu na § 8 ust. 4 zwracamy się z prośbą o dopisanie zdania o następującej (lub podobnej) treści:  
*„Zamawiający wyraża zgodę na wstrzymanie dostaw gdy opóźnienie w zapłacie przekracza 60 dni”?*

Odpowiedź Zamawiającego na pyt. 4 i 5 :

Na obecnym etapie Zamawiający nie przewiduje opóźnień w zapłacie , mogą one być ewentualnie spowodowane problemami finansowymi Zamawiającego .

**Dotyczy Zadania nr 7, pozycji nr 3:** Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonej sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

### **Pakiet 31, pozycja 12-19**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

### **Pakiet 3, pozycja 1**

Czy Zamawiający oczekuje cewników do odsysania pozbawionych ftalanów, co ma być potwierdzone fabrycznie umieszczoną przez producenta informacją na opakowaniu ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

### **Pakiet 3, pozycja 4,5,9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

### **Pakiet 4, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści papier do aparatu E-600 w rolce o szerokości 110mm, z nadrukiem 100mm oraz marginesami 5mm po każdej stronie, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaoferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

### **Pakiet 4, pozycja 4**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego, czy dopuszcza zamiennik ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 4, pozycja 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie w/w pozycji i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję Wykonawcy

**Pakiet 5, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym gumką?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 3, 16, 24**

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m<sup>2</sup>

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści bluzę z wycięciem „V” zakończonym lamówką?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 8**

Czy Zamawiający dopuści czepek o średnicy min. 28cm?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 12**

Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne o odporności na rozpryski 120mmHg, ciśnienie różnicowe 30,88 Pa/cm<sup>2</sup> ? W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 12**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby było maski posiadały kolorowe pomarańczowe oznaczenie poziomu ochrony.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 13**

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 60x60cm bez zakładki o chłonności 540ml?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 60x180cm z wkładem chłonnym 60x90cm oraz zakładkami o szerokości około 45cm po obu stronach oraz chłonności 800ml?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 60x180cm z wkładem chłonnym 60x90cm oraz zakładkami o szerokości około 45cm po obu stronach oraz chłonności 800ml?



Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści podkład w rozmiarze 60x90cm z wkładem chłonnym 60x90cm bez zakładek o chłonności 800ml?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 16**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby podkład był nasączony środkiem bakteriobójczym?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 18**

Czy Zamawiający dopuści śliniak w rozmiarze 35x48cm z kieszenią 12cm?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 19**

Czy Zamawiający dopuści pokrowce na buty włókninowe z warstwą antypoślizgową?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 23**

Czy Zamawiający dopuści podkład z możliwością przenoszenia pacjenta do 150 kg, z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent , umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm(wkład chłonny 200x60), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP, wzmocniony co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 56g/m<sup>2</sup>?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

### **Pakiet 6, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 180cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m<sup>2</sup>

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm wykonany z włókniny typu spunlace o gramaturze 45 g/m<sup>2</sup>

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm wykonana z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup>

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wykonana z folii PE o gramaturze 50 g/m<sup>2</sup> oraz włókniny chłonnej w obszarze wzmocnionym o wymiarach 60 cm x 140 cm, łączna gramatura w strefie wzmocnionej 80 g/m<sup>2</sup>. Osłona w postaci worka w kolorze czerwonym, składana teleskopowo z zaznaczonym kierunkiem rozwijania.

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny stanowiąca owinięcie zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm, wykonana z warstwy nieprzemakalnej o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup> oraz włókninowej warstwy chłonnej o gramaturze 28 g/m<sup>2</sup>. Łączna gramatura w strefie chłonnej - 63 g/m<sup>2</sup>

+ kieszeń samoprzylepna 40x30cm pakowane osobno?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

### **Pakiet 6, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny z dodatkowymi nieprzemakalnymi wzmocnieniami w części przedniej i na Rewakach o gramaturze 38g/m<sup>2</sup>, o odporności na przesiąkanie płynów w strefie krytycznej 125 cm H<sub>2</sub>O?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 6, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści folie pakowana a'20 sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 6, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści jałową serwetkę do rak pakowaną a'1 sztuka?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

**Pakiet 10, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści mleczny słoje typu „tulipan”, spełniający pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 10, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'75 szt. z przeliczeniem ilości na 4267 opakowań ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

**Pakiet 10, pozycja 9**

Czy Zamawiający oczekuje opasek uciskowych zawierających w rolce min. 25 szt. ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 10, pozycja 9**

Czy Zamawiający dopuści stazy w kolorze niebieskim lub różowym?


Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

## **Pakiet 14, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do aktywno-pasywnego drenażu ran pooperacyjnych o poniższej specyfikacji:

- skład zestawu: pojemnik typu płaski worek o pojemności 250 ml, worek zbiorczy o pojemności 500 ml oraz dren łączący opcjonalnie zakończony drenem Redona wykonanym ze 100% silikonu
- skalowany co 40 ml płaski worek wytwarzający podciśnienie początkowe 120mbar z zastawką antyrefluksyjną i zaworem bezpieczeństwa typu „save” umożliwiającym wytworzenie podciśnienia bez konieczności rozłączania zestawu
- dwa dreny łączące trwale połączone z mieszkiem za pomocą łączników, posiadające klemy zaciskowe typu zatraskowego
- jeden dren łączący o długości 130 cm z uniwersalnym zakończeniem i zintegrowanymi drenami Redona o CH 12-36
- drugi dren łączący o długości 6 cm zakończony uniwersalnym łącznikiem typu large-lock służącym do wygodnego i szczelnego połączenia z workiem zbiorczym, wyposażony w dodatkową nasadkę ochronną do zabezpieczenia łącznika po rozłączeniu zestawu
- własny, wygodny w użyciu system podwieszania
- worek zbiorczy, skalowany co 50 ml, o pojemności 500 ml z łącznikiem large-lock (połączenie z mieszkiem) z nasadką ochronną do zabezpieczenia łącznika po rozłączeniu zestawu
- w worku zastawka antyrefluksyjna oraz wygodny zawór spustowy typu poziomego, zapewniający bezkontaktowe, wygodne i szybkie opróżnianie worka
- tylna ścianka worka biała w celu łatwiejszej wizualizacji treści
- dreny Redona o długości 100 cm z otworem centralnym i sześcioma otworami bocznymi umożliwiające skuteczny i długotrwały drenaż
- sterylne, pakowane podwójnie



W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o wydzielenie tej pozycji do osobnego pakietu.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 14, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści łączniki wykonane z mlecznego polipropylenu (PP), spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 15, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści drewny T-Kehr o długości ramion 450 x 180mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ ?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pytanie nr 1 dotyczące Pakietu nr 5, poz. 1-2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie w w/w pozycjach fartuchów dostępnych w rozmiarach M-XXL , do wyboru Zamawiającego pozostałe parametry zgodne z SIWZ

O Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego :

**Pytanie nr 2 dotyczące Pakietu nr 5, poz. 1-2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 5 i utworzenie z nich osobnej części. Modyfikacja ta pozwoli większej ilości wykonawców przystąpić do postępowania, zwiększając tym samym jego konkurencyjność.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pytanie nr 3 dotyczące Pakietu nr 6, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 1 zestawu o gramaturze materiału bazowego wyższej niż wymagana tj. 62 g/m<sup>2</sup> i odporności na penetrację płynów  $\geq 200$  cm H<sub>2</sub>O?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pytanie nr 4 dotyczące Pakietu nr 6, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji nr 1 zestawu wyposażonego w serwety posiadające dodatkowe chłonne wzmocnienia w strefie krytycznej?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pytanie nr 5 dotyczące Pakietu nr 6, poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie zestawu z górną serwetą samoprzylepną o wymiarach 150x240 cm ( w miejsce serwety o wymiarach 170x200 cm) i 4 ręczniczkami celulozowymi o wymiarach 30x40 cm i kieszenią samoprzylepną pakowaną oddzielnie.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pytanie nr 6 dotyczące Pakietu nr 6, poz. 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie zestawu z górną serwetą samoprzylepną o wymiarach 150x240 cm ( w miejsce serwety o wymiarach 170x200 cm), dolną serwetą samoprzylepną o wymiarach 200x175 cm ( w miejsce serwety 175x170 cm) i 4 ręczniczkami celulozowymi o wymiarach 30x40 cm.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pytanie nr 7 dotyczące Pakietu nr 6, poz. 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie fartucha chirurgicznego o odporności na przesiąkanie płynów w strefie krytycznej wynoszącej 215 cm H<sub>2</sub>O, spełniającego pozostałe wymagania SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pytanie nr 8 dotyczące Pakietu nr 6, poz. 5**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaferowanie w w/w pozycji jałowych serwet do rąk o wymiarach 30x40 cm

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .

**PYTANIAE**

Prosimy Zamawiającego o wskazanie co Wykonawca powinien wpisać w tabeli asortymentowo cenowej jako nazwę: nazwę produktu czy nazwę producenta, dotyczy Pakietu nr 2.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający doprecyzowuje : iż należy wpisać nazwę producenta .

**Pakiet 1 poz. 1-4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jednorazowego użytku ze skalą nominalną, której długość odpowiada pojemności nominalnej strzykawki.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 1 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki jednorazowego użytku o pojemności 20 ml pakowanej w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 1 poz. 5-7**

Czy Zamawiający wymaga, aby zaferowane strzykawki do pomp w celu pełnej kompatybilności z pompami infuzyjnymi i bezawaryjnej podaży leku były wymienione w instrukcji użytkowania pomp infuzyjnych- nazwa strzykawki/procent.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 1 poz. 10**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do przetoczeń krwi TS z komorą kroplową o dł. min 50mm.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 1 poz. 19**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igły do wstrzykiwaczy insulinowych rozm. 31G -0,25x5 mm.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 3 poz. 1.**

1/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy cewniki do odsysania mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze cewnika?

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający doprecyzowuje , iż cewniki do odsysania mają być zróżnicowane kolorem nasadki, nie wymagamy kodu barwnego i numerycznego na konektorze cewnika .

2/ Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy wewnętrzna część konektora ma być karbowana, co zapobiega zsuwaniu się konektora cewnika z końcówki ssak?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający nie wymaga , aby wewnętrzna część konektora była karbowana

**Pakiet 3 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny z harmonijkowym wkładem filtrującym wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci o skuteczności filtracji NaCl 99,97% oraz wadze 53g spełniający pozostałe zapisy SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 3 poz. 5**

1/Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny z wymiennikiem ciepła i wilgoci dla pacjentów o obj. oddechowych 300-1200ml, skuteczność filtracji NaCl 99,97%, waga 53g, przestrzeń martwa 81ml.

2/ Czy Zamawiający dopuści filtr mechaniczny dla pacjentów o obj. oddechowych 150-1000ml, skuteczności filtracji NaCl 99,97% przy oporze przepływu 2,3 cm H<sub>2</sub>O przy 30l/min.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 3 poz. 7**

Czy Zamawiający wymaga aby nebulizator posiadał gwintowaną uszczelniającą się pokrywkę oraz antyprzelewowy zbiorniczek o poj. 6 ml skalowany podziałką co 1 cm, zabezpieczający przed przeciekaniem.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 3 poz.8**

1/Czy Zamawiający wymaga przedłużacza do pompy infuzyjnej bez DEHP?

2/ Czy Zamawiający wymaga, aby trójdrożny kranik posiadał pokrętło z optycznym i wyczuwalnym identyfikatora pozycji otwarty zamknięty?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 3 poz. 11**

Czy Zamawiający wymaga aby czepek posiadał dwuwarstwową strukturę z wyraźnie oddzieloną od nawilżonej warstwy absorpcyjnej zewnętrzną folią, w celu równomiernego rozprowadzenia roztworu?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 3 poz. 12**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pianki do mycia skóry o pojemności 236 ml.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 3 poz. 15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aparatów do przetoczeń płynów infuzyjnych, leków, żywienia pozajelitowego firmy Carefusion, z precyzyjnym regulatorem prędkości przepływu z podwójną skalą, długość zestawu 155 cm, objętość wypełnienia 16 ml, średnica drenu 3 mm, wbudowany w linię filtr 0,2 μ, komora kroplowa z filtrem 15 μ, z odpowietrzeniem z zatyczką 20 kropli/1 ml, zacisk rolkowy, niezależnie obracająca się nakrętka, podwójna skala pomiarowa: 10 % -5-250 ml/h; 40% 5-200 ml/h, dodatkowy dostęp do iniekcji,



adapter męski luer, bez zawartości lateksu, bez zawartości DEHP, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany pojedynczo, minimalne opakowanie 100 szt

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 6 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego produktu:

Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu)
- 1x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm.
- 2 x serweta min. 75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta min. 196x 200 cm, przylepna
- 1 x serweta min. 160x260 cm, przylepna
- 1 x taśma typu rzep min. 2-3 cm x 13- 23 cm z nitką radiacyjną
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego, chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) na całej powierzchni, pozbawione pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66 g/m<sup>2</sup>, odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho min. 190kPa, wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne na mokro i sucho min.88 N . Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia (nie paskowo, obwodowo, punktowo) bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 6 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego produktu:

Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu:

- 1 x serweta na stolik narzędziowy 140x190 cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta na stolik Mayo 80x142 cm
- 2 x serwety boczne 75x90 cm, przylepne na całej długości dłuższego boku
- 1 x serweta dolna 175x175 cm, przylepna
- 1 x serwetę górną 150x240 cm, przylepna
- 1 x taśma lepna 9x50 cm
- 4 x ręcznik chłonny 20x30 cm

Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego, chłonnego laminatu, 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) na całej powierzchni, pozbawione pyłących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58 g/m<sup>2</sup>. Odporność na przenikanie płynów min. 150 cm H<sub>2</sub>O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho min. 170kPa. Warstwa wzmocnienia w serwetach na stolik narzędziowy i Mayo zespolona z folią na całej powierzchni wzmocnienia(nie punktowo,obwodowo, paskowo) bez zawartości celulozy lub wiskozy. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 6 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie fartuchów z szwami wykonanymi metodą klejową, w pozostałym zakresie zgodnych z wymogami SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 6 poz.3**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie następującego produktu:

Fartuch chirurgiczny jałowy z włókniny polipropylenowej SMMS o gramaturze max. 35 g/m<sup>2</sup>, repelentnej dla alkoholi (min. 7 stopień) z widocznym kodem kolorystycznym (na fartuchu i etykiecie) wskazującym na barierowość fartucha. Dodatkowo wzmocniony polietylenem w części przedniej i rękawach, gramatura w miejscu wzmocnienia min. 90 g/m<sup>2</sup>. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Z tyłu zapinany na rzep o długości min. 15 cm. Pakowany podwójnie w opakowanie papier/folia i we włókninę, z co najmniej 2-ma ręcznikami, na opakowaniu zewnętrznym min. 3 samoprzylepne etykiety. Na wewnętrznej stronie fartucha oznaczenie rozmiaru i długości.

Parametry fartucha – obszar niekrytyczny: penetracja wody min. 46 cmH<sub>2</sub>O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – min. 4,6

– obszar krytyczny: penetracja wody – min. 115 cmH<sub>2</sub>O, odporność na penetrację mikrobiologiczną - na mokro (I B) – 6,0. Dostępny w rozmiarach L-XLL. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań

.Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 6 poz. 4**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie folii chirurgicznej 42cm x 40cm, opakowanie 10sztuk.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 6 poz. 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet jałowych do rąk w rozmiarze 58cm x 39cm, pakowane po 2, opakowanie papier folia. W pozostałym zakresie zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 6 poz. 6**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwet pakowanych w dozowniki po 33sztuk w każdym. W pozostałym zakresie serwety zgodne z SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 9 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów o składzie:

5 Kompresów z włókniny 7.5 x 7.5 cm

1 Kleszczyki plastikowe typu 14 cm

1 Strzykawka 20 ml, L/S  
1 Woda sterylna w ampułce 20 ml  
1 Żel poślizgowy 5 gr  
1 Serweta 75 x 90 cm, z przylepnym otworem o średnicy 9 x 12 cm  
1 Serweta 75 x 90 cm  
Taca dwukomorowa, rozmiar średni

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 9 poz. 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów o składzie:  
5 Tupferów (kule), rozmiar średni  
1 Metalowa pęseta 14 cm, anatomiczna  
1 Miska plastikowa 150 ml  
1 Serweta 45 x 75 cm, z przylepnym otworem o średnicy 7 cm  
1 Miska nerka  
1 Serweta 45 x 75 cm  
Miękkie opakowanie

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 9 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów o składzie:  
3 Kompresy z włókniny 5 x 5 cm  
1 Metalowa pęseta typu Adson 13 cm  
1 Ostre metalowe nożyczki 12 cm, zaokrąglone  
1 Przylepny przezroczysty opatrunek 6 x 7 cm  
Taca jednokomorowa, rozmiar mały

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 9 poz. 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawów o składzie:  
5 Tupferów (kule), rozmiar średni  
1 Metalowa pęseta typu Adson 13 cm, z ząbkami  
1 Ostre metalowe nożyczki 12 cm  
Taca trójkomorowa, rozmiar średni

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 15 poz. 4**

Czy Zamawiający dopuści dren o zmiennej średnicy otworu, długość 75 cm?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 15 poz. 5**

Czy Zamawiający dopuści dren o zmiennej średnicy otworu, długość 75 cm?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 15 poz. 6**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie zaferowania zestawu do drenażu ran w systemie zamkniętym składającego się ze sferycznej komory generującej podciśnienie o wysokości w zakresie 100-150 mmHg w całym okresie rozprężania, oraz worka na wydzielinę z filtrem hydrofobowym. System posiada 2 zastawki antyzwrotne w linii spływu chroniące przed zakażeniami wstępującymi oraz dren łączący o długości >100 cm zakończony uniwersalnym łącznikiem do drenów pooperacyjnych 8-18 CH. łączna pojemność zestawu to 900 ml.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 3, pozycja 15** – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie precyzyjnego regulatora przepływu z zakresem od 5-250 ml, spełniający pozostałe parametry określone w SIWZ.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 1** – Czy Zamawiający dopuści fartuch pielęgniarstwa w rozmiarze od L-XXL, spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 2** – Czy Zamawiający dopuści fartuch pielęgniarstwa w kolorze zielonym?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 4** – Czy Zamawiający dopuści bluzę + spodnie z włókny SMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 7** – Czy Zamawiający dopuści czepek chirurgicznych wykonany z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 9-10** – Czy Zamawiający oczekuje masek chirurgicznych wodoodpornych typu IIR?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 12** – Czy Zamawiający dopuści maski chirurgiczne posiadające odporność na rozpryski >120 mmHg, filtrację bakterii 99,99%, ciśnienie różnicowe 32,78 Pa/cm<sup>2</sup>, w kolorze biało-zielonym, posiadające oznaczenie poziomu ochrony na opakowaniu jednostkowym, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 13** – Czy Zamawiający dopuści podkład jednorazowy o wymiarach 45 x 60 cm?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 13** – Czy Zamawiający dopuści podkład jednorazowy o chłonności 500 ml?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 14** – Czy Zamawiający dopuści podkład jednorazowy w rozmiarze 90 x 170 cm z warstwą chłonną w rozmiarze 90x60cm, zakładki z dwóch stron o długości 55 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 18** – Czy Zamawiający dopuści śliniaki dentystyczne w rozmiarze 47x37 cm, spełniające pozostałe parametry?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 21** – Czy Zamawiający oczekuje, aby zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych na każdym opakowaniu jednostkowym aplikatora była fabrycznie nadrukowana data ważności i numer seryjny?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 21** – Czy Zamawiający oczekuje aplikatora gąbkowego nasączonego substancją odświeżającą i nawilżającą?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 22** – Czy Zamawiający oczekuje myjki o ergonomicznej budowie zapobiegającej zsunięciu się z ręki w trakcie używania – zwężanej w nadgarstku?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 23** – Czy Zamawiający dopuści podkład transportowy w rozmiarze 101 x 203 cm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 23** – Czy Zamawiający dopuści podkład transportowy w kolorze niebieskim?

Odpowiedź Zamawiającego

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

**Pakiet 5, pozycja 25** – Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na przewód do kamery w rozmiarze 15x250 cm?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

## **Pakiet 1 Igły i strzykawki**

### **Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty na strzykawki, które są kompatybilne z pompami infuzyjnymi i bez żadnych przeszkód działają na programach strzykawek innych producentów wpisanych w instrukcję i menu pompy ?

Nasze strzykawki są wpisywane w programy nowych wersji pomp infuzyjnych, jednak w użyciu nadal jest wiele modeli pomp, które zostały wyprodukowane zanim strzykawki po pomp znalazły się w naszej ofercie i w tego typu „starych” pompach często z przyczyn technicznych niemożliwe jest powiększenie menu o nowe wpisy . Pragniemy podkreślić, że nasz produkt wytwarzany jest zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi normami i przepisami, oznaczony jest znakiem bezpieczeństwa CE i dopuszczony do obrotu. Na naszej strzykawce pracuje większość szpitali w Polsce i bez najmniejszych przeszkód działają one we wszystkich pompach infuzyjnych m.in. na wprowadzonych w menu programach innych strzykawek np. POLFA 50

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

### **Pozycja 8**

Czy w poz. 8 nie nastąpiła omyłka, gdyż na rynku nie występują strzykawki Janeta 100 ml, typu Luer – Lock, tylko strzykawki z końcówką do cewników z dodatkowym łącznikiem Luer?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, w związku z zaistniałą omyłką Zamawiający doprecyzowuje, iż wymaga zaferowania strzykawki z końcówką do cewników z dodatkowym łącznikiem Luer .

### **Pozycja 9, 10**

Czy Zamawiający wymaga aby zaferowane w poz. 9 i 10 przyrządy do przetoczeń płynów oraz krwi wykonane były z tworzywa nie zawierającego ftalanów, z zaciskiem rolkowym posiadającym dodatkowy otwór do umieszczenia kolca igły biorczej po użyciu, z logiem producenta na przyrządzie. Brak ftalanów potwierdzony informacją na opakowaniu jednostkowym oraz w dołączonej do oferty karcie charakterystyki produktu chemicznego?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

### **Pozycja 12-18**

Czy Zamawiający wymaga aby igły 1 x użytku w poz. 12 do 18 pochodziły od jednego producenta?

Odpowiedź Zamawiającego :

Nie, Zamawiający nie wymaga , aby igły 1 x użytku w poz. 12 do 18 pochodziły od jednego producenta .

### **Pozycja 20**

Czy w poz. 21 nie nastąpiła omyłka, gdyż na rynku nie występują przedłużacze do pomp infuzyjnych typu Luer z gwintem, tylko przedłużacze z gwintem typu Luer-Lock?

Zwracam się z prośbą o podanie dokładnych długości przedłużaczy do pomp infuzyjnych i podanie ilości danej długości jakie Zamawiający zamierza zamówić z uwagi na fakt iż każda długość przedłużacza jest w innej cenie.

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

#### **Pakiet 10 Różny sprzęt medyczny**

##### **Pozycja 7**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kieliszków pakowanych po 75 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy

Czy Zamawiający ma na myśli 4.000 szt. kieliszków czy 4.000 opakowań po 80 szt?

Odpowiedź Zamawiającego :

Tak, Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy

#### **Pakiet 11**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie poz. 2 deponator – licznik do igieł jednorazowego użytku i utworzenie z tych pozycji oddzielnego pakietu?

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

#### **Pakiet 16**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w poz. 4 drenu typu T – Kehr w rozmiarach nr 12 – 16/380/160 mm z uwagi na fakt iż dreny w rozmiarze 300/130 mm nie są już produkowane/

Odpowiedź Zamawiającego :

Zamawiający oczekuje zaferowania artykułów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w SIWZ

#### **Projekt umowy Paragraf 6 pkt. 3 i 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na uwzględnienie we wzorze umowy zapisu dotyczącego ewentualnej zamiany cen spowodowanej zmianą stawki podatku VAT. Zapis o zmianie podatku VAT będzie w pełni zgodny z art. 122 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, gdyż takie zmiany są zupełnie niezależne od wykonawcy oraz niemożliwe do przewidzenia w chwili składania oferty przetargowej. Należy także zaznaczyć, iż stawki podatku VAT mogą być obniżane lub podwyższone przez ustawodawcę. Proponujemy wprowadzenie do umowy zapisu ***W przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna***

Uwzględnienie powyższej propozycji jest konieczne dla zapewnienia prawidłowej realizacji realizacji umów podpisanych po zakończeniu postępowania przetargowego.



Odpowiedź Zamawiającego :

Projekt umowy Paragraf 6 pkt. 4 stanowi , iż „W przypadku zmiany stawki podatku VAT, w ramach niniejszej umowy zmiana ta następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT”  
Zamawiający potwierdza iż oczywiste jest , że . w przypadku zmiany stawki VAT, zmianie ulegnie kwota podatku VAT i cena brutto, cena netto pozostanie niezmienna .

Do wiadomości :

Strona internetowa Zamawiającego : [www.otwock-szpital.pl](http://www.otwock-szpital.pl)