



**Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy**

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, FAX (22) 344-64-74, centr. (22) 344 62 00

<http://www.otwock-szpital.pl>

e-mail: [sekretariat.otw@otwock-szpital.pl](mailto:sekretariat.otw@otwock-szpital.pl)

A/ZP.26.1.23ZO/2022

Otwock, dnia 05/01/2023

**Do wszystkich  
zainteresowanych**

*Dotyczy: Postępowania przetargowego na „Dostawę odczynników laboratoryjnych, wraz z dzierżawą analizatora równowagi kwasowo-zasadowej ”” Nr sprawy: 23/ZO/2022*

**Zamawiający informuje , iż od Wykonawcy wpłynęły następujące pytania.**

Pytanie nr 1

Zamawiający wymaga, aby asortyment był dostarczany z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy od momentu dostarczenia.

Ze względu na zastosowane technologie i cykl produkcyjny producenta, okres gwarancji wynosi maksymalnie 4 miesiące od daty produkcji. Wykonawca nie ma wpływu na okres gwarancji określony przez producenta. Wykonawca może zaproponować możliwość złożenia rocznego a nawet dwurocznego harmonogramu dostaw w oparciu o planowane zużycie. Analizator pracuje jedynie na dwóch materiałach zużywalnych z określonym przewidywalnym terminem przydatności, co pozwala na dokładne przewidzenie ilości potrzebnych elementów zapewniających nieprzerwaną pracę. Łatwość planowania wymiany elementów zużywalnych w połączeniu z harmonogramem dostaw pozwoli na zmniejszenie stanów magazynowych. Czy w związku z powyższymi faktami Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynników i materiałów zużywalnych z 3 miesięcznym terminem ważności, licząc od daty dostawy?

**Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający dopuszcza propozycję Wykonawcy .**

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie

KIEROWNIK DZIAŁU  
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW

  
Hanna Cichecka

DYREKTOR NACZELNY  
MAZOWIECKIEGO CENTRUM  
LECZENIA CHOROÓB PŁUC I GRUŹLICY

  
lek. med. Antoni Biachnio

Do wiadomości ; strona internetowa prowadzonego postępowania; [www.otwock-szpital.ezamawiajacy.pl](http://www.otwock-szpital.ezamawiajacy.pl)