

Mazowieckie Centrum Leczenia
ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel.
NIP: 532-16-64-002 REGON:



Chorób Płuc i Gruźlicy
(22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240

6074 1111 0000 4998 0149

<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.5 ZO.2. 2024

Otwock, dnia 18.03.2024

**Do wszystkich
zainteresowanych**

Dotyczy: **Dostawa odczynników diagnostycznych do aparatu BRUKER System MALDI spektrofotometr mas**

Od Wykonawcy wpłynęły następujące zapytania :

Pytanie nr 1

Dotyczy poz. 4-Standardowy rozpuszczalnik OS a'500 ml*

Czy Zamawiający dopuści konfekcjonowanie rozpuszczalnika po 250 ml i zaoferowanie 4 opakowań w miejsce 2? Producent nie oferuje opakowań po 500 ml.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

Pytanie nr 2

Dotyczy poz.5 - Kwas mrówkowy 70% a'100ml*

Czy Zamawiający dopuści stężenie kwasu mrówkowego >lub= 96% ? Jest to zalecane stężenie przez Producenta systemu Maldy Biotyper Bruker do pracy z analizatorem Maldy Biotyper Sirius.

Odpowiedź Zamawiającego : Zamawiający wyraża zgodę na propozycję Wykonawcy.

p.o. DYREKTORA NACZELNEGO
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gruźlicy
Anna Kamińska

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW
Hanna Cichecka