



Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Pluc i Gruźlicy

ul. Narutowicza 80, 05-400 Otwock, tel. (22) 344 64 00, 344 64 71, centr. (22) 344 62 00
NIP: 532-16-64-002 REGON: 000676714 Konto: Bank PeKaO S.A. 66 1240 6074 1111 0000 4998 0149
<http://www.otwock-szpital.pl> e-mail: sekretariat.otw@otwock-szpital.pl

A/ZP.26.12/T P.1. 2024

Otwock, dnia 28 .03 2024

Do wszystkich
zainteresowanych

Nr referencyjny Nr sprawy: 12/ TP/2024

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 2 ustawy z 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) - dalej p.z.p. pn. Dostawy Odczynników laboratoryjnych i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą aparatu do badań metodą chemiluminescencji

Od Wykonawcy wpłynęły następujące zapytania :

Pytanie nr 1 – dotyczy załącznika nr 3 Formularz asortymentowo – cenowy, pozycja nr 2

Prosimy o potwierdzenie czy zapis (2 testy) zawarty w drugiej pozycji tabeli jest pomyłką pisarską i powinien być umieszczony w trzecim wierszu: HIV Ag/Ab?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, Zamawiający potwierdza, że nastąpiła omyłka pisarska zapis (2 testy) powinien być umieszczony w trzecim wierszu: HIV Ag/Ab:

Pytanie nr 2 – dotyczy załącznika nr 3 Formularz asortymentowo – cenowy

Czy Wykonawca w kolumnie „Liczba opakowań” winien doliczyć dodatkowe testy na badania kalibracyjne i kontrolne?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytanie nr 3 – dotyczy załącznika nr 3 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA, pkt 1 i 2 tabeli

Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach dzierżawy drukarki kodów kreskowych oraz komputerowej stacji roboczej wyposażonej w UPS i oprogramowanie do interpretacji wyników Quantiferonu?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytanie nr 4 dotyczy załącznika nr 3 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA, pkt 27 tabeli

Czy Zamawiający dopuści analizator używany wyprodukowany w 2021 r. po pełnym przeglądzie serwisowym?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytanie nr 5 – dotyczy załącznika nr 3 ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH ANALIZATORA, pkt 15 tabeli

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę odczynników z terminem ważności minimum 4 miesiące od daty dostarczenia?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytanie nr 6 – dotyczy załącznika nr 3 WARUNKI WYMAGANE DO PRZETARGU

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę analizatora w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytanie nr 7 – dotyczy załącznika nr 3 WARUNKI WYMAGANE DO PRZETARGU

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie urządzenia UPS, które podtrzymuje pracę analizatora w przypadku zaniku zasilania przez czas pozwalający na zabezpieczenie danych z badań przed utratą i bezpieczne wyłączenia aparatu?

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytanie nr 8 - dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 6 do SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesyłanie faktur drogą elektroniczną? Jeżeli tak, to prosimy o podanie adresu email, na który takie dokumenty będą mogły być wysyłane.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytanie nr 9 - dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 6 do SWZ Ochrona danych osobowych

Prosimy o wyrażenie zgody na dodanie dodatkowego paragrafu do Umowy z poniższymi zapisami:
"W celu realizacji przedmiotu Umowy zachodzi powierzenie danych osobowych. Strony zobowiązują się najpóźniej w dniu podpisania Umowy do zawarcia umowy powierzenia zgodnej z postanowieniami art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W."

Odpowiedź Zamawiającego : Tak

Pytanie nr 10 - dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 6 do SWZ, § 7, pkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy na następujący:
„3. Zakazuje się dokonywania cesji długów Zakładu, wynikających z realizacji przedmiotowej umowy na rzecz innych podmiotów bez zgody Zamawiającego”

Odpowiedź Zamawiającego : Nie.

Pytanie nr 11 - dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 6 do SWZ, § 12

Prosimy o potwierdzenie czy zapis „Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od tj. od2024 r do 2025 r.” jest omyłką pisarską. A czas trwania umowy wynosi 24 miesiące zgodnie z Formularzem asortymentowo – cenowym.

Odpowiedź Zamawiającego : Tak, nastąpiła omyłka winno być 24 miesiące .

Pytanie nr 12 - dotyczy wzoru umowy – załącznik nr 6 do SWZ, § 9, pkt 3

Z uwagi na zmianę sytuacji pandemicznej w kraju prosimy o wykreślenie poniższego zapisu z umowy:
„Ponadto, mając na uwadze aktualną pandemię wirusa SARS-CoV-2, związaną z tym sytuację globalnego zagrożenia zdrowia oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które


Wykonawca nie ma wpływu (w tym ograniczenia nakładane przez państwa dotknięte pandemią), stanowiące okoliczność o charakterze tzw. siły wyższej, Strony zgodnie postanawiają, że w czasie trwania pandemii dokonywanie napraw Urządzenia będzie uzależnione od aktualnej sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz związanych z tą sytuacją okoliczności, w tym w szczególności od dostępności części zamiennych do Urządzenia, dostępności zdolnych do przeprowadzenia naprawy inżynierów serwisowych i faktycznej możliwości bezpiecznego dla pacjentów, personelu Kupującego oraz inżynierów serwisu Wykonawcy przeprowadzenia naprawy Urządzenia w miejscu jego funkcjonowania. Strony niniejszym akceptują, że czas naprawy może ulec przedłużeniu, a sama naprawa może zostać odroczone w czasie."

Odpowiedź Zamawiającego : Tak Zamawiający wykreśla z§ 9, pkt 3 zawierający powyższy zapis.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I PRZETARGÓW


Hanna Cichecka

p.o. DYREKTORA NACZELNEGO
Mazowieckiego Centrum Leczenia
Chorób Płuc i Gardzieli


Anna Kamińska

